

## Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 1

**Veřejná zakázka** Elektrochirurgický koagulační přístroj  
**Zadavatel** Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČO 26000202, Purkyňova 446, 547 01  
Náchod

---

**Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, a to na základě přijatého dotazu ze dne 12. 4. 2026.**

### Dotaz č. 1

Tímto žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k Veřejné zakázce: „Elektrochirurgický koagulační přístroj“.

1. Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje:

1.6	Výkonový rozsah pro bipolární režim min. 400W
1.7	Min. 5 bipolárních režimů pro řez: - čistý řez - řez s hemostází I, II, III - URO řez
1.8	Min. 1 bipolární režim pro koagulaci: - BI coag

Rádi bychom se tímto informovali, zda-li bude zadavatel akceptovat nabídku přístrojů, které splňují všechny ostatní požadavky a zároveň nabízí:

- Maximální výkon pro bipolární aplikace 380 W
- 5 bipolárních režimů pro řez: 2 bipolární režimy řezu pro standardní aplikace a 3 režimy řezu pro Urologické aplikace ve fyziologickém roztoku
- 6 bipolárních režimů pro koagulaci: 3 bipolární režimy pro standardní koagulaci a 3 režimy koagulace pro Urologické aplikace ve fyziologickém roztoku

### Odpověď na dotaz č. 1

**- Maximální výkon pro bipolární aplikace 380 W – Zadavatel bude akceptovat maximální výkon pro bipolární aplikace 380 W**

**- 5 bipolárních režimů pro řez: 2 bipolární režimy řezu pro standardní aplikace a 3 režimy řezu pro Urologické aplikace ve fyziologickém roztoku – Zadavatel i nadále trvá na svém požadavku:**

Min. 5 bipolárních režimů pro řez:

- čistý řez
- řez s hemostází I, II, III
- URO řez

Tento požadavek zadavatele vychází z hlavního účelu použití generátoru, který bude využíván v ambulancích urgentního příjmu pro standardní chirurgické zákroky. Urologie není prioritou.

**- 6 bipolárních režimů pro koagulaci: 3 bipolární režimy pro standardní koagulaci a 3 režimy koagulace pro Urologické aplikace ve fyziologickém roztoku – Zadavatel bude akceptovat 6 bipolárních režimů.**

**Lhůta pro podání nabídek**

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek a to o celou její původní délku. **Lhůta pro otevírání nabídek se nově stanovuje do 27. 4. 2026 do 10.00 hodin.**

-----  
Ing. Luboš Mottl  
člen správní rady