

Dotaz k zadávací dokumentaci a odpověď dotazu

k veřejné zakázce na služby zadávané v otevřeném nadlimitním řízení ve smyslu ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

na dodávku

„Obměna CT včetně příslušenství“

1. Identifikační údaje zadavatele

název: **Oblastní nemocnice Jičín a.s.**
sídlo: Bolzanova 512, 506 43 Jičín
IČ: 260 01 551
zápis v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. B, vložka 2328
statutární orgán: Ing. Dana Kracíková, předsedkyně představenstva a ředitelka nemocnice
Ing. Josef Kubíček, místopředseda představenstva a provozně technický náměstek
tel.: +420 493 582 111
fax: +420 493 523 514
e-mail: josef.kubicek@nemjc.cz

V uvedeném zadávacím řízení byl doručen následující dopis s dotazem:

V zadávací dokumentaci zadavatel požaduje v kapitole 3.2. „technická specifikace CT“ tyto parametry:

„keramický detekční systém s počtem fyzických akvizičních stop (simultánně fyzicky snímaných řad) ve směru osy „z“ (podélné osy pacienta) min. 64

- šířka akvizice v ISO centru osy „z“ v akvizičním módu 64 řad (celková minimální délka detekční mozaiky v ISO centru osy „z“ – snímaný objem v podélné ose pacienta) min. 30mm na jednu rotaci 360° bez pohybu stolu“

Z další části „Skenovací a rekonstrukční parametry CT“, kde se hovoří o počtu současně skenovaných vrstev, vyplývá, že zadavatel požaduje CT přístroj snímající současně 64 vrstev.

Naše firma u všech CT skenerů vyšší třídy (od 64 vrstev výše) používá pokrokový způsob akvizice pomocí rozmiřaného ohniska rentgenové lampy v z-směru. Tím zdvojnásobujeme počet projekcí v z-směru za jednu otáčku a k akvizici 64 vrstev je použit detektor (detekční mozaika) s 32 řadami v z-směru. Tento nový způsob akvizice nám umožňuje skenovat s vyšším pitch faktorem než je běžné u konvenčních skenerů, aniž by byla ovlivněna kvalita výsledných obrazů. Rychlost skenování je tak srovnatelná s ostatními CT systémy, které snímají 64 vrstev s širším detektorem a přináší několik výhod, např. méně artefaktů nebo vyšší prostorové rozlišení.

Požadavkem na přesně definovaný počet detektorových řad a šířku detektoru se naše firma cítí v této veřejné zakázce poškozena. K zajištění transparentnosti veřejné zakázky požadujeme zadavatelem umožnit nabídnout akviziční systém snímající 64 vrstev za otáčku bez stanovení minimální šířky detektoru 30mm.

Dotaz 1)

Je možné zúčastnit se veřejné zakázky s CT přístrojem splňujícím všechny klinické požadavky zadavatele a snímajícím 64 akvizičních stop (vrstev) v ose „z“ a s celkovou šířkou detektoru menší než 30mm, který je pro kategorii „64 vrstev CT“ mezinárodně certifikován?

Odpověď 1)

Zadavatel stanovil v technických podmínkách veřejné zakázky požadavky, které respektují pravidla otevřené veřejné soutěže a zároveň odpovídají vlastnostem a možnostem CT systémů určité výkonnostní třídy, jejíž výši zadavatel určil s ohledem na účel použití a z něj vyplývající klinicko-medicínské požadavky, dále s ohledem na současné trendy i budoucí rozvoj CT klinických aplikací a v neposlední řadě rovněž s ohledem na ochranu vložené investice, neboť zadavatel předpokládá využívání tohoto zařízení po dobu minimálně 8 - 10 let bez nutnosti jeho dalšího upgradování.

Tvrzení uchazeče, že se cítí být technickými požadavky v této soutěži poškozen, považuje zadavatel za zavádějící, neboť tento uchazeč může nabídnout CT systém ze svého portfolia, který splňuje technické požadavky zadavatele ve všech bodech a zároveň se řadí po bok ostatním konkurenčním výrobkům v dané výkonnostní třídě.

Zadavatel trvá na technických požadavcích, uvedených v zadávací dokumentaci. Systém, využívající detekční mozaiku se 32 řadami v ose "z" a technologii rozmítaného ohniska rentgenové lampy, zadavatel nepovažuje za plnohodnotný ekvivalent CT systémů, využívajících detekční mozaiku se 64 řadami detektorů v ose "z".

V Trutnově, 7.5.2013

Za osobu pověřenou zadavatelskou činností

Ing. Ludvík Blažek, místopředseda představenstva v.z.

INGENIRING KRKONOŠE a.s.

Pražská 135, 541 01 Trutnov

