

DODATEČNÉ INFORMACE č. 3
k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku
**„Dodávka a instalace laparoskopické věže pro gynekologické
oddělení ON Náchod a.s.“**

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo: Purkyňova 446, 547 69 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ26000202
Způsob zadání: zakázka malého rozsahu

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří mají zájem o účast v zadávacím řízení, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím podmínkám. V souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“), poskytujeme tyto informace na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 2.5.2016 dotazy k veřejné zakázce: „Dodávka a instalace laparoskopické věže pro gynekologické oddělení ON Náchod a.s.“.

Přesné znění dotazů k veřejné zakázce a vyjádření zadavatele k těmto dotazům je uvedeno níže.

Dotaz č. 1:

- **Zadavatel požaduje:**


U videoprocesoru laparoskopického systému - výstupy minimálně: DVI, 3G/HD/SD SDI, RGB, VBS kompozitní, Y/C

- Bude zadavatel akceptovat, pokud nabídneme výstupy v kombinaci videoprocesoru 2x DVI-D, 1x 3G-SDI a využitelnými výstupy monitoru 2x DVI, 2x 3G-SDI, 2x SOG, S-Video, RGB, kompozitní, RS232C?

Odpověď na dotaz č. 1

Ano.

V Náchodě dne 3.5.2016



Ing. Lukáš Hartwich
místopředseda představenstva
ON Náchod a.s.