

# ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

k veřejné zakázce

**Dodávka a instalace nemocničních lůžek, matrací a  
nočních stolků pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.**

zadávané v nadlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

**Zadavatel veřejné zakázky:**

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

se sídlem Purkyňova 446, 547 69 Náchod

IČO: 26000202

(dále jen „zadavatel“ nebo „ONN“)

---

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele

Bc. Michaela Kapustová

## OBSAH

1.	KLASIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY .....	3
2.	PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY .....	3
3.	DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY .....	4
4.	DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ... 5	
5.	POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO KAŽDOU ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY .....	5
6.	POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY .....	11
7.	PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO KAŽDOU ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY .....	11
8.	HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PRO KAŽDOU ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY .....	11
9.	MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK A PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY .....	12
10.	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE .....	14
11.	DALŠÍ POŽADAVKY PRO KAŽDOU ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY .....	14
12.	OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO KAŽDOU ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY .....	15
13.	OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI PRO KAŽDOU ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY .....	15
14.	PRÁVA ZADAVATELE .....	15
15.	PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE .....	15





## 1. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Druh zadávacího řízení: nadlimitní otevřené řízení

Název	CPV
Lůžka pro použití ve zdravotnictví	33192100-3
Nemocniční lůžka	33192120-9
Lůžka s motorovým pohonem	33192130-2
Matrace	39143112-4
Lékařský nábytek	33192000-2

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 14.000.000,- Kč bez DPH

## 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nemocničních lůžek včetně nočních stolků do místa plnění (část číslo 1 veřejné zakázky) a dodávka matrací (část číslo 2 veřejné zakázky), vše v souladu s podmínkami a přílohami této zadávací dokumentace, dle technické specifikace uvedené pro jednotlivé části v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky), kde jsou uvedeny podrobné požadavky na technické řešení zakázky v souladu s kupní smlouvou.

**V části číslo 1** veřejné zakázky se jedná o dodávku nových nerepasovaných, nepoužitých plně funkčních a kompletních zdravotnických prostředků – 188 ks elektrických nemocničních lůžek, 23 ks JIP lůžek a 194 ks nočních stolků včetně příslušenství či technologií v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím se zárukou min. 5 let včetně montáže, instalace, uvedení do plného provozu, instruktáže personálu podle zákona o zdravotnických prostředcích v platném znění.

**V části číslo 2** veřejné zakázky se jedná o dodávku 196 ks pasivních matrací se zárukou min. 36 měsíců a 12 ks aktivních antidekubitních matrací v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem se zárukou min. 5 let. Matrace musí odpovídat požadovaných rozměrům na zdravotnická lůžka, uvedena v části 1 této veřejné zakázky.

Veřejná zakázka je rozdělena na jednotlivé části ve smyslu ust. § 98 odst. 1 zákona a to konkrétně na dvě části.

**Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny, či pouze na některé části veřejné zakázky, nebo jen na jednu část veřejné zakázky.**

Plnění předmětu veřejné zakázky u příslušné části proběhne včetně:

- zajištění dopravy všech položek dodávky do místa plnění,
- instalace všech položek položek dodávky v místě plnění a montáž (ustavení, sestavení a propojení položek dodávky, napojení na zdroje, zejména připojení k místním elektrickým rozvodům, k slaboproudým a optickým rozvodům, rozvodu vody, demineralizace vody, plynu, technických plynů, tepla, chladu či vzduchotechniky (je-li funkce položek dodávky pořizovaných přístrojů podmíněna takovým připojením)
- uvedení všech položek dodávky do plného provozu
  - odzkoušení a ověření správné funkčnosti, případně seřízení, předvedení plné funkčnosti,



- provedení zkušebního provozu jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných k tomu, aby dodávka zařízení mohla plnit sjednaný a obvyklý účel,
- dodání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení všech položek dodávky do plného provozu, splnění všech závazných podmínek předepsaných platnou legislativou k řádnému a nerušenému nakládání a užívání předmětu plnění příslušné části veřejné zakázky,
  - dodávní návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi
  - provedení zaškolení obsluhy včetně zhotovení zápisu
  - dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění školení
  - dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodávaného zdravotnického prostředku
  - splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou ve vztahu k plnění předmětu veřejné zakázky.
- likvidace obalů a odpadu souvisejících s dodávkou a instalací předmětu plnění
- **po dobu záruky u obou částí veřejné zakázky poskytovat bezplatné provádění všech výrobce požadovaných či doporučených úkonů, bezplatného záručního servisu a pravidelných bezpečnostně-technických prohlídek nařízených výrobcem dle platného zákona o zdravotnických prostředcích pokud se jedná o zdravotnickou techniku tedy bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod., nebo pravidelné revize/prohlídky/validace/kalibrace/servisní a preventivní prohlídky v požadovaném intervalu (pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, včetně měněných náhradních dílů), vše včetně vystavení protokolu, to vše po dobu záruky bez povinnosti kupujícího platit prodávajícímu nad rámec sjednané kupní ceny.**

Veškeré činnosti ve vztahu k dodávce musí být prováděny v souladu s platnými právními předpisy ČR a technickými normami a jinými normami, vztahujícími se na předmět veřejné zakázky z hlediska jeho charakteru a způsobu užití.

### 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

#### 3.1 Doba plnění veřejné zakázky

**Předpokládané zahájení plnění příslušných částí veřejné zakázky:** ihned po uzavření Smlouvy  
 Dodavatel je povinen dodat předmět plnění do míst plnění stanovených zadavatelem.

**Termín plnění kupní smlouvy:** do 8 týdnů od podpisu smlouvy

#### 3.2 Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění jsou konkrétní oddělení v následujících nemocnicích:

- interní oddělení Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 69 Náchod – horní areál
- interní JIP Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 69 Náchod – horní areál
- chirurgické oddělení Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 69 Náchod – dolní areál
- urologické oddělení Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 69 Náchod – dolní areál
- neurologické oddělení Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 69 Náchod – dolní areál
- ORL oddělení Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 69 Náchod – dolní areál
- dětské oddělení Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 69 Náchod – horní areál
- multidisciplinární JIP Oblastní nemocnice Náchod a.s, nemocnice Broumov, Smetanova 91, 550 16 Broumov



## 4. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

### 4.1 Místo a doba prohlídky místa plnění

Vzhledem k charakteru zakázky zadavatel nebude realizovat prohlídku místa plnění.

### 4.2 Dodatečné informace k zadávacím dokumentaci

Dodavatel je oprávněn požadovat dodatečné informace k jakékoliv části zadávacích podmínek (tj. včetně jejich příloh) dle ust. § 49 zákona.

Žádost o dodatečné informace (dotazy) k zadávacím podmínkám je uchazeč povinen doručit v písemné podobě na adresu kontaktní osoby zadavatele.

**Zadavatel dále stanovuje, že pro právní jistotu zadávacího řízení musí být veškerá komunikace se zadavatelem realizována pouze písemnou formou. Písemnosti lze zadavateli doručit osobně, kurýrní službou, prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu zadavatele nebo elektronicky – tzn. emailem se elektronickým podpisem na adresu zadavatele, přičemž v předmětu emailové zprávy bude uveden přesný název veřejné zakázky.**

Písemná žádost musí být zadavateli doručena **nejpozději 6 pracovních dnů** před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám této veřejné zakázky, případně související dokumenty, **nejpozději do 4 pracovních dnů** po doručení písemné žádosti dodavatele.

Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku dle předchozí věty, odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí této zadávací dokumentace této veřejné zakázky nebo kterým byla tato zadávací dokumentace poskytnuta. **Zadavatel dále dodatečné informace včetně přesného znění žádosti dodavatele uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil tuto zadávací dokumentaci.**

Žádost o dodatečné informace nebo žádost o poskytnutí zadávací dokumentace doručí dodavatel na adresu zadavatele, tj. na adresu: Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod, k rukám Bc. Michaely Kapustové, případně na e-mailovou adresu: [kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz](mailto:kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz).

## 5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO KAŽDOU ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

### Kvalifikační předpoklady

Kvalifikovaným dodavatelem, dle § 50 odst. 1 zákona pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

- splní základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona
- splní profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona
- předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
- splní technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona

### Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn dle § 51 odst. 4 ZVZ splnění kvalifikace



v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Subdodavatelem se v souladu s ustanovením § 17 písm. i) ZVZ rozumí osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, plní-li dodavatel svůj závazek pomocí jiné osoby, tj. osoby subdodavatele, odpovídá tak, jako by závazek plnil sám.

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem a
- b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace dle § 54 písm. a) zákona, tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

### **Prokázání splnění kvalifikace v případě podání společné nabídky**

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je dle § 51 odst. 5 zákona každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se použije § 51 odst. 4 zákona obdobně.

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn dle § 51 odst. 5 zákona společně několika dodavateli, jsou zadavateli dle § 51 odst. 6 zákona povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů **smlouvu**, ve které je obsažen závazek, že všichni tito **dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně**, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

### **Prokázání splnění kvalifikace u zahraničního dodavatele**

V případě, že nevyplývá ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje dle § 51 odst. 7 zákona zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení.

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazují-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.



## Seznam kvalifikovaných dodavatelů

V případě, že dodavatel předloží zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 125 a násl. zákona ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokázání splnění:

- a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 nebo 2 zákona a
- b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 a) až d) zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

## Systém certifikovaných dodavatelů

V případě, že dodavatel předloží zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle § 133 a násl. zákona, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (§ 52 zákona), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

## Pravost dokladů

Pokud není zákonem stanoveno jinak, předkládá dle § 57 odst. 1 zákona dodavatel kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel je před uzavřením smlouvy oprávněn požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 zákona, je povinen je před uzavřením smlouvy předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, a to platné ke dni podání nabídky.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů dle § 57 odst. 2 zákona.

**V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat zákonem a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.**

## Změny v kvalifikaci dodavatele

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen dle § 58 odst. 1 zákona nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit zadavateli. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli.

Povinnost podle předchozího odstavce se dle § 58 odst. 2 zákona vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je možné v souladu s rozhodnutím zadavatele dle § 81 zákona uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději před uzavřením smlouvy.



## Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

### 5.1 ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

#### Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.
- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.
- c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu.
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
- e) který není v likvidaci.
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.



- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
- l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

#### **Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením:**

- a) **výpisu z evidence Rejstříku trestů** pro bod 5.1 písm. a), b) zadávací dokumentace. Výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu, **jak za právnickou osobu, tak za statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu**. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační složky, doloží uchazeč výpisy z evidence Rejstříku trestů za vedoucího organizační složky, jakož i za statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu zahraniční osoby. Výpis z Rejstříku trestů nesmí být starší 90-ti kalendářních dnů ke dni podání nabídky.
- b) **potvrzení příslušného finančního úřadu** a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení pro bod 5.1 písm. f) zadávací dokumentace, které nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
- c) **potvrzení příslušného orgánu České správy sociálního zabezpečení** pro bod 5.1 písm. h) zadávací dokumentace, které nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
- d) **čestným prohlášením** pro body 5.1 písm. c), d), e), g), i), j), k), l), této zadávací dokumentace, čestné prohlášení – příloha této zadávací dokumentace.

## **5.2 PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY**

Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel který:

- a) předloží **výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky.
- b) předloží **doklad o oprávnění** k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména **doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci**. Doklady o oprávnění k podnikání musí prokazatelně pokrývat veškeré činnosti, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky.

## **5.3 EKONOMICKÁ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOST DODAVATELE**

Dodavatel v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) zákona předloží **čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku**. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele a z jeho obsahu musí vyplývat, že dodavatel splňuje požadavek zadavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.



Dodavatel je oprávněn využít vzor čestného prohlášení o splnění ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče, který je přílohou č. 5 zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

## 5.4 TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

5.4.1 V souladu s § 56 odst. 1 písm. a) zákona zadavatel požaduje, že uchazeč ve své nabídce uvede seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění.

Přílohou tohoto seznamu musí být:

1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Osvědčení budou obsahovat zejména místo a dobu provedení veřejné zakázky, název zadavatele a hodnotu veřejné zakázky a potvrzení o řádném provedení veřejné zakázky vystavené zadavatelem.

### **Způsob prokázání splnění daného kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 1, písm. a) zákona:**

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu doložením seznamu ve formě čestného prohlášení včetně příloh, z nichž bude patrné, že dodavatel v posledních třech letech realizoval minimálně 3 zakázky/dodávky na vybavení odpovídající dané části, do které uchazeč podává svou nabídku:

Číslo části	Název	Minimální rozsah dodávky pro danou část veřejné zakázky
1	Dodávka a instalace nemocničních lůžek, matrací a nočních stolků pro Oblastní nemocnici Náchod – lůžka a stolky	Dodávka lůžek a nemocničních stolků, kdy hodnota každé dodávky činila nejméně 1,5 mil. Kč bez DPH za každou dokončenou zakázku
2	Dodávka a instalace nemocničních lůžek, matrací a nočních stolků pro Oblastní nemocnici Náchod - matrace	Dodávka pasivních a aktivních antidekubitních matrací, kdy hodnota každé dodávky činila nejméně 500 tisíc Kč bez DPH za každou dokončenou zakázku

5.4.2 V souladu s § 56 odst. 1, písm. f) zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil doklad prokazující shodu požadovaného výrobku vydaného příslušným orgánem.

### **Způsob prokázání splnění daného technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 1, písm. f) zákona:**

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu tím, že doloží prostou kopii dokladu prokazující shodu požadovaného výrobku vydaného příslušným orgánem.



## 5.5 Důsledek nesplnění kvalifikace

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58 zákona, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

## 6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

- 6.1 Nabídková cena bude předložena jako cena nejvýše přípustná; bude členěna na cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu s DPH. Nabídková cena bude uvedena v korunách českých. Uchazeč je povinen ocenit veškeré položky v té části, ve které podává nabídku. V případě nevyplnění všech položek v krycím listu, případně uvedení nulové hodnoty bude uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nerespektování zadávacích podmínek.
- 6.2 Nabídková cena, která je předmětem hodnocení (celková cena za příslušnou část bez DPH), bude uvedena v krycím listu nabídky, jehož vzor je přílohou této zadávací dokumentace.
- 6.3 Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou platných daňových předpisů vyloučením se DPH.

## 7. PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO KAŽDOU ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Fakturace bude probíhat na základě dokladů o předání, které musí být podepsány oprávněnou osobou zadavatele. Fakturační místo je ON Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 69 Náchod. Splatnost faktur bude 30 dní od doručení faktury objednateli. Zadavatel dodavatelům neposkytuje zálohy. Platební podmínky jsou uvedeny v návrh kupní smlouvy (smluv), která je přílohou této zadávací dokumentace.

## 8. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PRO KAŽDOU ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Základním hodnotícím kritériem je dle § 78 odst. 1 písm. b) zákona **nejnižší celková nabídková cena bez DPH**. Nabídky budou hodnoceny v rámci zadávacího řízení ve vztahu ke každé části veřejné zakázky samostatně.

Nabídky budou hodnoceny tak, že podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH hodnotící komise sestaví pořadí nabídek zvlášť pro každou část. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bez DPH.

V případě shody nabídkových cen od více uchazečů bude rozhodující čas doručení nabídky.

Uchazeč není oprávněn podmínit zadavatelem navrhované podmínky, které jsou předmětem hodnocení, jinou podmínkou. Takovéto podmínění nebo nesplnění zadavatelem předložených podmínek je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině než zadavatel požaduje.



## 9. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK A PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

9.1 Nabídky se podávají **pro každou část veřejné zakázky samostatně, a to i v případě, že je podává tentýž uchazeč. Součástí každé nabídky pro danou část musí být veškeré doklady doloženy samostatně.**

9.2 **Zadavatel určil lhůtu pro podání nabídek nejpozději do 8.8.2016 do 12:00 hodin.**

Nabídky mohou být doručeny zadavateli ve stanovené lhůtě pro podání nabídek nejpozději do posledního dne lhůty pro podání nabídek do 12:00 hodin.

**Nabídky se podávají** písemně a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních označením obchodní firmy/názvu a razítkem či podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče. Obálka musí být zřetelně označena názvem veřejné zakázky „**Neotevírat – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Dodávka a instalace nemocničních lůžek, matrací a nočních stolků pro Oblastní nemocnici Náchod a.s. – část x**“, kde x znamená číslo příslušné části. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona.

- nabídky lze doručit zadavateli:
  - Doporučeně kurýrní službou anebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu na adresu zadavatele

**Adresa zadavatele:**

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Purkyňova 446

547 69 Náchod

**nebo**

- též osobně do sídla zadavatele, Oblastní nemocnice Náchod, a.s., **výhradně na podatelnu Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, ambulantní pavilon, v pracovní dny od 7:00 hodin do 15:00 hodin ve stanovenou lhůtu, nejpozději však do posledního dne lhůty do 12:00 hodin.** Doručení na jiné místo v sídle zadavatele, než je výše uvedeno, nebude považováno za řádné podání nabídky.

**Jiné doručení není považováno za řádné podání nabídky.**

9.3 V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména: obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat jménem uchazeče, příp. osoba oprávněná zastupovat uchazeče, kontaktní adresa pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem.

9.4 Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a musí obsahovat návrh smlouvy, který tvoří přílohu této zadávací dokumentace, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

**Každý uchazeč je povinen předložit, v rámci nabídky na každou část veřejné zakázky v rámci které podává nabídku, samostatnou smlouvu včetně řádně vyplněných příloh.**

9.5 Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musejí být podepsány osobou oprávněnou jménem nebo za uchazeče jednat; v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie jejího zmocnění doložen v nabídce.



- 9.6 Uchazeč předloží nabídku **v jednom originálním písemném vyhotovení a v jedné kopii**. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrťů a přepisů.
- 9.7 Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou.
- 9.8 Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, které bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.
- 9.9 Uchazeč, společně s listinnou formou nabídky, předloží též v elektronické podobě na uzavřeném CD/DVD scan celé nabídky ve formátu PDF.
- 9.10 **Uchazeč je povinen v každé nabídce doložit následující doklady a současně zadavatel doporučuje, aby nabídka pro každou část veřejné zakázky byla předložena v následující struktuře:**
- a) **titulní strana**  
Název veřejné zakázky s označením příslušné části veřejné zakázky, identifikační údaje uchazeče.
- b) **obsah**  
Měl by obsahovat všechny níže uvedené údaje nabídky vyplývající ze zadávací dokumentace dle doporučeného členění, ke kterým budou přiřazena čísla příslušných listů. Případně další nezbytné doklady pro plnění předmětné zakázky.
- c) **krycí list nabídky**  
Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, název části veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nabídková cena celkem, která je předmětem hodnocení, datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče viz. příloha této zadávací dokumentace.
- d) **doklady prokazující splnění kvalifikace** ve struktuře uvedené v čl. 5 této zadávací dokumentace a dále
- výpis z rejstříku trestů právnických osob
  - výpis z rejstříku trestů všech členů statutárního orgánu
  - potvrzení finančního orgánu
  - potvrzení ČSSZ
  - čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům
  - výpis z obchodního rejstříku
  - doklad o oprávnění k podnikání
  - osvědčení o realizaci dodávky
  - doklady prokazující shodu a ostatní doklady v souladu se zadávací dokumentací
- e) **čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti** splnit příslušnou část veřejné zakázky
- f) **seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů**, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byly v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele (dle ust. § 68, odst. 3, písm. a) zákona)



- g) má-li dodavatel formu akciové společnosti, **seznam vlastníků akcií**, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek (dle ust. § 68, odst. 3, písm. b) zákona)
- h) **prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu** podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (dle ust. § 68, odst. 3, písm. c) zákona)
- i) **vyplněný návrh smlouvy (smluv) včetně všech jejích příloh, opatřený podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče** dle přílohy této zadávací dokumentace. Uchazeč nesmí měnit ani doplňovat návrh smlouvy (smluv), který je součástí zadávací dokumentace. Uchazeč přikládá vyplněný a podepsaný jeden návrh smlouvy na tu část resp. položku veřejné zakázky, do které předložil nabídku, viz. bod 9.4.
- j) **Nabídka musí obsahovat technickou specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek, zejména ve vztahu k příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky).**

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 6 měsíců.

## 10. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace je umístěna na profilu zadavatele v souladu s § 48 ZVZ: [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_1330.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html) k volnému stažení, kde budou zároveň uveřejňovány dodatečné informace k zadávacím podmínkám této veřejné zakázky.

## 11. DALŠÍ POŽADAVKY PRO KAŽDOU ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- 11.1 Zadavatel si vyhraze právo ověřit si informace poskytnuté uchazečem u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
- 11.2 Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
- 11.3 Uchazeč je povinen ve své nabídce konkrétně specifikovat části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a je povinen uvést identifikační údaje všech těchto subdodavatelů.
- 11.4 Uchazeči sami ponесou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi uchazeči v rámci zadání veřejné zakázky.



## 12. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO KAŽDOU ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- 12.1 Návrh smlouvy předložený zadavatelem v příloze této adávací dokumentace musí být ze strany uchazeče plně akceptován a doplněn pouze ve vyznačených místech, podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče.
- 12.2 Návrh smlouvy je součástí této zadávací dokumentace a je její nedílnou součástí.
- 12.3 Na všech určených místech uchazeč doplní návrh smlouvy o příslušné údaje. Ostatní ustanovení návrhu smlouvy nesmí být ze strany uchazeče změněna či doplněna.

## 13. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI PRO KAŽDOU ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Otevírání obálek s nabídkami proběhne 8.8.2016 a bude zahájeno **ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek** v sídle zadavatele, tj. na adrese Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 69 Náchod (uchazeči se hlásí na sekretariátu technického náměstka – budova garáží pod budovou H).

Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit jeden zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Zástupce uchazeče se prokáže plnou mocí účastnit se jednání podepsanou osobou oprávněnou uchazeče zastupovat.

## 14. PRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel si vyhrazuje:

- a) právo nevracet podané nabídky,
- b) právo vyloučit ze soutěže uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené v zadávací dokumentaci,
- c) právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 zákona,
- d) právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o dodatečné informace, nebo z vlastního podnětu,
- e) právo na poskytnutí dodatečných informací v případě nejasností v nabídce uchazeče,
- f) uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem,
- g) uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí na soutěži,
- h) zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

## 15. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha č. 1 – Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Příloha č. 2 – Krycí list nabídky – část veřejné zakázky č. 1

Krycí list nabídky – část veřejné zakázky č. 2

Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 4 – Vzor čestného prohlášení dle čl. 9, odst. 9.10, písm. h)


Příloha č. 5 – Vzor čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

Příloha č. 6 – Návrh kupní smlouvy pro část č. 1

Návrh kupní smlouvy pro část č. 2



V Náchodě dne 13.6.2016



Ing. Zbyněk Chotěborský  
Předseda představenstva  
Oblastní nemocnice Náchod a.s.





## Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) – část 1

**Název veřejné zakázky: Dodávka a instalace nemocničních lůžek, matrací a nočních stolků pro Oblastní nemocnici Náchod – lůžka a stolky**

**Část veřejné zakázky: 1**

V souladu s ustanovením § 45 a nást. Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vymezuje níže zadavatel **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnických prostředků.

**Splnění závazných charakteristik a požadavků doloží uchazeč ve své nabídce** s odkazem na příslušnou dokumentaci ke zdravotnickým prostředkům a jejich příslušenství, která bude součástí nabídky buď v papírové podobě nebo elektronicky na CD (např. návod na obsluhu zdravotnického prostředku, charakteristika uvedena v odd. str. ..., vytištěná příslušná stránka z návodu a současně celý návod na CD apod.).

**LŮŽKA ELEKTRICKÁ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ:****CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ – LŮŽKO ELEKTRICKÉ VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ – 60 KS**

parametr	počet ks	ANO/NE	hodnota/popis
elektrické lůžko v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52	60		
zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně 40 - 80 cm			
ložná plocha 4 dílná s autoregresí zádového dílu min. 10 cm a stehenního dílu min. 8 cm			
ergonomické polohování ložné plochy			
možnost náklonu do Trendelenburgovy polohy min. 15° a Antitrendeleburgovy polohy min. 15° pomocí elektromotoru			
možnost mechanického rychlospouštění zádového dílu (CPR)			
přednaprogramované polohy lůžka (minimálně: kardiacké křeslo, resuscitační poloha)			
prodloužení lůžka min. o 20 cm			
odnímatelná čela, celoplastová se zámky a barevnou výplní v různých dekorech			
sklopné odnímatelné zábrany bez použití náradí s ovládáním pod ložnou plochou mimo dosah pacienta			
centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými důležitými polohami			
pacientský odpojitelný ovladač			
kolečka min. Ø 125 mm, centrální brzda se směrovou aretací			

ochranná kolečka v rozích lůžka			
nosnost min. 200 kg / statické zatížení min. 250 kg			
otvory pro nasazení infuzního stojanu na obou stranách lůžka (v hlavové části)			
eurolišty			
maximální vnější rozměry lůžka max. 215 x 98 cm vč. postranic			
minimální rozměry ložné části lůžka min. 200 x 85 cm			
odnímatelná extenční souprava (dolní končetiny)	2		
fixační systém na zápěstí, kotníky a hrudník s možností přesunu na jiná lůžka	2		
držák na jmenovku A4 s klipem	60		
hrazda s hrazdičkou	60		
nasazovací infuzní stojan	60		
držák na močovou lahev	30		
integrovaná záložní baterie	60		



**INTERNÍ ODDĚLENÍ – LŮŽKO ELEKTRICKÉ VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ – 60 KS**

parametr	počet ks	ANO/NE	hodnota/popis
elektrické lůžko v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52	60		
zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně 40 - 80 cm			
ložná plocha 4 dílná s autoregresí zádového dílu min. 10 cm a stehenního dílu min. 8 cm			
ergonomické polohování ložné plochy			
možnost náklonu do Trendelenburgovy polohy min. 15° a Antitrendeleburgovy polohy min. 15° pomocí elektromotoru			
možnost mechanického rychlospouštění zádového dílu (CPR)			
přednaprogramované polohy lůžka (minimálně: kardiacké křeslo, resuscitační poloha)			
otvory pro nasazení infuzního stojanu na obou stranách lůžka (v hlavové části)			
eurolišty			
prodloužení lůžka min. o 20 cm			
odnímatelná čela, celoplastová se zámky a barevnou výplní v různých dekorech			
sklopné odnímatelné zábrany bez použití nářadí s ovládním pod ložnou plochou mimo dosah pacienta			
centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými důležitými polohami			
pacientský odpojitelný ovladač			
kolečka min. Ø 125 mm, centrální brzda se směrovou aretací			
ochranná kolečka v rozích lůžka			
nosnost min. 200 kg / statické zatížení min. 250 kg			
maximální vnější rozměry lůžka max. 215 x 98 cm vč. postranic			
minimální rozměry ložné části lůžka min. 200 x 85 cm			
stolky na čela sklopné	60		
hrazda s hrazdičkou	60		
nasazovací infuzní stojan	60		

držák na močovou lahev	60		
integrovaná záložní baterie	60		





**UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ – LŮŽKO ELEKTRICKÉ VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ – 19 KS**

parametr	počet ks	ANO/NE	hodnota/popis
elektrické lůžko v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52	19		
zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně 40 - 80 cm			
ložná plocha 4 dílná s autoregresí zádového dílu min. 10 cm a stehenního dílu min. 8 cm			
ergonomické polohování ložné plochy			
možnost náklonu do Trendelenburgovy polohy min. 15° a Antitrendeleburgovy polohy min. 15° pomocí elektromotoru			
možnost mechanického rychlospouštění zádového dílu (CPR)			
přednaprogramované polohy lůžka (minimálně: kardiacké křeslo, resuscitační poloha)			
otvory pro nasazení infuzního stojanu na obou stranách lůžka (v hlavové části)			
eurolišty			
prodloužení lůžka min. o 20 cm			
odnímatelná čela, celoplastová se zámky a barevnou výplní v různých dekorech			
sklopné odnímatelné zábrany bez použití náradí s ovládáním pod ložnou plochou mimo dosah pacienta			
centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými důležitými polohami			
pacientský odpojitelný ovladač			
kolečka min. Ø 125 mm, centrální brzda se směrovou aretací			
ochranná kolečka v rozích lůžka			
nosnost min. 200 kg / statické zatížení min. 250 kg			
maximální vnější rozměry lůžka max. 215 x 98 cm vč. postranic			
minimální rozměry ložné části lůžka min. 200 x 85 cm			
Držák na jmenovku A4	19		
hrazda s hrazdičkou	19		
nasazovací infuzní stojan	19		

držák na močovou lahev	19		
integrovaná záložní baterie	19		





**NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ – LŮŽKO ELEKTRICKÉ VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ – 18 KS**

parametr	počet ks	ANO/NE	hodnota/popis
elektrické lůžko v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52	18		
zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně 40 - 80 cm			
ložná plocha 4 dílná s autoregresí zádového dílu min. 10 cm a stehenního dílu min. 8 cm			
ergonomické polohování ložné plochy			
možnost náklonu do Trendelenburgovy polohy min. 15° a Antitrendelenburgovy polohy min. 15° pomocí elektromotoru			
možnost mechanického rychlospouštění zádového dílu (CPR)			
přednaprogramované polohy lůžka (minimálně: kardiacké křeslo, resuscitační poloha)			
otvory pro nasazení infuzního stojanu na obou stranách lůžka (v hlavové části)			
eurolišty			
prodloužení lůžka min. o 20 cm			
odnímatelná čela, celoplastová se zámky a barevnou výplní v různých dekorech			
sklopné odnímatelné zábrany bez použití náradí s ovládním pod ložnou plochou mimo dosah pacienta			
centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými důležitými polohami			
pacientský odpojitelý ovladač			
kolečka min. Ø 125 mm, centrální brzda se směrovou aretací			
ochranná kolečka v rozích lůžka			
nosnost min. 200 kg / statické zatížení min. 250 kg			
maximální vnější rozměry lůžka max. 215 x 98 cm vč. postranic			
minimální rozměry ložné části lůžka min. 200 x 85 cm			
hrazda s hrazdičkou	18		
držák na močovou lahev	8		
integrovaná záložní baterie	18		

**ORL – LŮŽKO ELEKTRICKÉ VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ – 13 KS**

parametr	počet ks	ANO/NE	hodnota/popis
elektrické lůžko v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52	13		
zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně 40 - 80 cm			
ložná plocha 4 dílná s autoregresí zádového dílu min. 10 cm a stehenního dílu min. 8 cm			
ergonomické polohování ložné plochy			
možnost náklonu do Trendelenburgovy polohy min. 15° a Antitrendeleburgovy polohy min. 15° pomocí elektromotoru			
možnost mechanického rychlospouštění zádového dílu (CPR)			
přednaprogramované polohy lůžka (minimálně: kardiacké křeslo, resuscitační poloha)			
otvory pro nasazení infuzního stojanu na obou stranách lůžka (v hlavové části)			
eurolišty			
prodloužení lůžka min. o 20 cm			
odnímatelná čela, celoplastová se zámky a barevnou výplní v různých dekorech			
sklopné odnímatelné zábrany bez použití náradí s ovládáním pod ložnou plochou mimo dosah pacienta			
centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými důležitými polohami			
pacientský odpojitelný ovladač			
kolečka min. Ø 125 mm, centrální brzda se směrovou aretací			
ochranná kolečka v rozích lůžka			
nosnost min. 200 kg / statické zatížení min. 250 kg			
maximální vnější rozměry lůžka max. 215 x 98 cm vč. postranic			
minimální rozměry ložné části lůžka min. 200 x 85 cm			
hrazda s hrazdičkou	13		
nasazovací infuzní stojan	8		



držák na močovou lahev	2		
integrovaná záložní baterie	13		



**LDN JAROMĚŘ – LŮŽKO ELEKTRICKÉ VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ – 17 KS**

parametr	počet ks	ANO/NE	hodnota/popis
elektrické lůžko v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52	17		
zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně 40 – 80 cm			
ložná plocha 4 dílná s autoregresí zádového dílu min. 10 cm a stehenního dílu min. 8 cm			
ergonomické polohování ložné plochy			
možnost náklonu do Trendelenburgovy polohy min. 15° a Antitrendelenburgovy polohy min. 15° pomocí elektromotoru			
možnost mechanického rychlospouštění zádového dílu (CPR)			
přednaprogramované polohy lůžka (minimálně: kardiacké křeslo, resuscitační poloha)			
otvory pro nasazení infuzního stojanu na obou stranách lůžka (v hlavové části)			
eurolišty			
prodloužení lůžka min. o 20 cm			
odnímatelná čela, celoplastová se zámkem a barevnou výplní v různých dekorech			
sklopné odnímatelné zábrany bez použití náradí s ovládním pod ložnou plochou mimo dosah pacienta			
centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými důležitými polohami			
pacientský odpojitelný ovladač			
kolečka min. Ø 125 mm, centrální brzda se směrovou aretací			
ochranná kolečka v rozích lůžka			
nosnost min. 200 kg / statické zatížení min. 250 kg			
maximální vnější rozměry lůžka max. 215 x 98 cm vč. postranic			
minimální rozměry ložné části lůžka min. 200 x 85 cm			
hrazda s hrazdičkou – plastová ruce vč. popruhu s automatickým navíjením a pojistkou	17		
nasazovací infuzní stojan	10		
výsuvná polička na lůžkoviny v prostoru pod nožním čelem	17		



teplotka zavěsitelná na rám nožního čela – plast, A5	17		
jmenovka na rám nožního čela, malá plastová, nasazovací	17		
držák na 2 ks berlí, přenosný	17		
držák na močovou lahev	17		
integrovaná záložní baterie	17		



**UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ – BARIATRICKÉ LŮŽKO VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ – 1 KS**

parametr	počet ks	ANO/NE	hodnota/popis
elektrické lůžko v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52	1		
lůžko s elektrickým zdvihem a 4dílnou plně elektricky polohovatelnou ložnou plochou (záda min. 72°, stehna min. 40°, lýtka min. 26°)			
ložná plocha o délce 200 cm a minimální šířce 100 cm			
vnější rozměry max. 108 x 222 cm z důvodu průjezdnosti dveřmi o šíři 110 cm			
elektrické prodloužení/zkrácení ložné plochy minimálně o 10 cm			
ložná plocha umožňující polohování do pozic Trendelenburgovy polohy min. 14° a Antitrendeleburgovy polohy min. 14°, oboustranný laterální nákon – min. ±15°,			
ložná plocha umožňující vysedání a nasedání pacienta z čela lůžka			
kolečka min. Ø150, plastová, dvojitá			
centrální brzda bržděná dvěma nožními pedály			
páté kolečko pro lepší manipulovatelnost			
plastová nárazová kolečka v rozích lůžka			
sesterský panel s LCD displejem			
pacientstký ovladač			
postranice dělené sklopné			
eurolišta	2		
integrováný vážicí systém s minimální přesností vážení ± 0,5 kg s možností monitorování a zobrazování změny tělesné hmotnosti v čase			
elektronický bezpečnostní systém zamezující polohování ložné plochy do laterálního náklonu při spuštění postranicích			
nosnost lůžka min. 350 kg			
nasazovací infuzní stojan	1		
teplotka zavěsitelná na rám nožního čela – plast, A5	1		
jmenovka na rám nožního čela, malá plastová, nasazovací	1		
držák na 2 ks berlí, přenosný	1		



držák na močovou lahev	1		
integrovaná záložní baterie	1		



## LŮŽKA JIP VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

### INTERNÍ ODDĚLENÍ – JIP – 8 KS

parametr	počet ks	ANO/NE	hodnota/popis
lůžko pro intenzivní péči v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52	8		
stabilní sloupová konstrukce lůžka			
ložná ploch výškově stavitelná pomocí elektromotoru minimálně 40-80 cm			
ložná plocha 4 dílná s autoregresí zádového dílu min. 10 cm a stehenního dílu min. 6 cm			
ergonomické polohování ložné plochy			
možnost náklonu do Trendelenburgovy polohy min. 13° a Antitrendelenburgovy polohy min. 13° pomocí elektromotoru			
možnost mechanického rychloupouštění zádového dílu (CPR)			
přednaprogramované polohy lůžka (minimálně: kardiacké křeslo, resuscitační poloha)			
otvory pro nasazení infuzního stojanu na obou stranách lůžka (v hlavové části)			
eurolišty			
prodloužení lůžka min. o 10 cm			
celoplastová odnímatelná čela s aretací proti samovolnému vytažení			
integrované dělené sklopné celoplastové postranice (po celé délce lůžka) s ochranou proti nechtěnému spuštění			
úchyty pro fixační pásy			
zálohová baterie s integrovaným dobíjením a vlastní autodiagnostikou životnosti			
centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými důležitými polohami			
kolečka s centrálním ovládním brzd, průměr min. 150 mm			
centrální páté kolečko pro lepší manipulaci			
ochranná kolečka v rozích lůžka			
nosnost min. 250 kg	8		
maximální vnější rozměry lůžka 223 x 105 cm			



minimální rozměry ložné části lůžka 200 x 85 cm			
Infuzní tyč – upevnění v ložné ploše, chromovaná, 4 háčky	8		
držáky na infuzní stojan, hrazdu			
plastová polička na psaní pro každé lůžko	8		
držák sáčků na moč	8		
koš na bažanta	8		
možnost umístění speciálního držáku (stojanu) pro měření CVT do otvoru - čelo lůžka – stejný otvor jako pro infuzní stojan			
ložná plocha rtg transparentní (min. od hlavy k pasu ležícího pacienta )			
možnost použití C- ramene			
potenciálové propojení			

**MULTIDISCIPLINÁRNÍ JIP – BROUMOV – 15 KS**

parametr	počet ks	ANO/NE	hodnota/popis
lůžko pro intenzivní péči v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52	15		
stabilní sloupová konstrukce lůžka			
ložná plocha výškově stavitelná pomocí elektromotoru minimálně 40-80 cm			
ložná plocha 4 dílná s autoregresí zádového dílu min. 10 cm a stehenního dílu min. 6 cm			
ergonomické polohování ložné plochy			
možnost náklonu do Trendelenburgovy polohy min. 13° a Antitrendeleburgovy polohy min. 13° pomocí elektromotoru			
mechanické rychlospouštění zádového dílu (CPR)			
přednaprogramované polohy lůžka (minimálně: kardiacké křeslo, resuscitační poloha)			
otvory pro nasazení infuzního stojanu na obou stranách lůžka (v hlavové části)			
eurolišty			
prodloužení lůžka min. o 10 cm			
celoplastová odnímatelná čela s aretací proti samovolnému vytažení			
integrované dělené sklopné celoplastové postranice (po celé délce lůžka) s ochranou proti nechtěnému spuštění			
úchyty pro fixační pásy			
zálohová baterie s integrovaným dobíjením a vlastní autodiagnostikou životnosti			
centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými důležitými polohami			
kolečka s centrálním ovládním brzd, průměr min. 150 mm			
centrální páté kolečko pro lepší manipulaci			
ochranná kolečka v rozích lůžka			
nosnost min. 250 kg	15		
maximální vnější rozměry lůžka 223 x 105 cm			
minimální rozměry ložné části lůžka 200 x 85 cm			





Infuzní tyč – upevnění v ložné ploše, chromovaná, 4 háčky	15		
držáky na infuzní stojan, hrazdu			
plastová polička na psaní pro každé lůžko	15		
držák sáčků na moč	15		
koš na bažanta	15		
možnost umístění speciálního držáku (stojanu) pro měření CVT do otvoru - čelo lůžka – stejný otvor jako pro infuzní stojan			
ložná plocha rtg transparentní (min. od hlavy k pasu ležícího pacienta )			
možnost použití C- ramene			
potenciálové propojení			

**NOČNÍ STOLKY:****CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ – PACIENTSKÝ STOLEK K LŮŽKU – 60 KS**

parametr	počet ks	ANO/NE	hodnota/popis
oboustranný patientský stolek s výklopnou jídelní deskou	60		
materiál – kovový 3 D rám, plast nikoli dřevo nebo LTD vč. možnosti výběru barev			
výška jídelní desky v rozmezí 75 až 108 cm ( $\pm$ 10%)			
výškové nastavení jídelní desky s mechanickou aretací min. ve 3 pozicích			
stolky vybaveny 4 kolečky vč. min. 2 brzdy			
horní zásuvka vč. pojistky proti vypadnutí			
otevřená odkládací police			
spodní skříňka s dvířky			
prostor pro PET lahve			
zásuvky a dvířka musí být opatřeny madly			
spodní část stolku musí být přizpůsobena na obuv, výška prostoru min. 13 cm			
jídelní deska vyrobena z ABS nebo HPL, odolného proti mechanickému poškození vč. ochranné lišty nebo zvýšeného okraje proti nežádoucím pádům předmětů z jídelní desky			
držadla na ručníky			



**INTERNÍ ODDĚLENÍ – PACIENTSKÝ STOLEK K LŮŽKU - 60**

parametr	počet ks	ANO/NE	hodnota/popis
oboustranný patientský stolek s výklopnou jídelní deskou	60		
materiál – kovový 3 D rám, plast nikoli dřevo nebo LTD vč. možnosti výběru barev			
výška jídelní desky v rozmezí 75 až 108 cm ( $\pm 10\%$ )			
výškové nastavení jídelní desky s mechanickou aretací min. ve 3 pozicích			
stolky vybaveny 4 kolečky vč. min. 2 brzdy			
horní zásuvka vč. pojistky proti vypadnutí			
otevřená odkládací police			
spodní skříňka s dvířky			
prostor pro PET lahve			
zásuvky a dvířka musí být opatřeny madly			
spodní část stolku musí být přizpůsobena na obuv, výška prostoru min. 13 cm			
jídelní deska vyrobena z ABS nebo HPL, odolného proti mechanickému poškození vč. ochranné lišty nebo zvýšeného okraje proti nežádoucím pádům předmětů z jídelní desky			
držadla na ručníky			

**UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ – PACIENTSKÝ STOLEK K LŮŽKU – 20 KS**

parametr	počet ks	ANO/NE	hodnota/popis
oboustranný patientský stolek s výklopnou jídelní deskou	20		
materiál – kovový 3D rám, plast nikoli dřevo nebo LTD vč. možnosti výběru barev			
výška jídelní desky v rozmezí 75 až 108 cm ( $\pm 10\%$ )			
výškové nastavení jídelní desky s mechanickou aretací min. ve 3 pozicích			
stolky vybaveny 4 kolečky vč. min. 2 brzdy			
horní zásuvka vč. pojistky proti vypadnutí			
otevřená odkládací police			
spodní skříňka s dvířky			
prostor pro PET lahve			
zásuvky a dvířka musí být opatřeny madly			
spodní část stolku musí být přizpůsobena na obuv, výška prostoru min. 13 cm			
jídelní deska vyrobena z ABS nebo HPL, odolného proti mechanickému poškození vč. ochranné lišty nebo zvýšeného okraje proti nežádoucím pádům předmětů z jídelní desky			
držadla na ručníky			



**ORL ODDĚLENÍ – PACIENTSKÝ STOLEK K LŮŽKU – 14 KS**

parametr	počet ks	ANO/NE	hodnota/popis
oboustranný patientský stolek s výklopnou jídelní deskou	14		
materiál – kovový 3 D rám, plast nikoli dřevo nebo LTD vč. možnosti výběru barev			
výška jídelní desky v rozmezí 75 až 108 cm ( $\pm$ 10%)			
výškové nastavení jídelní desky s mechanickou aretačí min. ve 3 pozicích			
stolky vybaveny 4 kolečky vč. min. 2 brzdy			
horní zásuvka vč. pojistky proti vypadnutí			
otevřená odkládací police			
spodní skříňka s dvířky			
prostor pro PET lahve			
zásuvky a dvířka musí být opatřeny madly			
spodní část stolku musí být přizpůsobena na obuv, výška prostoru min. 13 cm			
jídelní deska vyrobena z ABS nebo HPL, odolného proti mechanickému poškození vč. ochranné lišty nebo zvýšeného okraje proti nežádoucím pádům předmětů z jídelní desky			
držadla na ručníky			



**LDN JAROMĚŘ – PACIENTSKÝ STOLEK K LŮŽKU – 25 KS**

parametr	počet ks	ANO/NE	hodnota/popis
oboustranný patientský stolek s výklopnou jídelní deskou	25		
materiál – kovový 3D rám, plast nikoli dřevo nebo LTD vč. možnosti výběru barev			
výška jídelní desky v rozmezí 75 až 108 cm ( $\pm 10\%$ )			
výškové nastavení jídelní desky s mechanickou aretací min. ve 3 pozicích			
stolky vybaveny 4 kolečky vč. min. 2 brzdy			
horní zásuvka vč. pojistky proti vypadnutí			
otevřená odkládací police			
spodní skříňka s dvířky			
prostor pro PET lahve			
zásuvky a dvířka musí být opatřeny madly			
spodní část stolku musí být přizpůsobena na obuv, výška prostoru min. 13 cm			
jídelní deska vyrobena z ABS nebo HPL, odolného proti mechanickému poškození vč. ochranné lišty nebo zvýšeného okraje proti nežádoucím pádům předmětů z jídelní desky			
držadla na ručníky			





**DĚTSKÉ ODDĚLENÍ – PACIENTSKÝ STOLEK K LŮŽKU – 15 KS**

parametr	počet ks	ANO/NE	hodnota/popis
pacientský stolec	15		
materiál – kovový 3D rám, plast nikoli dřevo nebo LTD vč. možnosti výběru barev			
rozměr stolku max. 42 x 45 x 88 cm,			
výškové nastavení jídelní desky s mechanickou aretací min. ve 3 pozicích			
stolky vybaveny 4 kolečky vč. min. 2 brzdy			
horní zásuvka vč. pojistky proti vypadnutí			
otevřená odkládací police			
spodní skříňka s dvířky			
prostor pro PET lahve			
zásuvky a dvířka musí být opatřeny madly			
spodní část stolku musí být přizpůsobena na obuv, výška prostoru min. 13 cm			
jídelní deska vyrobena z ABS nebo HPL, odolného proti mechanickému poškození vč. ochranné lišty nebo zvýšeného okraje proti nežádoucím pádům předmětů z jídelní desky			
držadla na ručníky			

**Další podmínky a požadavky:**

V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.).

Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové a elektronické verzi.

Provedení zaškolení obsluhy včetně vyhotovení zápisu. Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění školení.

Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodávaného zdravotnického prostředku. Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou.

**Před dodáním lůžek a stolků zadavatel požaduje možnost volby barevných dekórů.**

## Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) – část 2

Název veřejné zakázky: Dodávka a instalace nemocničních lůžek, matrací a nočních stolků pro Oblastní nemocnici Náchod - matrace

Část veřejné zakázky: 2

V souladu s ustanovením § 45 a nást. Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vymezuje níže zadavatel **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnických prostředků.

**Splnění závazných charakteristik a požadavků doloží uchazeč ve své nabídce** s odkazem na příslušnou dokumentaci ke zdravotnickým prostředkům a jejich příslušenství, která bude součástí nabídky buď v papírové podobě nebo elektronicky na CD (např. návod na obsluhu zdravotnického prostředku, charakteristika uvedena v odd. str. ..., vytištěná příslušná stránka z návodu a současně celý návod na CD apod.).

**AKTIVNÍ ANTIDEKUBITNÍ MATRACE VČ. KOMPRESORU – 12 KS**

parametr	počet ks	ANO/NE	hodnota/popis
aktivní antidekubitní matrace pro minimálně III. stupeň dekubitů (velmi vysoké riziko dekubitů)			
bezvibrační chod kompresoru			
statický režim			
rozměr matrace dokonale kopírující tvar a rozměry elektrického lůžka o rozměrech: rozměry ložné části lůžka 200 x 90 cm			
nosnost pacienta min. 130 kg	10		
nosnost pacienta min. 200 kg	2		
matrace přímo na rošt lůžka			
CPR ventil			
transportní režim bez kompresoru až 4 hodiny			
potah antibakteriální, voděodolný a paropropustný, snímatelný			
možnost uchycení kompresoru na lůžko			
hadice chráněné proti poškození			
alarm v případě výpadku napájení			
system vzduchových válců			



system střídání tlaků min. 2-1			
náhradní kompresor	1		

**PASIVNÍ ANTIDEKUBITNÍ MATRACE – 196 KS**

parametr	počet ks	ANO/NE	hodnota/popis
pasivní antidekubitní matrace pro minimálně II. stupně dekubitů			
nosnost min. 150 kg	186		
nosnost min. 200 kg	10		
rozměr matrace dokonale kopírující tvar a rozměry elektrického lůžka o rozměrech: rozměry ložné části lůžka: min. 200 x 85 cm			
výška matrace min. 12 cm			
jádro ze studené pěny			
potah pružný, voděodolný, paropropustný s možností praní do 95°C			

**Další podmínky a požadavky:**

V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.).

Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové a elektronické verzi.

Provedení zaškolení obsluhy včetně vyhotovení zápisu. Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění školení.

Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodávaného zdravotnického prostředku. Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou.