DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 3

v souladu s § 49 zákona č. 137/2016 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen „zákon")

Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo:	Purkyňova 446, 547 69 Náchod
IČ:	26000202
DIČ:	CZ26000202
Způsob zadání:	

Název veřejné zakázky: **„Dodávka a instalace nemocničních lůžek, matrací a nočních stolků pro Oblastní nemocnici Náchod a.s."**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona") sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k veřejné zakázce na dodávky realizované v otevřeném řízení dle ustanovení § 27 zákona a uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem evidenčním 636194.

Zadavatel obdržel dne 1.8.2016 následující požadavek na dodatečné informace:

Dotaz č. 1:
V zadávací dokumentaci v části „Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) – část 1, CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ – LŮŽKO ELEKTRICKÉ VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ – 60 KS" uvádí zadavatel požadavek „ložná plocha 4 dílná s autoregresí zádového dílu min. 10 cm a stehenního dílu min. **8 cm**. „
Dotaz: Je možné nabídnout elektrické lůžko s ložnou plochou 4 dílnou s autoregresí zádového dílu min. 10 cm a stehenního dílu min. **6 cm**?.

Odpověď na dotaz č. 1:
Ne – zadavatel požaduje elektrické lůžko s ložnou plochou 4 dílnou s autoregresí zádového dílu min. 10 cm a stehenního dílu min. 8 cm.

Dotaz č. 2:
V zadávací dokumentaci v části „Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) – část 1, CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ – LŮŽKO ELEKTRICKÉ VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ – 60 KS" uvádí zadavatel požadavek „sklopné odnímatelné zábrany bez použití nářadí s ovládáním pod ložnou plochou mimo dosah pacienta „. Modernější nemocniční lůžka vyšších kategorií obsahují dělené sklopné plastové postranice s aretací proti nechtěnému spuštění, které jsou výhodnější z hlediska funkčnosti, hygieny i bezpečnosti.
Dotaz: Je možné nabídnout elektrické lůžko obsahující místo „sklopných odnímatelných zábran bez použití nářadí s ovládáním pod ložnou plochou mimo dosah pacienta" elektrické lůžko obsahující **dělené sklopné plastové postranice s aretací proti nechtěnému spuštění**?

Odpověď na dotaz č. 2:
Ne – zadavatel trvá na svém požadavku.

Dotaz č. 3:
V zadávací dokumentaci v části „Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) – část 1, CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ – LŮŽKO ELEKTRICKÉ VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ – 60 KS" uvádí zadavatel požadavek „maximální vnější rozměry lůžka max. 215 x **98 cm** vč. Postranic „. V případě nabídnutí lůžka s modernějšími a praktičtějšími dělenými sklopnými plastovými postranicemi s aretací proti nechtěnému spuštění je šířka lůžka o cca 2% větší?

Dotaz: Je možné nabídnout elektrické lůžko s maximálními vnějšími rozměry lůžka max. 215 x **100 cm** vč. postranic

Odpověď na dotaz č. 3:
Ne – zadavatel trvá na svém požadavku „maximální vnější rozměry lůžka max. 215 x 98 cm vč. postranic".

Dotaz č. 4:
V zadávací dokumentaci v části „Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) – část 1, INTERNÍ ODDĚLENÍ – LŮŽKO ELEKTRICKÉ VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ – 60 KS" uvádí zadavatel požadavek „ložná plocha 4 dílná s autoregresí zádového dílu min. 10 cm a stehenního dílu min. **8 cm**. „
Dotaz: Je možné nabídnout elektrické lůžko s ložnou plochou 4 dílnou s autoregresí zádového dílu min. 10 cm a stehenního dílu min. **6 cm**?

Odpověď na dotaz č. 4:
Ne – zadavatel požaduje elektrické lůžko s ložnou plochou 4 dílnou s autoregresí zádového dílu min. 10 cm a stehenního dílu min. 8 cm.

Dotaz č. 5:
V zadávací dokumentaci v části „Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) – část 1, INTERNÍ ODDĚLENÍ – LŮŽKO ELEKTRICKÉ VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ – 60 KS" uvádí zadavatel požadavek „sklopné odnímatelné zábrany bez použití nářadí s ovládáním pod ložnou plochou mimo dosah pacienta „. Modernější nemocniční lůžka vyšších kategorií obsahují dělené sklopné plastové postranice s aretací proti nechtěnému spuštění, které jsou výhodnější z hlediska funkčnosti, hygieny i bezpečnosti.
Dotaz: Je možné nabídnout elektrické lůžko obsahující místo „sklopných odnímatelných zábran bez použití nářadí s ovládáním pod ložnou plochou mimo dosah pacienta" elektrické lůžko obsahující **dělené sklopné plastové postranice s aretací proti nechtěnému spuštění**?

Odpověď na dotaz č. 5:
Ne – zadavatel trvá na svém požadavku.

Dotaz č. 6:
V zadávací dokumentaci v části „Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) – část 1, INTERNÍ ODDĚLENÍ – LŮŽKO ELEKTRICKÉ VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ – 60 KS" uvádí zadavatel požadavek „maximální vnější rozměry lůžka max. 215 x **98 cm** vč. Postranic „. V případě nabídnutí lůžka s modernějšími a praktičtějšími dělenými sklopnými plastovými postranicemi s aretací proti nechtěnému spuštění je šířka lůžka o cca 2% větší?.
Dotaz: Je možné nabídnout elektrické lůžko s maximálními vnějšími rozměry lůžka max. 215 x **100 cm** vč. postranic?

Odpověď na dotaz č. 6:
Ne – zadavatel trvá na svém požadavku „maximální vnější rozměry lůžka max. 215 x 98 cm vč. postranic".

Dotaz č. 7:
V zadávací dokumentaci v části „Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) – část 1, INTERNÍ ODDĚLENÍ – LŮŽKO ELEKTRICKÉ VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ – 60 KS" uvádí zadavatel požadavek „stolky na čela sklopné„.a zároveň požaduje v zadávací dokumentaci v části 1 dodání 60 ks oboustranných pacientských stolků k lůžku pro interní oddělení.
Dotaz: Je možné nabídnout elektrické lůžko bez „sklopných stolků na čela"?

Odpověď na dotaz č. 7:
Ne – zadavatel trvá na svém požadavku.

Dotaz č. 8:
V zadávací dokumentaci v části „Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) – část 1, UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ – LŮŽKO ELEKTRICKÉ VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ – 19 KS" uvádí zadavatel požadavek „ložná plocha 4 dílná s autoregresí zádového dílu min. 10 cm a stehenního dílu min. **8 cm**. „
Dotaz: Je možné nabídnout elektrické lůžko s ložnou plochou 4 dílnou s autoregresí zádového dílu min. 10 cm a stehenního dílu min. **6 cm**?

Odpověď na dotaz č. 8:
Ne – zadavatel požaduje elektrické lůžko s ložnou plochou 4 dílnou s autoregresí zádového dílu min. 10 cm a stehenního dílu min. 8 cm.

Dotaz č. 9:
V zadávací dokumentaci v části „Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) – část 1, UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ – LŮŽKO ELEKTRICKÉ VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ – 19 KS" uvádí zadavatel požadavek „sklopné odnímatelné zábrany bez použití nářadí s ovládáním pod ložnou plochou mimo dosah pacienta „. Modernější nemocniční lůžka vyšších kategorií obsahují dělené sklopné plastové postranice s aretací proti nechtěnému spuštění, které jsou výhodnější z hlediska funkčnosti, hygieny i bezpečnosti.
Dotaz: Je možné nabídnout elektrické lůžko obsahující místo „sklopných odnímatelných zábran bez použití nářadí s ovládáním pod ložnou plochou mimo dosah pacienta" elektrické lůžko obsahující **dělené sklopné plastové postranice s aretací proti nechtěnému spuštění**?

Odpověď na dotaz č. 9:
Ne – zadavatel trvá na svém požadavku.

Dotaz č. 10:
V zadávací dokumentaci v části „Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) – část 1, UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ – LŮŽKO ELEKTRICKÉ VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ – 19 KS" uvádí zadavatel požadavek „maximální vnější rozměry lůžka max. 215 x **98 cm** vč. Postranic „. V případě nabídnutí lůžka s modernějšími a praktičtějšími dělenými sklopnými plastovými postranicemi s aretací proti nechtěnému spuštění je šířka lůžka o cca 2% větší?
Dotaz: Je možné nabídnout elektrické lůžko s maximálními vnějšími rozměry lůžka max. 215 x **100 cm** vč. postranic?

Odpověď na dotaz č. 10:
Ne – zadavatel trvá na svém požadavku „maximální vnější rozměry lůžka max. 215 x 98 cm vč. postranic".

Dotaz č. 11:
V zadávací dokumentaci v části „Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) – část 1, NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ – LŮŽKO ELEKTRICKÉ VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ – 18 KS" uvádí zadavatel požadavek „ložná plocha 4 dílná s autoregresí zádového dílu min. 10 cm a stehenního dílu min. **8 cm**. „
Dotaz: Je možné nabídnout elektrické lůžko s ložnou plochou 4 dílnou s autoregresí zádového dílu min. 10 cm a stehenního dílu min. **6 cm**?

Odpověď na dotaz č. 11:
Ne – zadavatel požaduje elektrické lůžko s ložnou plochou 4 dílnou s autoregresí zádového dílu min. 10 cm a stehenního dílu min. 8 cm.

Dotaz č. 12:
V zadávací dokumentaci v části „Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) – část 1, NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ – LŮŽKO ELEKTRICKÉ VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ – 18 KS" uvádí zadavatel požadavek „sklopné odnímatelné zábrany bez použití nářadí s ovládáním pod ložnou plochou mimo dosah pacienta „.
Modernější nemocniční lůžka vyšších kategorií obsahují dělené sklopné plastové postranice s aretací proti nechtěnému spuštění, které jsou výhodnější z hlediska funkčnosti, hygieny i bezpečnosti.
Dotaz: Je možné nabídnout elektrické lůžko obsahující místo „sklopných odnímatelných zábran bez použití nářadí s ovládáním pod ložnou plochou mimo dosah pacienta" elektrické lůžko obsahující **dělené sklopné plastové postranice s aretací proti nechtěnému spuštění**?

Odpověď na dotaz č. 12:
Ne – zadavatel trvá na svém požadavku.

Dotaz č. 13:
V zadávací dokumentaci v části „Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) – část 1, NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ – LŮŽKO ELEKTRICKÉ VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ – 18 KS" uvádí zadavatel požadavek „maximální vnější rozměry lůžka max. 215 x **98 cm** vč. Postranic „. V případě nabídnutí lůžka s modernějšími a praktičtějšími dělenými sklopnými plastovými postranicemi s aretací proti nechtěnému spuštění je šířka lůžka o cca 2% větší?.
Dotaz: Je možné nabídnout elektrické lůžko s maximálními vnějšími rozměry lůžka max. 215 x **100 cm** vč. postranic?

Odpověď na dotaz č. 13:
Ne – zadavatel trvá na svém požadavku „maximální vnější rozměry lůžka max. 215 x 98 cm vč. postranic".

Dotaz č. 14:
V zadávací dokumentaci v části „Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) – část 1, ORL – LŮŽKO ELEKTRICKÉ VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ – 13 KS" uvádí zadavatel požadavek „ložná plocha 4 dílná s autoregresí zádového dílu min. 10 cm a stehenního dílu min. **8 cm**. „
Dotaz: Je možné nabídnout elektrické lůžko s ložnou plochou 4 dílnou s autoregresí zádového dílu min. 10 cm a stehenního dílu min. **6 cm**?

Odpověď na dotaz č. 14:
Ne – zadavatel požaduje elektrické lůžko s ložnou plochou 4 dílnou s autoregresí zádového dílu min. 10 cm a stehenního dílu min. 8 cm.

Dotaz č. 15:
V zadávací dokumentaci v části „Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) – část 1, ORL – LŮŽKO ELEKTRICKÉ VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ – 13 KS" uvádí zadavatel požadavek „sklopné odnímatelné zábrany bez použití nářadí s ovládáním pod ložnou plochou mimo dosah pacienta „. Modernější nemocniční lůžka vyšších kategorií obsahují dělené sklopné plastové postranice s aretací proti nechtěnému spuštění, které jsou výhodnější z hlediska funkčnosti, hygieny i bezpečnosti.
Dotaz: Je možné nabídnout elektrické lůžko obsahující místo „sklopných odnímatelných zábran bez použití nářadí s ovládáním pod ložnou plochou mimo dosah pacienta" elektrické lůžko obsahující **dělené sklopné plastové postranice s aretací proti nechtěnému spuštění**?

Odpověď na dotaz č. 15:
Ne – zadavatel trvá na svém požadavku.

Dotaz č. 16:
V zadávací dokumentaci v části „Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) – část 1, ORL – LŮŽKO ELEKTRICKÉ VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ – 13 KS" uvádí zadavatel požadavek „maximální vnější rozměry lůžka max. 215 x **98 cm** vč. Postranic „. V případě nabídnutí lůžka s modernějšími a praktičtějšími dělenými sklopnými plastovými postranicemi s aretací proti nechtěnému spuštění je šířka lůžka o cca 2% větší?.
Dotaz: Je možné nabídnout elektrické lůžko s maximálními vnějšími rozměry lůžka max. 215 x **100 cm** vč. postranic?

Odpověď na dotaz č. 16:
Ne – zadavatel trvá na svém požadavku „maximální vnější rozměry lůžka max. 215 x 98 cm vč. postranic".

Dotaz č. 17:
V zadávací dokumentaci v části „Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) – část 1, LDN JAROMĚŘ – LŮŽKO ELEKTRICKÉ VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ – 17 KS" uvádí zadavatel požadavek „ložná plocha 4 dílná s autoregresí zádového dílu min. 10 cm a stehenního dílu min. **8 cm**. „
Dotaz: Je možné nabídnout elektrické lůžko s ložnou plochou 4 dílnou s autoregresí zádového dílu min. 10 cm a stehenního dílu min. **6 cm**?

Odpověď na dotaz č. 17:
Ne – zadavatel požaduje elektrické lůžko s ložnou plochou 4 dílnou s autoregresí zádového dílu min. 10 cm a stehenního dílu min. 8 cm.

Dotaz č. 18:
V zadávací dokumentaci v části „Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) – část 1, LDN JAROMĚŘ – LŮŽKO ELEKTRICKÉ VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ – 17 KS" uvádí zadavatel požadavek „sklopné odnímatelné zábrany bez použití nářadí s ovládáním pod ložnou plochou mimo dosah pacienta „. Modernější nemocniční lůžka vyšších kategorií obsahují dělené sklopné plastové postranice s aretací proti nechtěnému spuštění, které jsou výhodnější z hlediska funkčnosti, hygieny i bezpečnosti.
Dotaz: Je možné nabídnout elektrické lůžko obsahující místo „sklopných odnímatelných zábran bez použití nářadí s ovládáním pod ložnou plochou mimo dosah pacienta" elektrické lůžko obsahující **dělené sklopné plastové postranice s aretací proti nechtěnému spuštění**?

Odpověď na dotaz č. 18:
Ne – zadavatel trvá na svém požadavku.

Dotaz č. 19:
V zadávací dokumentaci v části „Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) – část 1, LDN JAROMĚŘ – LŮŽKO ELEKTRICKÉ VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ – 17 KS" uvádí zadavatel požadavek „maximální vnější rozměry lůžka max. 215 x **98 cm** vč. Postranic „. V případě nabídnutí lůžka s modernějšími a praktičtějšími dělenými sklopnými plastovými postranicemi s aretací proti nechtěnému spuštění je šířka lůžka o cca 2% větší?.
Dotaz: Je možné nabídnout elektrické lůžko s maximálními vnějšími rozměry lůžka max. 215 x **100 cm** vč. postranic?

Odpověď na dotaz č. 19:
Ne – zadavatel trvá na svém požadavku „maximální vnější rozměry lůžka max. 215 x 98 cm vč. postranic".

Dotaz č. 20:
V zadávací dokumentaci v části „Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) – část 1, LDN JAROMĚŘ – LŮŽKO ELEKTRICKÉ VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ – 17 KS"

uvádí zadavatel požadavek „hrazda s hrazdičkou – plastová rukojeť vč. popruhu s automatickým navíjením a pojistkou „.
Dotaz: Je možné nabídnout elektrické lůžko s hrazdou s hrazdičkou – plastová rukojeť vč. popruhu **bez** automatického navíjení a pojistky?

Odpověď na dotaz č. 20:
Ne – zadavatel trvá na svém požadavku.

Dotaz č. 21:
V zadávací dokumentaci v části „Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) – část 1, LŮŽKA JIP VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ, INTERNÍ ODDĚLENÍ – JIP – 8 KS“ uvádí zadavatel požadavek „zálohová baterie s integrovaným dobíjením a vlastní autodiagnostikou životnosti„. Je velmi nepravděpodobné, že by personál kontroloval životnost baterie, která je pravidelně diagnostikována servisní technikem provádějícím BTK elektrického lůžka.
Dotaz: Je možné nabídnout elektrické lůžko obsahující zálohovou baterii s integrovaným dobíjením **bez** vlastní autodiagnostiky životnosti?

Odpověď na dotaz č. 21:
Ne – zadavatel trvá na svém požadavku.

Dotaz č. 22:
V zadávací dokumentaci v části „Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) – část 1, LŮŽKA JIP VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ, MULTIDISCIPLINÁRNÍ JIP – BROUMOV – 15 KS“ uvádí zadavatel požadavek „zálohová baterie s integrovaným dobíjením a vlastní autodiagnostikou životnosti„. Je velmi nepravděpodobné, že by personál kontroloval životnost baterie, která je pravidelně diagnostikována servisní technikem provádějícím BTK elektrického lůžka.
Dotaz: Je možné nabídnout elektrické lůžko obsahující zálohovou baterii s integrovaným dobíjením **bez** vlastní autodiagnostiky životnosti?

Odpověď na dotaz č. 22:
Ne – zadavatel trvá na svém požadavku.

V Náchodě dne 2.8.2016

Ing. Zbyněk Chotěborský
předseda představenstva
ON Náchod a.s.