

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 6

v souladu s § 49 zákona č. 137/2016 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo: Purkyňova 446, 547 69 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ26000202
Způsob zadání:

Název veřejné zakázky: **„Dodávka a instalace nemocničních lůžek, matrací a nočních stolků pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.“**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k veřejné zakázce na dodávky realizované v otevřeném řízení dle ustanovení § 27 zákona a uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem evidenčním 636194.

Zadavatel obdržel dne 4.8.2016 následující požadavek na dodatečné informace:

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje pro 12 ks aktivních matrací 1 náhradní kompresor. Vzhledem k tomu, že zadavatel požaduje matrace pro nosnost pacienta 130 kg a 200 kg, dá se předpokládat, že budou pro tuto část nabídnuty 2 různé typy kompresorů. Může tedy uchazeč nacenit pouze 1 náhradní kompresor, který bude splňovat požadavek na nosnost pro 10 ks matrací?

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, uchazeč ocení v části „Aktivní antidekubitní matrace vč. kompresoru – 12 ks“ 1 náhradní kompresor, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace, část veřejné zakázky č. 2.

Zadavatel předpokládá, že se bude jednat o kompresor k aktivní antidekubitní matraci s požadovanou nosností min. 130 kg, vzhledem k tomu, že zadavatel požaduje u tohoto typu větší množství (celkem 10 ks).

Uchazeč ve své nabídce u této položky vyspecifikuje do sloupce „hodnota/popis“, k jakému typu matrace je jeho nabízený náhradní kompresor (zda se jedná o kompresor pro 10 ks aktivních antidekubitních matrací s min. nosností 130 kg (10 ks) nebo o kompresor pro 2 ks aktivních antidekubitních matrací s min. nosností 200 kg (2 ks)).

V Náchodě dne 5.8.2016



Ing. Lukáš Hartwich
místopředseda představenstva
ON Náchod a.s.