

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám I.

Veřejná zakázka: Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. – ultrazvuk ARO

Zadavatel: Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov,
IČ: 26000237

Zadavatel obdržel tyto žádosti o dodatečné informace:

Dotaz č. 1)

Ve specifikaci zboží je požadována lineární sonda pro cévní diagnostiku, blokády periferních nervů, frekvenční rozsah min. 3.5-16 MHz. Bude zadavatel akceptovat nabídku s lineární sondou pro cévní diagnostiku, blokády periferních nervů, s frekvenčním rozsahem 5.0-13.0 MHz?

Odpověď:

Zadavatel trvá na požadovaném frekvenčním rozsahu.

Sdělení zadavatele:

Zadavatel upřesňuje plnění předmětu VZ. Pro dodání ultrazvuku platí Smlouva čl. V.1.:

Prodávající předá kupujícímu instalované zboží v plném rozsahu dle čl. II. odst. 1.1 této smlouvy do 60 dnů ode dne podpisu této kupní smlouvy.

Ve Výzvě je omylem uvedeno plnění do 5.12.2016

V Trutnově dne 5. 10. 2016

Zpracoval: Ing. Jan Tomek, administrátor VZ