

Vysvětlení zadávací dokumentace - dodatečné informace č. 2

Zakázka: „Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov“

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ anebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní na stavební práce, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

DOTAZ č.1

Zadavatel v technických podmínkách pro položku „376130 - vyplachovač a desinfikátor ložních mís“ uvádí konkrétní rozměry a provedení dveřní konstrukce, které jsou specifické pro přístroje výrobce Discher.

Uchazeč se domnívá, že u tohoto zařízení jsou podstatné vlastnosti kapacita zařízení, hlučnost, materiál apod. – viz popis zařízení. Výška zařízení není dle projektové dokumentace ničím limitována a způsob provedení dveří nemá vliv na funkčnost a účel přístroje.

Bude zadavatel akceptovat nabídku výrobku srovnatelných nebo lepších parametrů jak výkonových, tak funkčních, kdy uzavření dveří je řešeno způsobem, který zaručuje dokonalé uzavření přístroje a izolaci mycí komory od vnějšího prostředí pomocí těsnění a s výškou zařízení větší než 1240 mm?

Odpověď na dotaz č. 1:

Rozměry v popisu přístroje jsou pouze orientační. Pro zadavatele jsou podstatné vlastnosti zařízení, tak jak jsou popsány v technických podmínkách. V případě položky „376130 – vyplachovač a desinfikátor ložních mís“ jsou podstatné vlastnosti a kapacita zařízení, materiálové provedení apod. – viz popis zařízení.

Zadavatel bude akceptovat nabídku výrobku se srovnatelnými nebo lepšími parametry - tzn. že v nabídce lze akceptovat izolaci mycí komory od vnějšího prostředí pomocí těsnění při splnění ostatních parametrů ze zadávací dokumentace a s výškou zařízení větší než 1240 mm.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Lhůta pro podání nabídek zůstává nezměněna.

V Hradci Králové 24. 11. 2016

Mgr. Jitka Bučková

na základě pověření