

Kupní smlouva č.

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Článek I. Smluvní strany

1. Prodávající: LINET spol.s r.o.
se sídlem: Želečovice 5, 274 01 Slaný
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163
zastupuje: Ing. Zbyněk Frolík, jednatel
Ing. Tomáš Kolář, jednatel
Ing. Jaroslav Chvojka, jednatel
Ing. Pavel Chýňava, prokurista
bankovní spojení: Komerční banka a.s. Kladno, pobočka Slaný
číslo účtu: 58242-141/0100
IČ: 00507814
DIČ: CZ00507814
2. Kupující: **Oblastní nemocnice Jičín a.s.**
se sídlem: **Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín**
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2328
zastupuje: **Ing. Tomáš Sláma, MSc., předseda představenstva**
bankovní spojení: **KB, a.s., pobočka Jičín**
číslo účtu: **78-8520790217/0100**
IČ: **26001551**
DIČ: **CZ26001551**

Článek II. Předmět plnění

1. Předmětem plnění této kupní smlouvy je, za podmínek níže sjednaných:
 - 1.1 závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží, jehož specifikace je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „zboží“), přičemž součástí dodávky budou i následující služby a činnosti:
 - doprava do místa plnění
 - instalace a uvedení do klinického provozu v místě plnění
 - odvoz a likvidace obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění této smlouvy
 - zaškolení obsluhy
 - vystavení písemného protokolu o uvedení zařízení do provozu a zaškolení obsluhy
 - předání funkční instalace bez vad a nedodělků kupujícímu
 - předání uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě kupujícímu, zahrnující minimálně:
 - návod k obsluze v českém jazyce



- kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobcí, na všechny dodané stanovené výrobky, vč. kopií jejich překladů do českého jazyka
 - demontáž, odvoz a odborná likvidace stávajících obměňovaných lůžek zadavatele vč. vystavení protokolu o ekologické likvidaci
 - případné další služby a činnosti, výše neuvedené, avšak specifikované v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (viz čl. III odst. 1.1 této smlouvy) a/nebo související s předmětem plnění
 - převedení vlastnického práva k dodanému zboží na kupujícího
- 1.2 závazek prodávajícího zajistit bezplatné provádění odborné údržby instalovaného zboží během záruční doby, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce, včetně vystavení písemných protokolů (viz čl. XIII této smlouvy);
- 1.3 závazek kupujícího instalované zboží od prodávajícího převzít a zaplatit mu sjednanou kupní cenu.

Článek III.

Podklady pro uzavření smlouvy

1. Podklady pro uzavření této kupní smlouvy jsou:
- 1.1 Podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku "Lůžka polohovací pro odd. RKO a LDN", vyhlášené zadavatelem dne 9.12.2016 (výzva zájemcům k podání nabídky včetně zadávací dokumentace) dle ust. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
- 1.2 Cenová nabídka prodávajícího č. NT/2016/704 ze dne 14.12.2016 (příloha č. 3 této smlouvy).

Článek IV.

Místo plnění

1. Místem plnění je:
- 1.1 Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, oddělení radiační a klinické onkologie, lůžková část
- 1.2 Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, pracoviště Nemocnice Nový Bydžov, Malátova 493, 504 01 Nový Bydžov, LDN A
- 1.3 Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, pracoviště Nemocnice Nový Bydžov, Malátova 493, 504 01 Nový Bydžov, LDN A4-I

Článek V.

Doba plnění, dodací podmínky

1. Prodávající předá kupujícímu instalované zboží v plném rozsahu dle čl. II odst. 1.1 této smlouvy do 6 týdnů ode dne podpisu této kupní smlouvy.
2. Den dodání zboží kupujícímu bude upřesněn a potvrzen na základě telefonické dohody obou smluvních stran minimálně 3 pracovní dny předem. K jednání jsou oprávněny následující kontaktní osoby:
- a) za prodávajícího:
- Petra Plašková, tel. 312 576 394
- b) za kupujícího:
- vedoucí pracovník oddělení, uvedeného v čl. IV odst. 1 této smlouvy, příp. jeho odpovědný zástupce, tel. 493 582 111

3. Dodáním zboží kupujícímu se rozumí fyzické převzetí zboží odpovědnou osobou kupujícího od zástupce prodávajícího nebo veřejného přepravce a potvrzení dodacího, příp. přepravního listu odpovědnou osobou kupujícího.
4. Odpovědná osoba kupujícího vyplní v dodacím, příp. přepravním listu datum dodání zboží kupujícímu a potvrdí jej otiskem razítka kupujícího a vlastnoručním podpisem.
5. Odpovědné osoby kupujícího oprávněné k převzetí zboží a potvrzení dodacího, příp. přepravního listu, jsou uvedeny v odst. 2b) tohoto článku.
6. Kupující je povinen provést vizuální kontrolu dodaného zboží co nejdříve a neprodleně informovat prodávajícího o případné nekompletnosti nebo zjevné vadě dodaného zboží nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne dodání zboží.
7. Kupující není oprávněn až do předání funkční instalace zboží dle čl. VI odst. 4 této smlouvy provádět jakoukoliv manipulaci s dodaným zbožím bez přítomnosti oprávněného pracovníka prodávajícího. V opačném případě přejímá kupující odpovědnost za případné škody, vzniklé na zboží v důsledku takového jednání kupujícího.

Článek VI.

Instalace a uvedení zařízení do provozu

1. Kupující se zavazuje umožnit prodávajícímu provést instalaci dodaného zboží a jeho uvedení do provozu bezodkladně, jakmile bude místo plnění technicky i stavebně připraveno k instalaci.
2. Proávající se zavazuje provést instalaci dodaného zboží a jeho uvedení do provozu bezodkladně, jakmile mu bude instalace kupujícím umožněna.
3. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně kupujícího nebude možné dodržet prodávajícím požadovaný termín zahájení plnění, je kupující oprávněn zahájení plnění posunout na pozdější dobu. Posouvá se tak adekvátně i termín ukončení plnění dle čl. V odst. 1 této smlouvy, přičemž doba potřebná k provedení činností zůstává nezměněna.
4. Po ukončení instalace dodaného zboží a jeho uvedení do provozu se prodávající zavazuje seznámit obsluhující personál kupujícího s určeným účelem použití a obsluhou instalovaného zboží a s bezpečnostními zásadami a technickými podmínkami pro jeho provoz a údržbu. Následné předání instalovaného zboží obsluhujícímu personálu kupujícího potvrdí odpovědní zástupci obou smluvních stran podpisem "Protokolu o uvedení zařízení do provozu".
5. "Protokol o uvedení zařízení do provozu" je písemným dokumentem, kterým se potvrzuje kompletnost dodaného zboží a uskutečnění všech souvisejících služeb a činností v rozsahu dle čl. II odst. 1.1 této smlouvy. Protokol je platný pouze v případě, obsahuje-li jmenný seznam zaškoleného personálu s jeho vlastnoručními podpisy a je-li potvrzen odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Jedno vyhotovení stejné autentičnosti protokolu obdrží kupující.
6. Proávající je povinen předat kupujícímu funkční instalaci dodaného zboží, která bude prostá technických i právních vad a nedodělků, bránících jeho řádnému a bezpečnému užívání. V opačném případě nedojde k převzetí instalovaného zboží kupujícím do té doby, než budou veškeré vady a nedodělky prodávajícím odstraněny.

Článek VII.

Kupní cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za instalaci dodaného zboží v souladu s ust. zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, a zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v



platném znění, jako na ceně maximální (nejvýše přípustné) pro rozsah plnění dle čl. II odst. 1.1 a 1.2 této smlouvy (dále jen „kupní cena“), jejíž výše činí:

Cena bez DPH: 639 085,28 Kč

DPH: 95 862,79 Kč

Cena celkem vč. DPH: 734 948,07 Kč

(slovy: sedmsetřicetčtyřitisícdevětsetčtyřicet osm korun českých 7/100)

2. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě faktury - daňového dokladu (dále jen "faktura"), vystavené prodávajícím po potvrzení "Protokolu o uvedení zařízení do provozu" odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
3. Prodávající zašle fakturu na adresu sídla kupujícího.
4. Doba splatnosti faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. V případě pochybností se dnem doručení rozumí třetí den ode dne odeslání.
5. Prodávající se zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat veškeré potřebné náležitosti, které jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy, a rovněž název veřejné zakázky, uvedený v čl. III odst. 1.1 této smlouvy. Fakturovaná částka musí přesně souhlasit s částkou, uvedenou v odst. 1 tohoto článku.
6. Povinnost uhradit platbu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího.

Článek VIII.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. V případě, že prodávající nedodrží termín dle čl. V odst. 1 této smlouvy, s přihlédnutím k ust. čl. VI odst. 3, má kupující právo požadovat od prodávajícího smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že kupující nedodrží dobu splatnosti faktury dle čl. VII odst. 4 této smlouvy, má prodávající právo požadovat od kupujícího úrok z prodlení dle § 2 Nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
3. V případě, že prodávající nedodrží termín dle čl. XI odst. 5 této smlouvy, má kupující právo požadovat od prodávajícího smluvní pokutu, která se sjednává ve výši 200,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že prodávající nedodrží termíny dle čl. XI odst. 6 této smlouvy, má kupující právo požadovat od prodávajícího smluvní pokutu, která se sjednává ve výši 200,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Smluvní strany sjednávají právo uplatňovat nárok na náhradu škody, způsobené porušením smluvních povinností druhou smluvní stranou, v plné výši, a to vedle úhrady smluvní pokuty nebo úroku z prodlení.

Článek IX.

Přechod nebezpečí škody

1. Riziko nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícímu dle čl. V odst. 3 této smlouvy.

Článek X.

Nabytí vlastnického práva

1. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího dnem úplného zaplacení kupní ceny.

Článek XI.

Záruka na jakost a podmínky záručního servisu

1. Prodávající se zavazuje zajistit kupujícímu na zboží dle čl. II odst. 1.1 (příloha č. 1) záruku na jakost po dobu 36 měsíců a po stejnou dobu bezplatný záruční servis instalovaného zboží, který zahrnuje i bezplatné dodávky náhradních dílů. V případě, že doba použitelnosti vyznačená na obalu je kratší, má přednost ujednání smluvních stran v předchozí větě tohoto odstavce. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu "Protokolu o uvedení zařízení do provozu" oběma smluvními stranami.
2. Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží, které se projeví během záruční doby při používání zboží k účelu, určenému výrobcem v souladu s návodem k obsluze. Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou běžným opotřebením, nevhodnou manipulací, mechanickým poškozením, neoprávněným zásahem do konstrukce kupujícím či třetí osobou. Záruka se rovněž nevztahuje na vady, způsobené vyšší mocí.
3. Kupující je povinen případné zjištěné závady během záruční doby neprodleně a prokazatelně oznámit prodávajícímu (telefonicky s následným potvrzením e-mailem nebo faxem). Kontaktní údaje pro hlášení závad: tel.: 312 576 359, e-mail: servis@linet.cz, fax: 312 522 668
4. Prodávající zajišťuje poskytování servisních výkonů běžně v pracovních dnech v době 8:00 - 15:00 hod..
5. Prodávající se zavazuje, že nástup na záruční servis bude uskutečněn do 48 hodin v pracovních dnech od prokazatelného nahlášení závady kupujícím. Příjem hlášení závad je prodávajícím zajištěn v době dle odst. 4 tohoto článku.
6. Prodávající se zavazuje, že záruční oprava bude ukončena nejpozději:
 - a) do 24 hodin v pracovních dnech od nástupu na opravu, jedná-li se o opravu bez potřeby zajištění náhradního dílu
 - b) do tří pracovních dnů od nástupu na opravu, jedná-li se o opravu s obstaráním náhradního dílu, který nemá prodávající skladem
7. V případě, že doba záruční opravy zboží přesáhne 24 hodin od nástupu na servis a kupující nebude schopen zajistit provoz jinými prostředky, zavazuje se prodávající k bezplatnému zapůjčení záložního přístroje srovnatelných parametrů nejpozději do 24 hodin od nástupu na záruční servis. Podmínky výpůjčky budou sjednány příslušnou smlouvou o výpůjčce.
8. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně kupujícího nebude umožněn servisním technikům okamžitý přístup k instalovanému zboží za účelem provedení záruční opravy, prodlužují se adekvátně lhůty dle odst. 6 tohoto článku.
9. Záruka se prodlužuje o dobu, kdy nebylo možno zboží používat v důsledku poruchy, tj. ode dne nahlášení závady do dne jejího úplného odstranění.
10. Ostatní práva a povinnosti z odpovědnosti za vady se řídí, není-li touto smlouvou stanoveno jinak, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
11. Prodávající se zavazuje zajistit kupujícímu na instalované zboží poskytování pozáručního servisu s dodávkami náhradních dílů po dobu nejméně 10 let ode dne podpisu "Protokolu o uvedení zařízení do provozu" oběma smluvními stranami.

Článek XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě závažného porušení smluvní nebo zákonné povinnosti prodávajícím.
2. Za závažné porušení smluvní povinnosti prodávajícím se považuje:



- a) skutečnost, že zboží nebude splňovat parametry deklarované uchazečem v jeho nabídce, požadované touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy nebo technickými normami; nebo
 - b) prodlení s dodáním kterékoliv části zboží či s odstraněním vady, poruchy či nedostatku jakosti dle této smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů; nebo
 - c) prodlení s nástupem na opravu závady či poruchy po dobu delší než 3 pracovní dny.
3. Platnost této smlouvy v případě odstoupení od smlouvy končí dnem doručení projevu vůle prodávajícímu.

Článek XIII.

Odborná údržba

1. Prodávající se zavazuje zajišťovat provádění odborné údržby instalovaného zboží v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce, včetně vystavení písemných protokolů, v souladu s ust. § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Výrobce doporučený interval provádění odborné údržby je 1x za 12 měsíců.
3. Pro stanovení termínu následné odborné údržby je rozhodující den podpisu "Protokolu o uvedení zařízení do provozu" oběma smluvními stranami dle čl. VI odst. 4 této smlouvy, příp. den poslední provedené odborné údržby.
4. Provádění odborné údržby je službou, kterou zajistí prodávající na základě písemných objednávek kupujícího. Kupující se zavazuje, že bude prodávajícímu zasílat objednávky této služby s dostatečným předstihem, a to buď prostřednictvím České pošty, nebo formou e-mailové korespondence.
5. Za návaznost termínů odborné údržby odpovídá prodávající za předpokladu dodržování ust. odst. 4 tohoto článku kupujícím.
6. Náklady, spojené s prováděním odborné údržby, hradí během záruční doby prodávající.
7. Termíny provádění odborné údržby budou telefonicky nebo e-mailem ohlášeny prodávajícím vždy s předstihem min. 5 pracovních dnů odpovědné osobě kupujícího a následně oboustranně odsouhlaseny.
8. Protokoly o odborné údržbě v originálním vyhotovení budou zasílány kupujícímu průběžně, a to vždy nejpozději do 14 dnů od provedení příslušné odborné údržby.

Článek XIV.

Ostatní ujednání

1. Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k plnění této smlouvy a že má splněny všechny povinnosti, které mu ukládá zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží, díly a materiály budou nové, nepoužité a nerepasované.
3. Doba použitelnosti dodaného zboží dle ust. § 59 odst. 2 písm. b) zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, je stanovena výrobcem na 15 let u lůžek a 7 let u příslušenství a matrací.
4. Prodávající se zavazuje, že postup prací během plnění této smlouvy bude přizpůsoben provozu oddělení, uvedeného v čl. IV odst. 1 této smlouvy, i provozu dalších oddělení, umístěných ve společném objektu, a rovněž technicko - hospodářskému provozu kupujícího.



5. Prodávající se zavazuje, že s ohledem na bezprostřední blízkost dalších zdravotnických oddělení provede taková opatření, která maximálně omezí hluk v místě plnění po dobu nezbytně nutnou.
6. Prodávající bere na vědomí, že kupující není povinen poskytovat jakoukoliv zvláštní materiální, ani personální výpomoc prodávajícímu při plnění této smlouvy (např. zapůjčování náradí, přepravní techniky, pomoc zaměstnanců kupujícího při stěhování apod.).

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy musí být provedeny formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že se dohodly na celém jejím obsahu, že se smluvními podmínkami souhlasí a že smlouva nebyla sjednána v tísní ani za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zašle kupující správci registru smluv elektronický obraz textového obsahu této smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu.
5. Prodávající barevně označil v textu této smlouvy pasáže, obsahující obchodní tajemství nebo jiné informace ve smyslu ust. § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které budou pro účely zveřejnění znečitelněny.
6. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů právního řádu České republiky.
7. Pro projednávání a rozhodnutí sporů, vyplývajících z této smlouvy, jsou příslušné obecné soudy České republiky.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech stejné autentičnosti, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Želevčicích dne: 22.12.2016

V Jičíně dne: - 2 -01- 2017

Za prodávajícího:

Petr Smetana

Customer Service manager

(36)

WILINET CZ

Želevčice 5, 274 01 Slaný

Tel. +420 312 576 111 Fax +420 312 522 668

DIC: CZ00507814 E-mail: info@wlinet.cz

Za kupujícího:

Ing. Tomáš Sláma, MSc.,

předseda představenstva

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

ON Jičín a.s.

Bolzanova 512, 506 01 Jičín

tel. 493 582 111

①

Přílohy:

1. Podrobná specifikace zboží v českém jazyce
2. Tabulky technických podmínek - vyplněné přílohy č. 2a, 2b a 2c výzvy k podání nabídky
3. Cenová nabídka včetně rekapitulace ceny a položkového rozpočtu



Altura Thema



Univerzální elektricky polohovatelné lůžko

PROGRAM PRO ZDRAVOTNICTVÍ A PEČOVATELSTVÍ

Altura Thema – funkčnost a bezpečnost

Elektricky polohovatelné lůžko Altura Thema nabízí širokou škálu možností pro pacienty i nemocniční personál. Užité vlastnosti, společně s bezpečnostním konceptem lůžka a líbivým designem, vytvářejí příjemné nemocniční prostředí.



- Moderní design
- Sloupová konstrukce
- Unikátní řešení postranic
- Řešení ložné plochy snižující riziko vzniku proleženin

NÁPADITÝ DESIGN

- Design lůžka Altura Thema respektuje nejnovější trendy ve zdravotnictví.
- Jedinečný vzhled lůžka tvoří kombinace použitých materiálů jako např. eloxovaný hliník a vysokotlakého laminátu. Velké množství důmyslně řešených detailů umožňuje jednoduchou a příjemnou manipulaci s lůžkem.
- Důmyslný design, chytré konstrukční řešení a odolnost použitých materiálů plně respektují nejnovější poznatky v nemocniční hygienické péči.



Unikátní vzhled – tvořený líbivými ale hlavně odolnými materiály

BEZPEČNOSTNÍ KONCEPT

- Unikátní patentované řešení zaručuje vysokou stabilitu a funkčnost lůžka.
- Sloupová konstrukce umožňuje rychlé nastavení bezpečnostních poloh – protišoková poloha, obrácená protišoková poloha a kardiacké křeslo.
- Kompaktní a snadno čistitelná konstrukce podvozku. Jednoduchý koncept hygieny je zde podporován technickým řešením – jednoduchým tvarem dílů s hladkým povrchem.




Důmyslné řešení detailů podporuje hygienický koncept celého lůžka

ŘEŠENÍ POSTRANIC

- Průběžné postranice tvoří efektivní individuální ochranu proti pádům pacienta z lůžka.
- Výška postranic (41 cm nad úroveň ložné plochy) je kompatibilní s většinou aktivních a pasivních matrací.
- Jelikož postranice pokrývají celou délku ložné plochy, nedochází zde ke vzniku mezer, které mohou potenciálně způsobit pád pacienta.
- Průběžné postranice obsahují teleskopické mechanismy, které umožňují prodloužit ložnou plochu o 15 cm (nebo zkrátit o 4 cm)

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vnější rozměry	213.5 × 100 cm
S ochran. kolečky	215.5 × 101 cm
Rozměry matrace	200 × 86 cm
Nastavení výšky ložné plochy	38.5–76.5 cm
TR/ATR náklon	± 16°
Náklon zádového dílu	0°–70°
Náklon stehenního dílu	0°–45°
Clearance height	14.5 cm
Bezpečná pracovní zátěž	230 kg



Pasivní matrace

ZDRAVOTNICTVÍ

PEČOVATELSTVÍ

Portfolio matrací

CLINICARE 20

- Matraci tvoří kombinace studené polyuretanové a termoelastické pěny. Pro maximální komfort pacienta tvoří termoelastická pěna kompletní vrchní vrstvu matrace.
- Horní povrch matrace je členitý, aby docházelo k lepší cirkulaci vzduchu mezi pokožkou pacienta a matrací. Tvarování povrchu také zlepšuje rozložení tlaku.


+	Specifikace matrace	Riziko	Hmotnost	Max. nosnost
		IV	16,5 kg	230 kg



CLINICARE 10

- Matrace je vyrobena ze studené polyuretanové a termoelastické pěny.
- Vrchní část matrace se skládá ze tří ergonomických zón: hlava, tělo a paty. Oblast pod hlavou a patami je sestavena ze tří pěn o různé hustotě, tvrdosti a profilaci. Podpěru hlavy a pat tvoří termoelastická pěna, která je navíc perforovaná pro lepší cirkulaci vzduchu mezi pokožkou pacienta a matrací.


+	Specifikace matrace	Riziko	Hmotnost	Max. nosnost
		IV	13 kg	200 kg



PRIMACARE 20

- Díky dvěma různým druhům polyuretanových pěn s rozdílnou hustotou a tloušťkou je matrace velmi komfortní.
- V rizikových místech má horní plocha matrace prořezy: hlava, boky a paty. Dochází k lepší cirkulaci vzduchu mezi pokožkou pacienta a podložkou a také k optimálnímu rozložení tlaku.

+	Specifikace matrace	Riziko	Hmotnost	Max. nosnost
		III	11,5 kg	200 kg



PRIMACARE 10

- Jednotlivá matrace PrimaCare 10 má průřezy v jádře rovnoměrně po celé délce horní části.
- V hlavové a nožní části jsou průřezy hustší, aby zajišťovaly větší komfort a lepší rozložení tlaku.


+	Specifikace matrace	Riziko	Hmotnost	Max. nosnost
		III	11 kg	200 kg



EFFECTACARE 20

- Jednotlivá matrace s preventivním účinkem proti dekubitům.
- V oblasti boků má navíc průřezy v jádře pro lepší rozložení tlaku.

+	Specifikace matrace	Riziko	Hmotnost	Max. nosnost
		II	8,5 kg	150 kg



EFFECTACARE 10

- Povrch jednotlivé matrace je členěn pravidelnou vlnkovou strukturou, která zvyšuje cirkulaci vzduchu mezi pokožkou pacienta a matrací.
- Díky symetrické struktuře lze matraci rotovat i překlápět pro delší využití.


+	Specifikace matrace	Riziko	Hmotnost	Max. nosnost
		II	6,5 kg	110 kg



CliniCare 30 s vrstvou Clima™

Matrace CliniCare 30 využívá unikátní technologii Clima™, díky níž se výrazně zvyšuje antidekubitní účinek na pacienta.

- Matrace je vyrobena ze studené polyuretanové a termoelastické pěny.
- Termoelastická pěna tvoří celou vrchní vrstvu, takže matrace nabízí vysoký komfort ležení.
- Vrstva Clima™ zajišťuje optimální teplotu pod pacientem a tím zvyšuje antidekubitní účinek matrace.




+	Specifikace matrace	Riziko	Hmotnost	Max. nosnost
		IV	16,5 kg	230 kg



TECHNOLOGIE CLIMA™

Díky technologii Clima™ pěnová matrace aktivně zlepšuje prostředí mezi matrací a pokožkou pacienta.

- Základem technologie Clima™ je materiál PCM (Phase Changing Material), který tvoří souvislou vrstvu na povrchu matrace. PCM materiál je schopný absorbovat přebytečné teplo, rozložit ho a vyzářit zpět v místech mimo tělo pacienta.
- Technologie PCM pomáhá kontrolovat teplotu matrace, optimalizovat komfort pacienta a chránit ho před přehřátím nebo podchlazením.
- Nedochází k nežádoucím nadměrnému hromadění tepla v místech s vysokým rizikem dekubitů.



VLIV TEPLA NA PACIENTA

„Stále více důkazů nasvědčuje tomu, že na vznik proleženin 1. a 2. stupně má vliv mikroklima mezi pokožkou pacienta a povrchem ložné plochy. Mikroklima je dáno vlhkostí a teplotou. S rostoucí vlhkostí a teplotou pokožka slábne (je zranitelnější) a ztrácí pevnost.“

„Pacienti v nemocnicích, jejichž pokožka se více zahřívá a potí, jsou vystaveni většímu riziku vzniku proleženin.“

Haesler, E., *Emerging therapies for prevention of pressure ulcers*. V publikaci *Prevention a léčba proleženin: Směrnice pro klinickou praxi* [2. vydání, str. 20-21, 71]



Pro komfort, bezpečnost a hygienu

STABILITA




Po stranách je matrace vyztužena pěnou s vyšší hustotou. Tím je zajištěna stabilita pacienta a pohodlí při sezení na okraji lůžka. S matrací se rovněž snadněji manipuluje.



OPTIMÁLNÍ TLAK



Na spodní straně je matrace speciálně prořezaná tak, aby při polohování lůžka docházelo k optimalizaci tlaku na pacienta.



HYGIENA



Matrace je chráněna voděodolným a paropropustným elastickým potahem, který je šetrný k pokožce pacienta. Švy jsou šity a vysokofrekvenčně svařovány, aby umožňovaly snadnou očistu.



Matrace je chráněna voděodolným a paropropustným elastickým potahem, který je šetrný k pokožce pacienta.

	Max. nosnost	Standardní rozměry	Druh pěny	Potah matrace	Oboustranné použití	Možnost rotace hlava/nohy	Clima™
CliniCare 30	230 kg	200×86×14 200×90×14	PU + visco	Voděodolný, zip 360°	✗	✓	✓
CliniCare 20	230 kg	200×86×14 200×90×14	PU + visco	Voděodolný, zip 360°	✗	✓	✗
CliniCare 10	200 kg	200×86×14 200×90×14	PU + visco	Voděodolný, zip 360°	✗	✓	✗
PrimaCare 20	200 kg	200×86×14 200×90×14	PU	Voděodolný, zip 360°	✗	✓	✗
PrimaCare 10	200 kg	200×86×14 200×90×14	PU	Voděodolný, zip 180°	✗	✓	✗
EffectaCare 20	150 kg	200×86×14 200×90×14	PU	Voděodolný, zip 180°	✗	✓	✗
EffectaCare 10	110 kg	200×86×14 200×90×14	PU	Voděodolný, zip 180°	✓	✓	✗

Pasivní matrace

VARIABILITA

Možnost objednání	Parametr	Dostupné pro
Bariatrická verze	Váhový limit 300 kg	EffectaCare 20, CliniCare 20
Juniorská verze	Vhodné pro lůžko Eleganza Smart Junior	PrimaCare 10, PrimaCare 20, CliniCare 10, CliniCare 20, CliniCare 30
Dětská verze	Vhodné pro lůžko Tom 2	EffectaCare 20
Seříznuté rohy	Více prostoru pro příslušenství	EffectaCare 20+ (bariatrická verze), PrimaCare 20, CliniCare 10, CliniCare 20, CliniCare 30
Verze Ergoframe	Vhodné pro lůžka s Ergoframe	PrimaCare 20, CliniCare 10, CliniCare 20, CliniCare 30



Želečnice 5, 274 01 Slaný, Česká republika

tel.: +420 312 576 400, fax: +420 312 522 668, e-mail: info@linet.cz, www.linet.cz

Možnosti odchylky barevných odstínů. Změna technických parametrů vyhrazena.

05/2015
9600-1029

Příloha č. 2b Výzvy zájemcům k podání nabídky

Technické podmínky

Zakázka: Lůžka polohovací pro odd. RKO a LDN

Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdicke Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551

Požadavek / parametr	ANO / NE	Hodnota / popis
Účel použití a obecné požadavky		
Univerzální polohovací lůžka, vhodná pro standardní oddělení lůžkové péče, určená pro odd. LDN A	ANO	Altura Thema
Technická specifikace lůžek		
Celkový počet lůžek: 2ks (dva)	ANO	
Provedení ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52:2010	ANO	
Kovové provedení	ANO	
Ložná plocha z kovových lamel	ANO	
Šířka ložné plochy min. 850 mm	ANO	860 mm
Délka ložné plochy min. 2000 mm	ANO	2000 mm
Prodloužení ložné plochy o min. 150mm	ANO	o 150 mm
Bezpečné provozní zatížení min. 230 kg	ANO	230 kg
Výška ložné plochy nastavitelná pomocí elektromotoru v rozmezí min. 400 - 760 mm	ANO	385 - 765 mm
4-segmentová ložná plocha	ANO	
Polohování zádového a stehenního dílu ložné plochy pomocí elektromotoru	ANO	
Polohování lýtkového dílu ložné plochy min. mechanické	ANO	mechanické
Autoregrese pro eliminaci tlaku a střízných sil při polohování lůžka	ANO	
Poloha "Trendelenburg / Antitrendelenburg" nastavitelná pomocí elektromotoru	ANO	
Poloha "kardiacké křeslo" nastavitelná pomocí elektromotoru	ANO	
Funkce "CPR" pro rychlé spuštění lůžka do resuscitační polohy	ANO	
Kabelový ruční ovladač pro pacienta s ochranou proti nechtěnému polohování	ANO	
Ovládací panel pro sestru na spirálovém kabelu, zavěsitelný na čelo lůžka, s ochranou proti nechtěnému polohování	ANO	
Povrchová úprava kovových částí: lakování polyesterovými práškovými barvami, barva: bílý odstín RAL dle výběru zadavatele	ANO	9006
Čelo v hlavové části kovové, odnímatelné	ANO	
Čelo v nožní části kovové, odnímatelné	ANO	
Výplně čel vyjímatelné, plastové nebo laminátové, barevný dekor dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku barev	ANO	
4 kolečka o průměru 150 mm, plastová, antistatická, z nich jedno se směrovou aretací pro snadnější transport	ANO	
Centrální brzda ovládaná nožně	ANO	
4 vodorovná gumová ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka	ANO	
Úchyty pro příslušenství (hrazda, příp. infuzní stojan) v hlavové části	ANO	
Hrazda kovová, odnímatelná	ANO	
Rukojeť na hrazdu plastová, vč. popruhu s automatickým systémem navijení a pojistkou	ANO	
Postranice (P+L) s pokrytím celé délky ložné plochy, kovové, nedělené nebo max. dvoudílné dělené, možnost uzamčení proti nechtěnému spuštění pacientem, barevný dekor dle výběru zadavatele	ANO	
Řešení postranic: průběžný systém, ukotvení a pohyb v krajních vertikálních lištách, s prodloužením o min. 150 mm	ANO	
Plastový kryt podvozku pro snadné čištění a údržbu lůžka	ANO	

Výsuvná políčka na lůžkoviny v prostoru pod nožním čelem	ANO
Teplotka zavěsitelná na rám nožního čela, plastová, formát A5, s klipem	ANO
Košík závěsný na nápoje	ANO
Držák na 2 ks berli, přenosný	ANO
Technická specifikace matrací	
Celkový počet matrací: 2ks (dva)	ANO
Pasivní matrace, vhodná pro vyšší riziko vzniku dekubitů (II. - III. stupeň)	ANO
Výška min. 140 mm	ANO
Materiál: studená PU pěna v kombinaci s viscoelastickou pamětovou pěnou	ANO
Členění matrace do anatomických zón pro dosažení co nejlepší fyziologické polohy těla	ANO
Snímání, paropropustný, omyvatelný a pratelný potah	ANO
Rozměry dle lůžka	ANO
Instalační práce a služby	
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:	ANO
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s přívodem el. energie	ANO
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky	ANO
zajištění demontáže, transportu mimo budovu, odvozu a ekologické likvidace stávajících obměňovaných lůžek zadavatele, vystavení protokolu o ekologické likvidaci	ANO
prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení	ANO
uvvedení zařízení do klinického provozu	ANO
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu:	ANO
- návod k obsluze v ČJ	ANO
- kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobcí, na všechny dodané stanovené výrobky	ANO
předání kompletní funkční instalace bez vad a nedodatků zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu	ANO
poskytování záručního servisu po dobu min. 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu	ANO
po dobu záruky bezplatné provádění odborné údržby dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce	ANO
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu	ANO
Zvláštní požadavky	
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech lůžkového oddělení, popsaného výše.	ANO
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřipustné.	ANO
Uchazeč bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoli poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je zhotovitel povinen vzniklé závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.	ANO


Petr Smetana
Customer Service manager

Příloha č. 2c Výzvy zájemcům k podání nabídky

Technické podmínky

Zakázka: Lůžka polohovací pro odd. RKO a LDN
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdicke Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551

Požadavek / parametr	ANO / NE	Hodnota / popis
Účel použití a obecné požadavky		
Univerzální polohovací lůžka, vhodná pro standardní oddělení lůžkové péče, určená pro odd. LDN A4 - I	ANO	Altura Thema
Technická specifikace lůžek		
Celkový počet lůžek: 4ks (čtyři)	ANO	
Provedení ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52:2010	ANO	
Kovové provedení	ANO	
Ložná plocha z kovových lamel	ANO	
Šířka ložné plochy min. 850 mm	ANO	860 mm
Délka ložné plochy min. 2000 mm	ANO	2000 mm
Prodloužení ložné plochy o min. 150mm	ANO	o 150 mm
Bezpečné provozní zatížení min. 230 kg	ANO	230 kg
Výška ložné plochy nastavitelná pomocí elektromotoru v rozmezí min. 400 - 760 mm	ANO	385 - 765 mm
4-segmentová ložná plocha	ANO	
Polohování zádového a stehenního dílu ložné plochy pomocí elektromotoru	ANO	
Polohování lýtkového dílu ložné plochy min. mechanické	ANO	mechanické
Autoregrese pro eliminaci tlaku a střížných sil při polohování lůžka	ANO	
Poloha "Trendelenburg / Antitrendelenburg" nastavitelná pomocí elektromotoru	ANO	
Poloha "kardiacké křeslo" nastavitelná pomocí elektromotoru	ANO	
Funkce "CPR" pro rychlé spuštění lůžka do resuscitační polohy	ANO	
Kabelový ruční ovladač pro pacienta s ochranou proti nechtěnému polohování	ANO	
Ovládací panel pro sestru na spirálovém kabelu, zavěsitelný na čelo lůžka, s ochranou proti nechtěnému polohování	ANO	
Povrchová úprava kovových částí: lakování polyesterovými práškovými barvami, barva: bílý odstín RAL dle výběru zadavatele	ANO	9006
Čelo v hlavové části kovové, odnímatelné	ANO	
Čelo v nožní části kovové, odnímatelné	ANO	
Výplně čel vyjímatelné, plastové nebo laminátové, barevný dekor dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku barev	ANO	
4 kolečka o průměru 150 mm, plastová, antistatická, z nich jedno se směrovou aretací pro snadnější transport	ANO	
Centrální brzda ovládaná nožně	ANO	
4 vodorovná gumová ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka	ANO	
Úchyty pro příslušenství (hrazda, příp. infuzní stojan) v hlavové části	ANO	
Hrazda kovová, odnímatelná	ANO	
Rukojeť na hrazdu plastová, vč. popruhu s automatickým systémem navijení a pojiskou	ANO	
Postorance (P+L) s pokrytím celé délky ložné plochy, kovové, nedělené nebo max. dvoudílné dělené, možnost uzamčení proti nechtěnému spuštění pacientem, barevný dekor dle výběru zadavatele	ANO	
Řešení postoranic: průběžný systém, ukotvení a pohyb v krajních vertikálních lištách, s prodloužením o min. 150 mm	ANO	
Plastový kryt podvozku pro snadné čištění a údržbu lůžka	ANO	

Výsuvná políčka na lůžkoviny v prostoru pod nožním čelem	ANO
Teplotka zavěsitelná na rám nožního čela, plastová, formát A5, s klipem	ANO
Košík závěsný na nápoje	ANO
Držák na 2 ks berlí, přenosný	ANO
Technická specifikace matrací	
Celkový počet matrací: 4ks (čtyři)	ANO
Pasivní matrace, vhodná pro vyšší riziko vzniku dekubitů (II. - III. stupeň)	ANO
Výška min. 140 mm	ANO
Materiál: studená PU pěna v kombinaci s viscoelastickou paměťovou pěnou	ANO
Členění matrace do anatomických zón pro dosažení co nejlepší fyziologické polohy těla	ANO
Snímateľný, paropropustný, omyvatelný a prateľný potah	ANO
Rozměry dle lůžka	ANO
Instalační práce a služby	
Požadována je dodávka tzv. "na klič", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:	ANO
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům el. energie	ANO
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky	ANO
zajištění demontáže, transportu mimo budovu, odvozu a ekologické likvidace stávajících obměňovaných lůžek zadavatele,	ANO
vystavení protokolu o ekologické likvidaci	ANO
prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení	ANO
uvvedení zařízení do klinického provozu	ANO
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu:	ANO
- návod k obsluze v ČJ	ANO
- kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobcí, na všechny dodané stanovené výrobky	ANO
předání kompletní funkční instalace bez vad a nedodělků zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu	ANO
poskytování záručního servisu po dobu min. 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu	ANO
po dobu záruky bezplatné provádění odborné údržby dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce	ANO
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu	ANO
Zvláštní požadavky	
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech lůžkového oddělení, popsaného výše.	ANO
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřipustné.	ANO
Uchazeč bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoli poškození nebo narušení stávajících podlah, krytín, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je zhotovitel povinen vzniklé závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.	ANO



Petr Smetana
Customer Service manager

Příloha č. 2a Výzvy zájemcům k podání nabídky

Technické podmínky

Zakázka: Lůžka polohovací pro odd. RKO a LDN

Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdicke Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551

<u>Požadavek / parametr</u>	<u>ANO / NE</u>	<u>Hodnota / popis</u>
Účel použití a obecné požadavky		
Univerzální polohovací lůžka, vhodná pro standardní oddělení lůžkové péče, určená pro odd. radiční a klinické onkologie	ANO	Altura Thema
Technická specifikace lůžek		
Celkový počet lůžek: 10ks (deset)	ANO	
Provedení ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52:2010	ANO	
Kovové provedení	ANO	
Ložná plocha z kovových lamel	ANO	
Šířka ložné plochy min. 850 mm	ANO	860 mm
Délka ložné plochy min. 2000 mm	ANO	2000 mm
Prodloužení ložné plochy o min. 150mm	ANO	o 150 mm
Bezpečné provozní zatížení min. 230 kg	ANO	230 kg
Výška ložné plochy nastavitelná pomocí elektromotoru v rozmezí min. 400 - 760 mm	ANO	385 - 765 mm
4-segmentová ložná plocha	ANO	
Polohování zádového a stehenního dílu ložné plochy pomocí elektromotoru	ANO	
Polohování lýtkového dílu ložné plochy min. mechanické	ANO	mechanické
Autoregrese pro eliminaci tlaku a střížných sil při polohování lůžka	ANO	
Poloha "Trendelenburg / Antitrendelenburg" nastavitelná pomocí elektromotoru	ANO	
Poloha "kardiacké křeslo" nastavitelná pomocí elektromotoru	ANO	
Funkce "CPR" pro rychlé spuštění lůžka do resuscitační polohy	ANO	
Kabelový ruční ovladač pro pacienta s ochranou proti nechtěnému polohování	ANO	
Ovládací panel pro sestru na spirálovém kabelu, zavěsitelný na čelo lůžka, s ochranou proti nechtěnému polohování	ANO	
Povrchová úprava kovových částí: lakování polyesterovými práškovými barvami, barva: bílý odstín RAL dle výběru zadavatele	ANO	9006
Čelo v hlavové části kovové, odnímatelné	ANO	
Čelo v nožní části kovové, odnímatelné	ANO	
Výplně čel výjimatelné, plastové nebo laminátové, barevný dekor dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku barev	ANO	
4 kolečka o průměru 150 mm, plastová, antistatická, z nich jedno se směrovou aretací pro snadnější transport	ANO	
Centrální brzda ovládaná nožně	ANO	
4 vodorovná gumová ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka	ANO	
Úchyty pro příslušenství (hrazda, příp. infuzní stojan) v hlavové části	ANO	
Hrazda kovová, odnímatelná	ANO	
Rukojeť na hrazdu plastová, vč. popruhu s automatickým systémem navijení a pojistkou	ANO	
Postranice (P+L) s pokrytím celé délky ložné plochy, kovové, nedělené nebo max. dvoudílné dělené, možnost uzamčení proti nechtěnému spuštění pacientem, barevný dekor dle výběru zadavatele	ANO	
Řešení postranic: průběžný systém, ukotvení a pohyb v krajních vertikálních listech, s prodloužením o min. 150 mm	ANO	

Plastový kryt podvozku pro snadné čištění a údržbu lůžka	ANO
Infuzní stojan kovový, pouze pro 5ks lůžek	ANO
Výsuvná políčka na lůžkoviny v prostoru pod nožním čelem	ANO
Držák na 2 ks berlí, přenosný, pouze pro 5ks lůžek	ANO
Technická specifikace matrací	
Celkový počet matrací: 10ks (deset)	ANO
Pasivní matrace, vhodná pro vyšší riziko vzniku dekubitů (II. - III. stupeň)	ANO
Výška min. 140 mm	ANO
Materiál: studená PU pěna v kombinaci s viscoelastickou paměťovou pěnou	ANO
Členění matrace do anatomických zón pro dosažení co nejlepší fyziologické polohy těla	ANO
Snímatelný, paropropustný, omyvatelný a přátelný potah	ANO
Rozměry dle lůžka	ANO
Instalační práce a služby	
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:	ANO
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům el. energie	ANO
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky	ANO
zajištění demontáže, transportu mimo budovu, odvozu a ekologické likvidace stávajících obměňovaných lůžek zadavatele,	ANO
vystavení protokolu o ekologické likvidaci	ANO
prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení	ANO
uvedení zařízení do klinického provozu	ANO
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu:	ANO
- návod k obsluze v ČJ	ANO
- kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobcí, na všechny dodané stanovené výrobky	ANO
předání kompletní funkční instalace bez vad a nedodělků zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu	ANO
poskytování záručního servisu po dobu min. 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu	ANO
po dobu záruky bezplatné provádění odborné údržby dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce	ANO
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu	ANO
Zvláštní požadavky	
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech lůžkového oddělení, popsaného výše.	ANO
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřipustné.	ANO
Uchazeč bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytín, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je zhotovitel povinen vzniklé závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.	ANO

Petr Smatana
Customer Service manager

ELINET (36)

Zelevčice 5, 274 01 Slaný
Tel: +420 312 576 111 Fax: +420 312 522 668
DIO: CZ00507814 E-mail: info@elinet.cz

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

CENOVÁ NABÍDKA



název	ks	cena za ks	sleva v %	sleva v Kč	cena po slevě	cena celkem	DPH v %	DPH v Kč	celková cena vč. DPH
Lůžko Altura Thema	16	38 220,00 Kč	16	6 115,20 Kč	32 104,80 Kč	513 676,80 Kč	15	77 051,52 Kč	590 728,32 Kč
Hrazda	16	980,00 Kč	16	156,80 Kč	823,20 Kč	13 171,20 Kč	15	1 975,68 Kč	15 146,88 Kč
Rukojeť navijecí	16	500,00 Kč	16	80,00 Kč	420,00 Kč	6 720,00 Kč	15	1 008,00 Kč	7 728,00 Kč
Držák teploty	16	579,00 Kč	16	92,64 Kč	486,36 Kč	7 781,76 Kč	15	1 167,26 Kč	8 949,02 Kč
Košik na nápoje	6	380,00 Kč	16	60,80 Kč	319,20 Kč	1 915,20 Kč	15	287,28 Kč	2 202,48 Kč
Držák berli	11	518,00 Kč	16	82,88 Kč	435,12 Kč	4 786,32 Kč	15	717,95 Kč	5 504,27 Kč
Infúzní stojan	5	890,00 Kč	16	142,40 Kč	747,60 Kč	3 738,00 Kč	15	560,70 Kč	4 298,70 Kč
Matrace CliniCare10	16	5 900,00 Kč	16	944,00 Kč	4 956,00 Kč	79 296,00 Kč	15	11 894,40 Kč	91 190,40 Kč
mezisoučet		47 967,00 Kč		7 674,72 Kč	40 292,28 Kč	631 085,28 Kč		94 662,79 Kč	725 748,07 Kč
ostatní									
doprava zdarma	1	- Kč	0	- Kč	- Kč	- Kč	15	- Kč	- Kč
Likvidace stávajících obměňovaných lůžek	1	8 000,00 Kč	0	- Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	15	1 200,00 Kč	9 200,00 Kč
instalace, školení zdarma	1	- Kč	0	- Kč	- Kč	- Kč	15	- Kč	- Kč
mezisoučet		8 000,00 Kč			8 000,00 Kč	8 000,00 Kč		1 200,00 Kč	9 200,00 Kč
CELKEM						639 085,28 Kč		95 862,79 Kč	734 948,07 Kč

Petr Smetana

Customer Service manager



Železnice 5, 274 01 Slaný

Tel: +420 312 576 111 Fax: +420 312 522 668

DIO: CZ00507814 E-mail: info@linet.cz