

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

k zadávací dokumentaci

Zadavatel: **Oblastní nemocnice Náchod, a.s.**

Sídlo: **Purkyňova 446, 547 01 Náchod**

IČ: **26000202**

DIČ: **CZ26000202**

Název veřejné zakázky:

„Dodávka a instalace RTG přístroje s C ramenem pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.“

Evidenční číslo VZ přidělené ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2017-009338**

1. Dodatečná informace - odpověď na dotaz:

Dotaz č. 1:

Bude zadavatel akceptovat 2 TFT medicínské barevné monitory s vysokým kontrastem, které nijak neovlivní medicínský účel? Pro obsluhu personálu jsou přehlednější a kvalita obrazu je zachována.

Odpověď: č. 1

ANO, zadavatel bude akceptovat 2 TFT medicínské barevné monitory s vysokým kontrastem, které nijak neovlivní medicínský účel.

Dotaz č. 2:

Bude zadavatel akceptovat řešení RTG přístroje s C-ramenem špičkové kvality od světového výrobce, který nedisponuje u monitorovacího vozíku možností vertikálního náklonu nebo posunu monitorů?

Odpověď: č. 2

ANO, zadavatel bude akceptovat řešení RTG přístroje s C-ramenem špičkové kvality, který nedisponuje u monitorovacího vozíku možností vertikálního náklonu nebo posunu monitorů.

V Náchodě dne 5.5.2017

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s.
Purkyňova 446
547 69 NÁCHOD
50

Ing. Zbyněk Chotěborský
předseda představenstva
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.