

Specifikace zboží

**TRANSPORTNÍ VENTILÁTOR**

Technické podmínky a specifikace:

Zadavatel požaduje dodržení dále uvedených technických parametrů, přičemž jejich bezvýhradné splnění je podmínkou zadavatele pro realizaci veřejné zakázky.

12 ks přenosných ventilátorů s příslušenstvím v následující technické specifikaci pro doplnění systému ZZS KHK (minimální požadovaný standard Oxylog 1000).

- přenosný ventilátor pro potřeby zdravotnické záchranné služby časově cyklovaný, objemově kontrolovaný a tlakově limitovaný
- hmotnost do 3,5kg
- umožňující ventilační režim minimálně IPPV/CMV
- provoz přístroje včetně alarmů bez závislosti na jiném zdroji, tzn. nezávisle na baterii či přímém napájení na 12V, provoz přístroje nezávislý na elektrickém proudu
- možnost nastavení koncentrace kyslíku alespoň na úrovních airmix a no airmix
- příslušenství – pacientská hadice, pacientský ventil, tlakové hadice na O<sub>2</sub>
- přístroj maximálně spolehlivý a odolný vůči vnějším negativním vlivům (náráz, vibrace, klimatické vlivy a apod.) a s jednoduchým a přehledným ovládním
- zvukové a optické alarmy při nízkém tlaku v kyslíkové lahvi, nízkém či vysokém tlaku v dýchacích cestách
- nastavitelnost frekvence dýchání minimálně od 5 do 50/min.
- minutový objem od 3 do 20 litrů
- možnost nastavení maximálního tlaku v dýchacích cestách
- možnost připojení PEEP ventilu k pacientskému ventilu
- signalizace/monitoring tlaku v dýchacích cestách PaW,
- použitelnost přístroje pro děti i dospělé
- držák přístroje pro instalaci do vozidla

*Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou nebo lepších parametrů.*

Nesplnění požadovaných parametrů je důvodem k vyřazení nabídky.