

Specifikace zboží

TRANSPORTNÍ VENTILÁTOR

Technické podmínky a specifikace:

Zadavatel požaduje dodržení dále uvedených technických parametrů, přičemž jejich bezvýhradné splnění je podmínkou zadavatele pro realizaci veřejné zakázky.

1 ks přenosného ventilátoru s příslušenstvím v následující technické specifikaci pro doplnění systému ZZS KHK (minimální požadovaný standard „Medumat standard“).

- přenosný ventilátor pro potřeby zdravotnické záchranné služby pro řízenou ventilaci
- hmotnost do 1,5kg
- umožňující ventilační režim minimálně IPPV/CMV
- provoz přístroje včetně alarmů může být závislý, ale pouze na integrovaném zdroji energie ve formě bezúdržbové baterie bez nutnosti dobíjení, takovýto integrovaný zdroj má mít životnost nad 2 roky
- není přípustná závislost na externím zdroji (na přímém napájení)
- možnost nastavení koncentrace kyslíku alespoň na dvou úrovních, a to airmix a no airmix (u no airmix 100 obj.% kyslíku)
- veškeré příslušenství nutné k provozu (např. patientská hadice s patientským ventilem, tlakové hadice na O₂,...)
- přístroj maximálně spolehlivý a odolný vůči vnějším negativním vlivům (náraz, vibrace, klimatické vlivy a apod.) a s jednoduchým a přehledným ovládáním
- zvukové a optické alarmy při nízkém tlaku v kyslíkové lahvi, při rozpojení či stenóze
- nastavitelnost frekvence dýchání minimálně od 8 do 40/min.
- minutový objem 3 – 20 litrů
- možnost připojení PEEP ventilu k patientskému ventilu
- signalizace/monitoring tlaku v dýchacích cestách PaW,
- použitelnost přístroje pro děti i dospělé

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou nebo lepších parametrů.

Nesplnění požadovaných parametrů je důvodem k vyřazení nabídky.