

PŘÍLOHA Č. 1 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

V této příloze jsou uvedeny požadavky na dodávku v rámci této veřejné zakázky.

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

V následující tabulce jsou uvedeny požadavky na dodávku v rámci VZ:

Parametr	Podmínky a požadavky
Předmět plnění VZ	Dodání a rozšíření (upgrade) stávajícího informačního systému pro přenos dat LIFENET - Požadujeme rozšíření (upgrade) stávajícího informačního systému LIFENET, který zajišťuje pro stávající přístrojové vybavení defibrilátorů/ monitorů LIFEPAK 15 systém pro přenos záznamů o 12-ti svodovém EKG včetně diagnostiky vitálních funkcí a kompletních záznamů o kritických příhodách mezi vozem záchranné služby a vybraným pracovištěm nemocnice. Rozšíření (upgrade) stávajícího informačního systému LIFENET umožní zásadní urychlení cesty pacienta z terénu do nemocnice, poskytne více času zdravotníkům na přípravu a zvýší efektivitu celého procesu. Současně umožní sledování stavu a centrální správu přístrojů. - Požadujeme zajištění provozu nabízeného rozšíření (upgrader stávajícího informačního systému LIFENET (obsahujícího níže uvedené funkcionality) včetně zajištění příslušných licencí na dobu 5 let. - Požadujeme bezplatné zajištění technické podpory na nabízené rozšíření (upgrade) stávajícího informačního systému LIFENET obsahujícího níže uvedené funkcionality na dobu 5 let.
Funkcionality systému	- Modul pro příjem upozornění a dat z přístrojů v terénu. Umožňuje editaci, exportování a přeposílání dat. Musí umožnit instalaci na existující PC bez nutnosti speciálního hardwaru (požadujeme zajištění licencí pro minimálně 5 ks PC). - Modul pro archivaci přijímaných dat z přístrojů v terénu. - Modul pro komunikaci pomocí mobilní aplikace. Zajistí možnost komunikace pomocí mobilní aplikace (pro iPhone/iPad) tak, aby se zvýšila klinická účinnost. (Musí umožňovat analýzu 12-ti svodového EKG a kontrolu vitálních funkcí pacienta, musí umožňovat rychlou reakci na stav pacienta). - Modul pro vytvoření svých vlastních aktivačních seznamů pro kontaktování všech požadovaných odborníků stisknutím jednoho tlačítka. - Modul pro sledování stavu a centrální správu přístrojů LIFEPAK 15, minimálně jejich aktuální provozní stav, konfiguraci, stav baterií a sledování termínu BTK. - Modul pro správu dat ze zásahů v terénu a řazení těchto dat do databáze CODE STAT včetně dodávky licence pro tento software.
Záruční podmínky	Min. 24 měsíců
Doba dodání	60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy

OSTATNÍ POŽADAVKY

1. Záruční podmínky:
 - a. Záruka běží od okamžiku předání zboží.
 - b. Záruka min. 24 měsíců od předání a převzetí.
 - c. Doba vyřešení řešení reklamace do 30 kalendářních dnů.
2. Dokumentace:
 - a. Veškerá dokumentace musí být zhotovena výhradně v českém jazyce.
3. Instalace a uvedení zboží do provozu. Vystavení protokolu o předání a převzetí zboží.
4. Seznámení s funkcionalitami, obsluhou dodávaného zařízení a jeho budoucím provozem - zaškolení personálu zadavatele. Vystavení protokolu a zaškolení personálu.