

PŘENOSNÝ VENTILÁTOR NA UMĚLOU PLICNÍ VENTILACI

Technické podmínky a specifikace:

Zadavatel požaduje dodržení dále uvedených technických parametrů, přičemž jejich bezvýhradné splnění je podmínkou zadavatele pro realizaci veřejné zakázky.

7 ks přenosného ventilátoru pro umělou plicní ventilaci s příslušenstvím v následující technické specifikaci pro doplnění systému ZZS KHK (minimální požadovaný referenční standard „Medumat standard A“).

- přenosný ventilátor pro potřeby zdravotnické záchranné služby pro umělou plicní ventilaci
- hmotnost do 1,5kg
- malých rozměrů umožňující umístění do přepravních zavazadel používaných v ZZS KHK (do tzv. „oxybagů“), které mají nejmenší rozměr 23cm.
- umožňující ventilační režim minimálně IPPV/CMV a jednoduchou synchronizovanou ventilaci (SIMV)
- provoz přístroje včetně alarmů může být závislý, ale pouze na integrovaném zdroji energie ve formě bezúdržbové baterie bez nutnosti dobíjení, takovýto integrovaný zdroj má mít životnost nad 2 roky
- není přípustná závislost na externím zdroji elektrické energie (na přímém napájení)
- možnost nastavení koncentrace kyslíku alespoň na dvou úrovních, a to airmix a no airmix
- příslušenství (patientský okruh s patientským ventilem pro opakované použití, maska č. 5, tlakové dýchací hadice na O₂ v délce 50 cm, testovací sada)
- alarmy (optické nebo zvukové) při nízkém tlaku v kyslíkové lahvi, při rozpojení či stenóze
- signalizace/monitoring tlaku v dýchacím okruhu (v dýchacích cestách)

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou nebo lepšími parametry.

Nesplnění požadovaných parametrů je důvodem k vyřazení nabídky.