



Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje,
Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové, IČ: 48145122

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

veřejné zakázky malého rozsahu
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), v platném znění,
v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ

s názvem

„Dodávka 2 ks transportních ventilátorů“

Zadavatel: **Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje**
se sídlem: Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové
IČ: 481 45 122
zastoupen: MUDr. Jiřím Maškem, ředitelem

Zadavatel k žádosti uchazeče ze dne 26. 5. 2017 poskytuje dle § 98 odst. 3 ZZVZ v zákonné lhůtě vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky „**Dodávka 2 ks transportních ventilátorů**“

Dotaz uchazeče:

Rádi bychom Vás požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: „Dodávka 2 ks transportních ventilátorů“. V příloze č. 1 – Podrobná technická specifikace předmětu veřejné zakázky uvádí zadavatel technickou podmínku hmotnost do 5,5 kg, přičemž zadavatel neuvádí, zda se jedná o hmotnost samotného přístroje vybaveného baterií nebo přístrojem včetně systému dalších záložních baterií. Účastník nabízí technické řešení spočívající v transportním ventilátoru s hmotností 6,5 kg zahrnující celý systém záložních baterií. Bude zadavatel akceptovat účastníkem navržené řešení?

Odpověď zadavatele:

Hmotností přístroje se rozumí hmotnost samostatného přístroje připraveného k použití s baterií nezbytnou pro provoz přístroje (přístroj musí být schopen zpuštění). Do hmotnosti se nezapočítává držák přístroje pro instalaci na stěnu vozidla, nosný systém s úchytem na kyslíkovou lahev pro přenos mimo vozidlo a ani brašna na přístroj. Pacientský okruh se do hmotnosti přístroje taktéž nezapočítává. Do hmotnosti se nezapočítávají záložní baterie, které nejsou trvalou součástí přístroje (lze je bez vlivu na provoz přístroje uložit odděleně). Zadavatel určil jako horní limit pro hmotnost takto definovaného přístroje 5,5kg.

V Hradci Králové dne 29. 5. 2017

**Zdravotnická záchranná služba
Královéhradeckého kraje**

Hradecká 1690/2A
500 12 Hradec Králové

8

1.2
MUDr. Jiří Mašek, ředitel
v.z. Ing. Vlastimil Nakládal