



Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje,
Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové, IČ: 48145122

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

veřejné zakázky malého rozsahu
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), v platném znění,
v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ

s názvem

„Dodávka 7 ks přenosných ventilátorů pro umělou plicní ventilaci“

Zadavatel: **Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje**
se sídlem: Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové
IČ: 481 45 122
zastoupen: MUDr. Jiřím Maškem, ředitelem

Zadavatel k žádosti uchazeče ze dne 25. 5. 2017 poskytuje dle § 98 odst. 3 ZZVZ v zákonné lhůtě vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky **„Dodávka 7 ks přenosných ventilátorů pro umělou plicní ventilaci“**

Dotaz uchazeče:

Dle zadávací dokumentace – technické specifikace předmětu zakázky zadavatel požaduje:

- přenosný ventilátor pro potřeby zdravotnické záchranné služby pro umělou plicní ventilaci
- hmotnost do 1,5 kg
- malých rozměrů umožňující umístění do přepravních zavazadel používaných v ZZS KHK (do tzv. „oxybagů“), které mají nejmenší rozměr 23 cm.

Akceptuje zadavatel transportní ventilátor s hmotností 3,15 kg o rozměrech 21,5 x 9 x 21,5 cm, který vyhovuje požadavku na umístění do přepravního zavazadla „oxybagu“?

Odpověď zadavatele:

Potencionální dodavatel se dotazuje na možnost překročení parametru hmotnosti na více jak dvojnásobek požadované hodnoty (z 1,5kg na 3,15kg). Zadavatel požaduje splnění parametru hmotnosti požadovaných přístrojů dle zadávací dokumentace. Důvodem je potřeba zajistit co nejnižší hmotnosti přenášených přístrojů, případně přístrojů přenášených s pacientem.

**Zdravotnická záchranná služba
Královéhradeckého kraje**

Hradecká 1690/2A
500 12 Hradec Králové

8

V Hradci Králové dne 29. 5. 2017

MUDr. Jiří Mašek, ředitel
v.z. Ing. Vlastimil Nakládal