

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1. MEDIPRAX CB s.r.o.

se sídlem: Husova tř. 624/43, 370 05 České Budějovice

IČO: 63886731

DIČ: CZ63886731

zastoupená Ing. Janem Machem

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích odd. C, vložka 5633

bankovní spojení: ČSOB České Budějovice

číslo účtu: 712046453/0300

(dále jen „prodávající“)

a

2. Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové

IČO: 481 45 122

DIČ: neplátce DPH

zastoupená: MUDr. Jiřím Maškem, ředitelem

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. Pr., vl.č. 829

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pob. Hradec Králové

číslo účtu: 37237511/0100

(dále jen „kupující“)

uzavírají tímto kupní smlouvu dle příslušných ustanovení občanského zákoníku

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu 7 ks přenosných ventilátorů pro umělou plicní ventilaci typu a obchodní značky MEDUMAT Standard A a umožnit mu nabýt vlastnické právo k předmětu smlouvy za podmínek dále uvedených.
2. Kupující se zavazuje převzít dodané zboží do svého vlastnictví a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

Článek II.

Dodací podmínky

1. Prodávající dodá kupujícímu předmět koupě na základě objednávky, která mu bude doručena písemně, elektronicky nebo faxem.
2. Prodávající je povinen doručitou objednávku obratem potvrdit (písemně, elektronicky nebo faxem) a na základě potvrzené objednávky dodat do místa plnění požadovaný počet přístrojů transportních ventilátorů, a to v dodací lhůtě max. 60 dnů od doručení objednávky.

3. Prodávající je povinen předat kupujícímu společně s dodávkou přístroje veškerou dokumentaci potřebnou k jeho provozu (tj. návod k obsluze, záruční list atd. v českém jazyce).
4. Prodávající vyrozumí kupujícího o dodávce předmětu koupě nejméně 3 dny před plánovaným datem dodání, aby byl kupující připraven poskytnout mu potřebnou součinnost.
5. Vlastnické právo, jakož i nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí předmětu koupě.
6. Zboží bude dopraveno prodávajícím do místa plnění. O předání bude vyhotoven písemný předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

Článek III. Místo plnění

1. Místem plnění je sídlo kupujícího Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové.

Článek IV. Doba plnění

1. Doba plnění předmětu veřejné zakázky počíná běžet dnem podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami a končí nejpozději do 60ti dnů od podpisu smlouvy.

Článek V. Kupní cena

Kupující se zavazuje zaplatit za zboží uvedené v čl. I. této smlouvy kupní cenu ve výši:

CENÍK TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ			
Popis	cena v Kč		
	bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena za 1 ks přenosného ventilátoru	105.000,-	22.050,-	127.050,-
Cena celkem za 7 ks přenosných ventilátorů	735.000,-	154.350,-	889.350,-

a to na základě faktury, vystavené prodávajícím po dodání zboží.

1. Fakturace bude prováděna průběžně na základě objednávek doručených prodávajícímu, podle skutečně dodaného a předaného zboží. Pro účely fakturace je rozhodná celková cena, tedy cena včetně DPH. Fakturační adresa je totožná se sídlem kupujícího. Zboží musí být ve faktuře rozepsáno dle jednotlivých položek a dle jednotlivých míst plnění. K faktuře musí být připojen dodací list.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH nebudou uzavírat písemný dodatek k této smlouvě o změně výše ceny, a DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Kupující uhradí cenu na základě faktury vystavené prodávajícím. Úhrada bude realizována bezhotovostním převodem ve lhůtě 15 dnů ode dne vystavení faktury na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely fakturace je rozhodná celková cena, tedy cena včetně DPH. Tuto celkovou cenu lze změnit pouze z důvodu změny zákonných sazeb DPH.

4. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně.
Kupujícím takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované prodávajícím.
5. Kupující je oprávněn fakturu s udáním důvodu vrátit před uplynutím lhůty její splatnosti, pokud má závady v obsahu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Doručením nové faktury počíná běžet nová lhůta splatnosti.

Článek VI. Záruka

1. Záruční lhůta přístroje činí 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem řádného předání dodávky.
2. Záruční závady budou odstraněny bezplatně do 5 pracovních dnů od nahlášení závady. Vady se zpravidla odstraňují na pracovištích kupujícího, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. V případě, že vady budou po dohodě odstraňovány na pracovišti prodávajícího, převoz přístroje zajistí prodávající vlastními prostředky a na vlastní náklady.

Článek VII. Další ujednání

1. Práva a povinnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 „Podrobná technická specifikace“.
3. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Proávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
5. Kupující má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno prodávajícímu.
6. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud prodávající nedodá zboží max. do 60ti dnů od podpisu kupní smlouvy, nebo v případě, že zboží nebude způsobilé k účelu použití.
7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, že se neuvedly vzájemně v omyl a ani jedna z nich smlouvu neuzavírá v tísní.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že úplný text smlouvy bude zveřejněn v registru smluv (veřejném informačním systému). Povinnost zveřejnění splní kupující, a to do 30 dnů od podpisu smlouvy.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom stejnopise.

V Hradci Králové dne 7.6.2017

.....
kupující
MUDr. Jiří Mašek, ředitel
Zdravotnické záchranné služby
Královéhradeckého kraje
Hradecká 1690/2A
500 12 Hradec Králové [6]

V Č.Budějovicích dne 6.6.2017

.....
prodávající
Ing. Jan Masík
MEDIPRAX CB s.r.o. ①
Husova 43
Česká Budějovice
Tel./fax: 385 310 382
Tel./fax: 385 310 396

Popis a podrobná specifikace přístroje

Nabízený ventilátor: **MEDUMAT Standard A**

Výrobce: Weinmann EMT, Hamburk

Konfigurace: ventilátor *MEDUMAT Standard A*, patientský okruh, dýchací maska č.5, zkušební sada, tlaková hadice na O₂

Popis ventilátoru

MEDUMAT Standard A je transportní plicní ventilátor pro řízenou (IPPV) a asistovanou (SIMV) plicní ventilaci. Díky jednoduchému intuitivnímu ovládání, kompaktním rozměrům a inteligentnímu alarmovému systému je ideální pro použití v podmínkách PNP.

MEDUMAT Standard A nabízí uživateli i pacientovi nejvyšší stupeň bezpečí při neodkladné ventilaci či během transportu. Elektronický alarm upozorňuje na rozpojení, stenózu, pokles tlaku v dodávce kyslíku, systémové chyby a chybný triggering v režimu asistovaného dýchání.



Nabízený ventilátor splňuje veškeré technické parametry uvedené v příloze č. 1 „Podrobná technická specifikace předmětu veřejné zakázky“ zadávací dokumentace:

- přenosný ventilátor pro potřeby zdravotnické záchranné služby pro umělou plicní ventilaci
- hmotnost do 1,5kg
- malých rozměrů umožňující umístění do přepravních zavazadel používaných v ZZS KHK (do tzv. „oxybagů“), které mají nejmenší rozměr 23cm.
- umožňující ventilační režim minimálně IPPV/CMV a jednoduchou synchronizovanou ventilaci (SIMV)
- provoz přístroje včetně alarmů může být závislý, ale pouze na integrovaném zdroji energie ve formě bezúdržbové baterie bez nutnosti dobíjení, takovýto integrovaný zdroj má mít životnost nad 2 roky
- není přípustná závislost na externím zdroji elektrické energie (na přímém napájení)
- možnost nastavení koncentrace kyslíku alespoň na dvou úrovních, a to airmix a no airmix
- příslušenství (patientský okruh s patientským ventilem pro opakované použití, maska č. 5, tlakové dýchací hadice na O₂ v délce 50 cm, testovací sada)
- alarmy (optické nebo zvukové) při nízkém tlaku v kyslíkové lahvi, při rozpojení či stenóze
- signalizace/monitoring tlaku v dýchacím okruhu (v dýchacích cestách)

Technická specifikace

	MEDUMAT Standard a
Rozměry (délka x šířka x výška)	190 x 110 x 90 mm, včetně přípojí
Hmotnost včetně příslušenství	cca 1.1 kg
Třída zdravotnického prostředku dle 93/42/EEC	II b
Provozní parametry: - teplotní rozmezí - vlhkost vzduchu - tlak vzduchu	-18°C až +60°C 15 % až 95 % 70 kPa až 110 kPa
Skladování	-40°C až +70°C
Elektromagnetická snášenlivost (EMC) podle EN 60601-1-2 a EN 794-3: - rušení přístroje - odolnost přístroje proti rušení	EN 60601-1-2 EN 794-3
Řízení	časově řízený, konstantní objem, konstantní tlak
Provozní plyn	medicínální kyslík
Provozní tlak	2.7 až 6.0 barů
Požadovaný průtok plynu	70 l/min O ₂
Poměr dechové doby insp. : exp. asistované dýchání	1:1.67 1:1 až 2.33 (proměnlivé)
Dechová frekvence	plynule nastavitelná od 5 do 40 min ⁻¹
Minutový dechový objem (MV)	plynule nastavitelný od 3 do 20 l/min
Tolerance MV: Pokožová teplota (20°C) -18 až +60 °C	pro 3 l/min = ±20 % pro > 3 l/min = ±15% pro 3 l/min = ±35% pro > 3 l/min = ±20%
Maximální dechový tlak	plynule nastavitelný od 20 do 60 mbarů
O ₂ koncentrace - AIR MIX - NO AIR MIX	viz strana 43 100% O ₂
Tlakový přípoj	vnější závit G 3/8
Přípoj dýchací hadice	vnější průměr 14 mm
Pacientský ventil - inspirační výstup	15 mm 22 mm ISO 5356-1
Pacientský ventil - expirační výstup	30 mm ISO 5356-1
Napájení el. energií předpokládaná životnost maximální skladovací doba	bezúdržbová lithiová 3.6 V; 5,2 Ah, > 2 roky 10 let po dodávce
Náhradní zdroj energie alarmový systém maximální skladovací doba	knoflíková baterie CR 2430 10 let po dodávce
Pojistka F1	T500 L250V
Dýchací hadice	silikonová spirálová hadice NW 10
Stupeň ochrany před vodou	IPX 4
Vyhovuje normám	EN 794-3, EN 60601-1, prEN 1789
Hlasitost alarmu	54 dB A
Přesnost manometru	třída 1.6
Odpor pacientského ventilu (EN 794-3): - inspirace - expirace	< 6 mbar při 60 l/min < 6 mbar při 60 l/min
Elasticita dýchacího systému	zanedbatelná
Objem mrtvého prostoru pacientského ventilu	12.8 ml