

Doplnění zadávací dokumentace (dodatečná informace č. 1)

Název zakázky: „Domov důchodců Černožice - ZDRAVOTECHNIKA - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY“

Zadavatel:

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí č. p. 1245,
500 03 Hradec Králové, IČ: 708 89 546

Způsob zadání: otevřené řízení

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě dotazu dodavatele, toto vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1

Zadavatel v článku 5, odstavci 2 návrhu kupní smlouvy uvádí: „ Zboží bude dodáno, instalováno, zprovozněno a bude zahájen zkušební provoz do 14 (čtrnácti) dní ode dne výzvy k plnění ...“

Takto specifikovaný termín dodání je velmi nestandardní a nechává dodavatele v nejistotě, protože dodavatel neví, kdy nejdříve a kdy nejpozději bude tato výzva učiněna. Požadavek na dodání je nepřiměřený, předmět plnění je tvořen různorodým souborem a většina položek se nevyrábí tzv. „na sklad“. Obvyklá dodací lhůta pro zdravotnickou techniku činí minimálně 8 týdnů.

Žádáme zadavatele, aby upravil požadavek na dobu plnění tak, aby byl přiměřený a neomezoval počet možných dodavatelů. Navrhujeme, aby zadavatel provedl úpravu minimálně takto: Zboží bude dodáno, instalováno, zprovozněno a bude zahájen zkušební provoz max. do 8 týdnů od výzvy k plnění.

Odpověď: Zadavatel upřesňuje článek 5 Zadávacích podmínek takto:

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Termín zahájení plnění: do 3 (tří) pracovních dní od podpisu smlouvy.

Termín dokončení plnění: do 14 (čtrnácti) dní ode dne doručení výzvy dodavateli. Tato výzva bude doručena na e-mailovou adresu uvedenou dodavatelem v Článku 2, odst. 2, písm. a) kupní smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem, předpokládaný termín dodání je říjen 2017.

Dotaz č. 2

U položky M 41 Dezinfektor - myčka podložních mís zadavatel uvádí popis, který kombinuje parametry několika různých přístrojů a není nám známo, že by na trhu byl přístroj splňující všechny tyto požadavky. Dle vyobrazení zadavatel požaduje dezinfektory - myčky podložních mís s těmito základními parametry:

Mycí a dezinfekční automat s termickou dezinfekcí, samostatně stojící

Certifikát dle normy ČSN EN 15883 - Mycí a dezinfekční zařízení

Certifikát dle ČSN EN 1717 – Ochrana pitné vody

Jednodveřový přístroj s předním plněním

Vkládání chemikálií do přístroje oddělenými dvířky

Konstrukce a opláštění mycího a desinfekčního automatu z nerezů

Celonerezová komora beze spár a svárů, objem min. 64 l

Vnitřní opláštění dveří bez svárů, se zaoblenou hranou

13 trysek, které zajišťují perfektní vyčištění sanitárních nádob

Rotační vysouvací tryska s délkou vysunutí 60 mm pro kvalitní umytí obtížně přístupných míst. Tryska se vysouvá pouze při mycím cyklu, aby nedocházelo u ostatních fází mytí k znečištění hlavní trysky
Vlastní vyvíječ páry

Minimálně 3 programy (úsporný, normální, intenzivní) bez nutnosti rozlišovat typy vložených nádob

Možnost vytvoření vlastních programů podle potřeb uživatele

Dva senzory pro průběh mycího cyklu ve spodní a horní části z důvodu 100% kontroly dezinfekce

Automatické umytí mycí komory po každém dni užívání

Oddělený okruh napouštění vody do zásobníku (vzduchovou mezerou), aby nedošlo ke kontaminaci pitné vody

Nastavení množství směsi detergentu dle potřeby v závislosti na kvalitě vody.

Ovládání přístroje za pomoci displeje alespoň o 20 znacích v českém jazyce

Informacemi o fázi cyklu a průběhu cyklu se signalizací poruch v českém jazyce

Kapacita mytí 3 ks močové lahve nebo 1ks močová lahev a 1 podložní mísa s poklicí, nebo nádoba do toaletního křesla, nebo umývadlo Ø30-40 cm. Příslušné držáky součástí nabídky, nebo universální držák.

Možnost dodání držáku pro nestandardní nádoby

Možnost dodání držáku na likvidaci biologických tekutin ve vácích

Instalace vyměnitelného držáku možná bez použití náradí

Elektronický zámek proti zneužití nepovolaným osobám

Rozměry přístroje: šířka 500 mm x hloubka 450 mm x výška 1730 mm

Připojení elektro standardně 3N 400V, 50 Hz, 4,2 kW, možnost i 1N 230 V, 50 Hz, 2,8 kW

Požaduje zadavatel dodání dezinfektorů - myček podložních mís s výše uvedenými parametry?

Toto řešení je v praxi hojně využíváno a je ověřeno, že jeden přístroj s těmito parametry je plně dostačující pro zařízení s počtem do 35 lůžek a to z důvodu velmi krátkých časů mytí.

Odpověď: Požadujeme dodržet technickou specifikaci. Vyobrazení je pouze ilustrační.

Dotaz č. 3

U položky M 36 - Koupací křeslo zadavatel uvádí popis, který kombinuje parametry několika různých přístrojů a není nám známo, že by na trhu byl přístroj splňující všechny tyto požadavky. Pro mytí a přesun klientů dodáváme koupací křeslo s těmito parametry:

výška nastavitelná elektricky v rozsahu 53 – 93 cm

úhel náklonu nastavitelný v rozsahu -5° až +30°

vysoká stabilita, celková hmotnost vyšší než 25 kg

ostatní parametry odpovídají požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci.

Bude zadavatel akceptovat námi nabízené řešení?

Odpověď: Požadujeme dodržet technickou specifikaci. Vyobrazení je pouze ilustrační.

Dotaz č. 4

Zadavatel u položky M 37 Skládací vyšetřovací lůžko požaduje, aby bylo vyrobeno ze smaltovaných ocelových profilů. Proces smaltování prochází vypalovací komorou. Je možné nabídnout skládací vyšetřovací lůžko z komaxitu, který také při procesu výroby prochází vypalovací komorou a takto upravený výrobek je velmi dobře odolný vůči otěru, korozi, zvětrání a dalším vlivům? Toto technické provedení odpovídá užitným vlastnostem specifikovaným zadavatelem v zadávací dokumentaci.

Odpověď: Ano, může být z komaxitu.

Dotaz č. 5

Vyobrazení položky M 37 Skládací vyšetřovací lůžko odpovídá vyšetřovacímu lehátku s pevnou konstrukcí se sklopným podhlavníkem. Žádáme o upřesnění, zda zadavatel požaduje vyšetřovací lehátko skládací nebo vyšetřovací lehátko s pevnou konstrukcí (nikoliv skládací) se sklopným podhlavníkem?

Odpověď: Požadujeme vyšetřovací lůžko skládací.

Dotaz č. 6

U položky M35 Koupací lůžko zadavatel uvádí požadavek na možnost zúžení postranic. Žádáme zadavatele o vysvětlení tohoto parametru případně o jeho vypuštění.

Odpověď: Možnost posunutí postranic tak, aby nepřekračovaly ložnou plochu lůžka.

Dotaz č. 7

U položky M35 Koupací lůžko zadavatel požaduje výpust na obou stranách a možnost polohy Trendelenburg a Antitrendelenburg. Standardně jsou koupací lehátka vyráběná s odtokem (výpustí) v nožní části a mírným sklonem k odtoku pro lepší odtékání vody. Mohou být vybavena funkcí Antitrendelenburg. Připustí zadavatel toto technické řešení?

Poznámka: v Trendelenburgově poloze by voda stékala k hlavě klienta, což by bylo pro klienta nekomfortní a při ucpání odtoku by se u hlavy klienta hromadila, což by mohlo být pro klienta i nebezpečné.

Odpověď: Požadujeme dodržet technickou specifikaci.

Dotaz č. 8

U položky M35 Koupací lůžko zadavatel požaduje čalounění ze samozhášecího materiálu. Vzhledem k účelu použití koupacího lůžka považujeme tento požadavek za neopodstatněný. Připustí zadavatel nabídku koupacího lůžka s čalouněním, které není vyrobené ze samozhášecího materiálu?

Odpověď: Požadujeme dodržet technickou specifikaci.

Dotaz č. 8

U položky M35 Koupací lůžko zadavatel požaduje sklápěné postranice, jedna s možností aretace ve vodorovné poloze. Dodáváme lůžka se sklopnými postranicemi, ale z důvodu eliminace rizika pádu klienta není možná aretace postranice ve vodorovné poloze. Připustí zadavatel toto technické řešení?

Odpověď: Požadujeme dodržet technickou specifikaci.

Celé znění této dodatečné informace uveřejňuje zadavatel na svém profilu https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu předmětné zakázky.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje a končí dne 29.6.2017 v 10:00 hodin. Otevírání obálek bude provedeno dne 29.6.2017 v 10:00 hodin na adrese sídla zadavatele – Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové.

V Hradci Králové dne 8.6.2017

Mgr. Šárka Klimešová
právník oddělení veřejných zakázek
na základě pověření