

Doplnění zadávací dokumentace (dodatečná informace č. 2)

Název zakázky: Domov důchodců Černožice - NOČNÍ STOLKY, POSTELE - OBJEKT „A“

Zadavatel:

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí č. p. 1245,
500 03 Hradec Králové, IČ: 708 89 546

Způsob zadání: otevřené řízení

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě dotazu dodavatele, toto vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1

Zadavatel v článku 5, odstavci 2 návrhu kupní smlouvy uvádí: „ Zboží bude dodáno, instalováno, zprovozněno a bude zahájen zkušební provoz do 14 (čtrnácti) dní ode dne výzvy k plnění ...“

Takto specifikovaný termín dodání je velmi nestandardní a nechává dodavatele v nejistotě, protože dodavatel neví, kdy nejdříve a kdy nejpozději bude tato výzva učiněna. Požadavek na dodání je nepřiměřený neboť se tyto položky nevyrábí tzv. „na sklad“. Obvyklá dodací lhůta těchto produktů činí minimálně 8 týdnů.

Žádáme zadavatele, aby upravil požadavek na dobu plnění tak, aby byl přiměřený a neomezoval počet možných dodavatelů. Navrhujeme, aby zadavatel provedl úpravu minimálně takto: Zboží bude dodáno, instalováno, zprovozněno a bude zahájen zkušební provoz max. do 8 týdnů od výzvy k plnění.

Odpověď: Zadavatel upřesňuje článek 5 Zadávacích podmínek takto:

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Termín zahájení plnění: do 3 (tří) pracovních dní od podpisu smlouvy.

Termín dokončení plnění: do 14 (čtrnácti) dní ode dne doručení výzvy dodavateli. Tato výzva bude doručena na e-mailovou adresu uvedenou dodavatelem v Článku 2, odst. 2, písm. a) kupní smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem, předpokládaný termín dodání je říjen 2017.

Dotaz č. 2

Položka M102 Elektrické polohovatelné lůžko s půlenými postranicemi

- Vyžaduje zadavatel v rámci bezpečnosti uložení koleček pod ložnou plochou? Tedy aby kolečka nepřesahovala vnější okraj lůžka?

Při přesahu koleček přes okraj lůžka může docházet k zakopávání personálu a případnému pádu či zranění.

- Vyžaduje zadavatel na lůžko autoregresi zádového a nožního dílu? Zadavatel by tak eliminoval tlak v břišní oblasti působící na pacienta (prevence dekubitů).

- Může uchazeč nabídnout skládací lůžko, které nemá tak pevnou a bytelnou konstrukci jako má lůžko na obrázku v zadávací dokumentaci?

Odpověď:

- Zadavatel požaduje uložení koleček pod nosnou plochu.
- Zadavatel nepožaduje autoregresi zádového a nožního dílu.
- Elektrické polohovatelné lůžko není skládací, obrázek je pouze ilustrační, konstrukčně může být jiné za dodržení technické specifikace.

Celé znění této dodatečné informace uveřejňuje zadavatel na svém profilu https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu předmětné zakázky.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje a končí dne 29.6.2017 v 09:00 hodin. Otevírání obálek bude provedeno dne 29.6.2017 v 09:00 hodin na adrese sídla zadavatele – Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové.

V Hradci Králové dne 8.6.2017

Mgr. Šárka Klimešová
právník oddělení veřejných zakázek
na základě pověření