

Doplnění zadávací dokumentace (dodatečná informace č. 2)

Název zakázky: „Domov důchodců Černožice - ZDRAVOTECHNIKA - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY“

Zadavatel:

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí č. p. 1245,
500 03 Hradec Králové, IČ: 708 89 546

Způsob zadání: otevřené řízení

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě dotazu dodavatele, toto vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1

U položky M 41 Dezinfektor - myčka podložních mís zadavatel uvádí popis, který kombinuje parametry několika různých přístrojů a není nám známo, že by na trhu byl přístroj splňující všechny tyto požadavky.

Požadované napájení 230 V a požadované rozměry jsou v rozporu s požadavkem na velkokapacitní mycí automat na dvě podložní mísy. Mycí automaty na dvě podložní mísy se používají na oddělení se 60 až 80 ležícími pacienty. Pro provoz domova důchodců Černožice jsou vhodnější standardní myčky podložních mís s kapacitou 1 podložní mísa a 1 močová lahev nebo 3 močové lahve. Tyto mycí automaty jsou optimální pro oddělení do 35 – 40 ležících klientů a mají i nižší spotřebu a nižší celkové provozní náklady.

Aby mohli uchazeči poskytnout nabídky, žádáme zadavatele o opravu zadávací dokumentace alespoň v tomto rozsahu:

Mycí a dezinfekční automat s termickou dezinfekcí
rozměry š60 x h45 x v175 cm
připojení teplé a studené vody, odpadní sifon zadní do stěny 100 (110mm)
napájení 230V, 50-60 Hz, hlavní vypínač do 16A
tepelná dezinfekce s vestavěným parním generátorem a dávkovacím čerpadlem změkčovačla
minimálně 3 mycí programy (úsporný, normální, intenzivní)
kapacita 1 podložní mísa a 1 močová lahev nebo 3 močové lahve
jmenovitý výkon kolem 3 kW
nerezové provedení mycí komory a opláštění

Odpověď: Výška zařízení může být odlišná do 10%. Minimální kapacita 1 podložní mísa a 1 močová lahev nebo 3 močové lahve. Ostatní technické specifikace zůstávají beze změn.

Dotaz č. 2

U položky M 36 - Koupací křeslo zadavatel uvádí popis, který kombinuje parametry několika různých přístrojů a není nám známo, že by na trhu byl přístroj splňující všechny tyto požadavky.

Aby mohli uchazeči poskytnout nabídky, žádáme zadavatele o opravu zadávací dokumentace alespoň v tomto rozsahu:

elektrický zdvih, elektrické nastavení sklonu
výškově nastavitelná opěrka hlavy
ovládání pomocí ručního ovladače

nastavitelné a odnímací polstrované opěrky nohou a lýtek
vysunovací polstrované područky pro boční přesun
odklopné područky, výškově stavitelné a odnímací podnožky
možnost doplnění o bezpečnostní pásy, WC mísu
vhodné pro sprchový kout a WC
možnost výběru typu zádové opěrky (pevná nebo nastavitelná)
1 směrové kolečko, 3 brzdy
servis v termínu do 2 dnů a provádění BTK
Technické specifikace:
nosnost 150 kg
zvedací rozsah 530 mm – 930 mm
celková šířka do 700 mm
úhel náklonu sedadla: -5° až +30°

Odpověď: Váha koupacího křesla může být do 50kg. Ostatní technické specifikace zůstávají beze změn.

Celé znění této dodatečné informace uveřejňuje zadavatel na svém profilu https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu předmětné zakázky.

Lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje a končí dne 29.6.2017 v 10:00 hodin.

V Hradci Králové dne 12.6.2017

Mgr. Šárka Klimešová
právník oddělení veřejných zakázek
na základě pověření