

Rozhodnutí zadavatele o podané námitce uchazeče

proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení veřejné zakázky "Obměna CT včetně příslušenství"

zadavatel:

☐

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Bolzanova 512, 506 43 Jičín

IČ: 260 01 551

zápis v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. B, vložka 2328

statutární orgán: Ing. Dana Kracíková, předsedkyně představenstva a ředitelka nemocnice

Ing. Josef Kubíček, místopředseda představenstva a provozně technický náměstek

☐

Uchazeč **GE Medical Systems Česká republika, s.r.o.**, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, IČ: 639 91 306, podal dne 25. 7. 2013 prostřednictvím Mgr. Matěje Váchy, advokáta, PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o., na základě plné moci, námitku datovanou 24. 7. 2013 proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky

"Obměna CT včetně příslušenství"

Oznámení o zakázce bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 348498.

Zadavatel přezkoumal námitku uchazeče ze dne 24. 7. 2013 (doručenou zadavateli dne 25. 7. 2013), podanou proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ve smyslu ust. § 110 odst. 1 a 2 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen "zákon"), a rozhodl v souladu s ust. § 111 odst. 1 zákona, že námitce

n e v y h o v u j e

ODŮVODNĚNÍ:

Uchazeč se ve svých námitkách domáhá, aby zadavatel zrušil rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a provedl nové posouzení a hodnocení nabídek a znovu rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky.

Zadavatel k námitkám uchazeče uvádí následující:

Stěžovatel ve svém podání uvádí, že uchazeč AUDIOSCAN, spol. s r.o., nesplnil jednu z technických podmínek požadovaných zadavatelem, neboť šířka akvizice v ISO centru osy "z" v akvizičním módu 64 řad nedosahuje zadavatelem požadované minimální hodnoty 30mm na jednu rotaci 360° bez pohybu stolu. Stěžovatel se odvolává na produktová data k přístroji Aquilion CXL.


K tomuto odkazu zadavatel uvádí, že uchazeč AUDIOSCAN, spol. s r.o., doložil prohlášení výrobce o možnosti provádět na nabízeném přístroji Aquilion CXL akvizice v počtu 64 řad x 0,5mm v konvenčním i dynamickém módu (tj. bez pohybu stolu). Dále uchazeč AUDIOSCAN, spol. s r.o., vysvětlil důvod, proč tento údaj není v produktových datech pro daný přístroj uveden, ačkoliv jej přístroj Aquilion CXL standardně umožňuje a nad vší pochyby prokázal, že jím nabízený přístroj Aquilion CXL plně splňuje všechny technické podmínky, stanovené zadavatelem.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti zadavatel shledal důvody uváděné stěžovatelem jako neopodstatněné, a proto rozhodl, jak je výše uvedeno.

POUČENÍ:


Ve smyslu ustanovení § 111, odstavec 2 uvědomuji stěžovatele o možnosti podat ve lhůtě podle § 114, odstavec 4 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu.

V Jičíně, dne 31. 7. 2013



Ing. Dana Kracíková
předsedkyně představenstva a ředitelka nemocnice

Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Bolzanova 512, 506 43 Jičín
tel. 493 582 111 ①



Ing. Josef Kubíček
místopředseda představenstva a provozně
technický náměstek