

# ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Tato nadlimitní veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na <https://zakazky.cenakhk.cz/>.

**„Dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro provádění hemodialýzy a on-line hemodiafiltrace včetně obnovy hemodialyzačních monitorů“**

## **Zadavatel:**

Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.

IČO: 281 81 662

se sídlem: Pospíšilova 365/9, Hradec Králové, PSČ: 500 03

doručovací adresa: Jana Maláta 491, Nový Bydžov, PSČ: 504 01

profil zadavatele [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_3517.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_3517.html)

<b>1.</b>	<b>ÚVOD</b> .....	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>ZADAVATEL</b> .....	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>ZASTOUPENÍ ZADAVATELE, KONTAKTNÍ OSOBA</b> .....	<b>4</b>
<b>4.</b>	<b>KOMUNIKACE SE ZADAVATELEM, ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ</b> .....	<b>4</b>
<b>5.</b>	<b>PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY</b> .....	<b>5</b>
5.1.	PŘEDMĚT PLNĚNÍ OBECNĚ .....	5
5.2.	SPOTŘEBNÍ MATERIÁL .....	7
5.3.	HEMODIALYZAČNÍ PŘÍSTROJE .....	11
5.4.	KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV) .....	12
<b>6.</b>	<b>ZPŮSOB PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY</b> .....	<b>12</b>
<b>7.</b>	<b>PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODDODAVATELEM</b> .....	<b>13</b>
<b>8.</b>	<b>DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ</b> .....	<b>13</b>
<b>9.</b>	<b>OBCHODNÍ PODMÍNKY A PLATEBNÍ PODMÍNKY</b> .....	<b>13</b>
<b>10.</b>	<b>VYSVĚTLENÍ A ZMĚNY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE</b> .....	<b>13</b>
10.1.	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE .....	13
10.2.	ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE .....	14
<b>11.</b>	<b>POŽADAVKY NA KVALIFIKACI</b> .....	<b>14</b>
11.1.	ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST .....	14
11.2.	PROFESNÍ ZPŮSOBILOST .....	15
11.3.	TECHNICKÁ KVALIFIKACE .....	16
11.4.	PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE .....	18
<b>12.</b>	<b>ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY</b> .....	<b>20</b>
<b>13.</b>	<b>MALÝ A STŘEDNÍ PODNIKATEL</b> .....	<b>21</b>
<b>14.</b>	<b>NABÍDKA</b> .....	<b>21</b>
14.1.	JAZYK NABÍDKY .....	21
14.2.	FORMA A PODÁNÍ NABÍDKY .....	21
14.3.	POŽADAVKY NA SESTAVENÍ NABÍDKY .....	22
14.4.	LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK .....	22
<b>15.</b>	<b>ZADÁVACÍ LHŮTA</b> .....	<b>22</b>
<b>16.</b>	<b>OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK</b> .....	<b>23</b>
<b>17.</b>	<b>PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ</b> .....	<b>23</b>
17.1.	PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ OBECNĚ .....	23
17.2.	KOMISE .....	23
<b>18.</b>	<b>HODNOCENÍ NABÍDEK</b> .....	<b>25</b>
18.1.	KRITÉRIA HODNOCENÍ .....	25
18.2.	NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA .....	26
18.3.	HODNOCENÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI NABÍZENÉHO PLNĚNÍ .....	26
<b>19.</b>	<b>POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI</b> .....	<b>33</b>
19.1.	POSOUZENÍ OBECNĚ .....	33
19.2.	VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ .....	33
19.3.	OBNOVENÍ ZPŮSOBILOSTI .....	34
<b>20.</b>	<b>VÝBĚR DODAVATELE</b> .....	<b>34</b>
<b>21.</b>	<b>OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE</b> .....	<b>35</b>
<b>22.</b>	<b>UZAVŘENÍ SMLOUVY</b> .....	<b>35</b>
<b>23.</b>	<b>OCHRANA PROTI NESPRÁVNÉMU POSTUPU ZADAVATELE</b> .....	<b>35</b>
23.1.	NÁMITKY .....	35
23.2.	PŘEZKOUMÁNÍ ÚKONŮ ZADAVATELE .....	35
<b>24.</b>	<b>PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE</b> .....	<b>36</b>

## 1. ÚVOD

Zadání této veřejné zakázky se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

### **základní údaje o veřejné zakázce:**

Název veřejné zakázky:	Dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro provádění hemodialýzy a on-line hemodiafiltrace včetně obnovy hemodialyzačních monitorů
Druh zadávacího řízení:	otevřené
Režim veřejné zakázky:	nadlimitní
Předmět veřejné zakázky:	dodávky
Centralizované zadávání:	ano - § 9 odst. 1 písm. a) zákona
Veřejná zakázka je rozdělena na části:	ne

(dále jen jako „veřejná zakázka“).

Podáním nabídky dodavatel zcela a bez výhrad akceptuje podmínky účasti v zadávacím řízení, podmínky průběhu zadávacího řízení, pravidla pro hodnocení nabídek, požadavky zadavatele na obsah, formu a způsob podání nabídky a případné další podmínky, které zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci.

Od dodavatelů se očekává, že si pečlivě prostudují, splní a dodrží veškeré podmínky, pokyny a termíny vyplývající ze zadávací dokumentace.

## 2. ZADAVATEL

Centrální zadavatel:	<b>Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.</b>
Sídlo:	Pospíšilova 365/9, Hradec Králové, PSČ: 500 03
Doručovací adresa:	Jana Maláta 491, Nový Bydžov, PSČ: 504 01
IČO:	281 81 662
DIČ:	CZ 281 81 662
Zastoupený:	Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., jednatel, kterého při výkonu funkce zastupuje Ing. Zuzana Bartošová Milan Zápotocký, jednatel Jana Holanová, jednatel
Profil zadavatele:	<a href="https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_3517.html">https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_3517.html</a>

Uvedený zadavatel je centrálním zadavatelem a tato veřejná zakázka je zadávána v rámci centralizovaného zadávání ve smyslu ust. § 9 zákona. Centrální zadavatel provádí centralizované zadávání dle ust. **§ 9 odst. 1 písm. a)** zákona spočívající v tom, že provádí zadávací řízení, v nichž pořizuje dodávky, jež jsou předmětem této veřejné zakázky, které

následně přenechává pověřujícím zadavatelům za cenu nikoli vyšší, než za kterou byly pořízeny.

Jednotliví pověřující zadavatelé jsou následující:

- **Oblastní nemocnice Trutnov a.s.**, IČO: 260 00 237, se sídlem M. Gorkého 77, Kryblice, Trutnov, PSČ: 541 01;
- **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, IČO: 260 00 202, se sídlem Purkyňova 446, Náchod, PSČ: 547 01;
- **Oblastní nemocnice Jičín a.s.**, IČO: 260 01 551, se sídlem Bolzanova 512, Valdické Předměstí, Jičín, PSČ: 506 01.

(dále jen jako „pověřující zadavatelé“).

### 3. ZASTOUPENÍ ZADAVATELE, KONTAKTNÍ OSOBA

Zadavatel je při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souvislosti se zadávacím řízením pro danou veřejnou zakázku smluvně zastoupen ve smyslu ust. § 43 zákona následující osobou.

Zástupce zadavatele: **JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.**, advokát advokátní kanceláře ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS, zapsaný v seznamu advokátů vedeném ČAK pod ev. č. 9459  
IČO: 636 22 777  
Sídlo: Šafaříkova 201/17, 120 00 Praha 2

Zástupce je zmocněn ke všem úkonům souvisejícím se zadávacím řízením s výjimkou výběru dodavatele, vyloučení účastníka zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení a rozhodnutí o námitkách.

#### Kontaktní osoba zástupce zadavatele

Pro komunikaci s dodavateli zadavatel určil následující kontaktní osobu.

Kontaktní osoba: **JUDr. Libor Pikna**  
AK ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS  
E-mail: pikna@akev.cz  
Telefon: +420 224 409 920 (recepce)

Kontaktní osoba je určena pro komunikaci dodavatelů se zadavatelem. Není zástupcem zadavatele ve smyslu ust. § 43 zákona.

### 4. KOMUNIKACE SE ZADAVATELEM, ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ

Veřejná zakázka je zadávána prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek zadavatele dostupného na <https://zakazky.cenakhk.cz/> (dále jen „E-ZAK“).

Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím E-ZAK, pokud není v této zadávací dokumentaci stanoveno jinak (např. v případě podání námitek – čl. 23.1), příp. pokud jinak nestanoví zadavatel v průběhu zadávacího řízení.

Podrobné informace o ovládání systému jsou dostupné v uživatelské příručce [https://zakazky.cenakhk.cz/manual\\_2/ezak-manual-dodavatele-pdf](https://zakazky.cenakhk.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-pdf) a manuálu elektronického podpisu [https://zakazky.cenakhk.cz/manual\\_3/qcm-podepisovaci\\_applet-pdf](https://zakazky.cenakhk.cz/manual_3/qcm-podepisovaci_applet-pdf).

Zadavatel upozorňuje, že pro plné využití všech funkcí elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit registraci dodavatele (<https://zakazky.cenakhk.cz/registrace.html>). Dodavateli se doporučuje prostudovat výše uvedené manuály pro dodavatele, provést test nastavení prohlížeče a test odeslání nabídky.

**Dodavatel je povinen provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK za účelem komunikace se zadavatelem.**

Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím E-ZAK, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele, odpovídá vždy dodavatel. **Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti. Na doručení nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena.**

V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte prosím provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na emailové adrese: [zakazky@cenakhk.cz](mailto:zakazky@cenakhk.cz) nebo [podpora@ezak.cz](mailto:podpora@ezak.cz). Ostatní informace jsou také uvedeny na webové stránce provozovatele systému <http://www.ezak.cz/>.

## 5. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

### 5.1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ OBECNĚ

Předmětem veřejné zakázky je průběžná **dodávka spotřebního zdravotnického materiálu** pro hemodialýzu a on-line hemodiafiltraci a **výpůjčka 40 ks hemodialyzačních přístrojů** na období 4 let od uzavření smlouvy o veřejné zakázce včetně provádění bezplatného servisu.

**Spotřební materiál** bude jednotlivými nemocnicemi zadavatele odebírán průběžně, v objemu odpovídajícím vždy aktuální potřebě zadavatele. Vybraný dodavatel se zaváže dodat potřebné množství spotřebního materiálu vždy do 3 dnů ode dne doručení písemné výzvy zadavatele.

Pro účely zpracování nabídkové ceny zadavatel upřesňuje předpokládanou frekvenci dodávek spotřebního materiálu pro jednotlivé pověřující zadavatele následovně:

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Dodávky spotřebního materiálu a dialyzačních roztoků probíhají průběžně, u dialyzačních roztoků zpravidla 1x týdně, u ostatního materiálu zpravidla 1x za 3 týdny. Dialyzační středisko má omezené skladové kapacity – je schopno uskladnit zásoby na 3 - 4 týdny.

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Dodávky spotřebního materiálu a dialyzačních roztoků probíhají průběžně, u dialyzačních roztoků zpravidla 1x týdně, u ostatního materiálu zpravidla 1x měsíčně.

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Dodávky spotřebního materiálu a dialyzačních roztoků probíhají průběžně, u dialyzačních roztoků zpravidla 1x týdně, u ostatního materiálu zpravidla 2x měsíčně. Vzhledem k malé kapacitě skladů by méně časté zásobování bylo problematické.

Výše uvedené předpokládané frekvence dodávek nejsou závazné a mohou se měnit v závislosti na potřebách pověřujících zadavatelů.

Rozdělení počtu kusů **hemodialyzačních přístrojů** pro jednotlivé pověřující zadavatele je následující:

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.	12 ks
Oblastní nemocnice Náchod a.s.	16 ks
Oblastní nemocnice Jičín a.s.	12 ks

Vybraný dodavatel se rovněž zaváže zajistit bezplatnou instalaci přístrojů a zaškolení obsluhy v místě instalace v českém jazyce a předat zadavateli návody a potřebné postupy v českém jazyce a dále se zaváže poskytnout minimálně po celou dobu výpůjčky v případě potřeby bezúplatný odborný a technický servis v místě plnění, a to nejpozději do 24 hodin od oznámení jeho nutnosti vybranému dodavateli formou telefonické objednávky (která bude následně potvrzena emailem). Vybraný dodavatel zajistí zejména jakékoli práce, prohlídky, údržbu, náhradní díly a dopravu, včetně pravidelných nutných procesů pro správnou funkci přístroje v požadovaných intervalech. Zjištěné vady se vybraný dodavatel zavazuje odstranit ve lhůtě 3 dnů od telefonického nahlášení závady zadavatelem.

Pokud je součástí předmětu plnění dodávka softwarových produktů, pak se vybraný dodavatel zavazuje zajistit taková oprávnění, licence a podmínky pro to, aby zadavatel mohl tyto softwarové produkty na zboží, se kterým byly dodány, užívat v souladu s předmětem plnění této veřejné zakázky. Úplata za užívání softwarových produktů poskytnutých k předmětu plnění musí být plně obsažena v nabídkové ceně.

Zadavatel nepřipouští nabídku na část plnění veřejné zakázky. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

## 5.2. SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

### 5.2.1. Kapilární low-flux dialyzátory s plně syntetickou membránou, sterilizace parou nebo zářením

Limitní požadavky - jejich nesplnění má za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Tři typy low-flux dialyzátorů lišících se svou plochou:

Plocha 1,2 - 1,6 m<sup>2</sup> (odběr maximálně 3.500 ks/rok, předpokládaný odběr 3.150 ks/rok)

Plocha 1,7 - 2,0 m<sup>2</sup> (odběr maximálně 5.000 ks/rok, předpokládaný odběr 4.500 ks/rok)

Plocha > 2 m<sup>2</sup> (odběr maximálně 500 ks/rok, předpokládaný odběr 450 ks/rok)

Uvedené počty odpovídají maximální a předpokládané spotřebě za 1 rok. Zadavatel si vyhrazuje právo neodebrat spotřební materiál v celém maximálním objemu. V případě neodebrání maximálního objemu nebude zadavatel nijak penalizován. Počty odebraných kusů budou záviset na konkrétních potřebách zadavatele, zejména na skladbě pacientů a potřebách hemodialyzačních oddělení jednotlivých nemocnic zadavatele.

S ohledem na dobu plnění předmětu veřejné zakázky a v souladu se stávajícím vývojem v oblasti poskytování zdravotní péče zadavatel očekává, že v průběhu plnění veřejné zakázky dojde k postupnému snižování odběru dialyzátorů typu Low flux a jejich nahrazování zvýšením odběru dialyzátorů typu High flux.

Zadavatel z výše uvedeného důvodu negarantuje závazný minimální odběr dialyzátorů typu Low flux, ale stanovuje pouze předpokládaný odběr za 1 rok vycházející ze současného stavu odběru. Zadavatel se však zavazuje, že bude po dobu plnění veřejné zakázky odebírat dialyzátory v počtech, které jsou pro jednotlivé kategorie ploch membrán stanoveny výše jako hodnoty předpokládaných odběrů s tím, že tyto odběry zadavatel naplní buď odběry dialyzátorů typu Low flux, nebo náhradně odběry ekvivalentního počtu dialyzátorů typu High flux o stejné kategorii ploch membrán.

V případě, že bude zadavatel výše uvedené předpokládané odběry plnit odběrem dialyzátorů typu High flux, nebudou se tyto náhradní odběry započítávat do minimálních odběrů stanovených níže samostatně pro dialyzátory typu High flux.

Ostatní technické požadavky:

plocha 1,2 - 1,6 m <sup>2</sup>	
clearance pro urea	minimálně 250 ml/min.
clearance pro fosfáty	minimálně 180 ml/min.
ultrafiltrace	minimálně 10 ml/mmHg/h

plocha 1,7 - 2,0 m <sup>2</sup>	
clearance pro urea	minimálně 255 ml/min.
clearance pro fosfáty	minimálně 200 ml/min.
ultrafiltrace	minimálně 12 ml/mmHg/h

plocha > 2 m <sup>2</sup>	
clearance pro urea	minimálně 259 ml/min.
clearance pro fosfáty	minimálně 205 ml/min.
ultrafiltrace	minimálně 15 ml/mmHg/h

Uvedené parametry musí být definované za následujících podmínek

- průtoky Q<sub>b</sub> = 300 ml/min
- průtok Q<sub>d</sub> = 500 ml/min
- Q<sub>f</sub> = 0 ml/m
- další podmínky jsou stanoveny normou ČSN EN ISO 8637
- in vitro, ultrafiltrace měřena na krvi s HTC 32% a CB nejméně 60 g/l při teplotě 37 stupňů C

Dodavatel v nabídce uvede následující parametry:

- clearance urey, creatininu, fosfátů, vit. B12 při Q<sub>B</sub>=300ml/min, Q<sub>D</sub>=500ml/min, Q<sub>F</sub>=0ml/min,
- UF koeficient
- přesný typ syntetické membrány

Pro úplnost zadavatel uvádí, že v případě, že pro určitý parametr není stanovena minimální hodnota, nebude hodnota tohoto parametru předmětem posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

**Pokud dodavatelem nabízené plnění výše uvedené požadavky splňuje, musí být toto v nabídce výslovně uvedeno a zároveň vyplývat z příložených dokladů (např. technických listů).**

### **5.2.2. kapilární high-flux dialyzátory s plně syntetickou membránou, sterilizace parou nebo zářením**

Limitní požadavky - jejich nesplnění má za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Tří typy high-flux dialyzátorů lišících se svou plochou:

Plocha 1,2 - 1,6 m<sup>2</sup> (odběr maximálně 4.000 ks/rok, minimálně 3.600 ks/rok)

Plocha 1,7 - 2,0 m<sup>2</sup> (odběr maximálně 4.000 ks/rok, minimálně 3.600 ks/rok)

Plocha > 2,0 m<sup>2</sup> (odběr maximálně 1.000 ks/rok, minimálně 900 ks/rok)

Uvedené počty odpovídají maximální a minimální spotřebě za 1 rok. Zadavatel se zavazuje odebrat minimální stanovené množství spotřebního materiálu a zároveň si vyhrazuje právo neodebrat spotřební materiál v celém maximálním objemu. V případě neodebrání maximálního objemu nebude zadavatel nijak penalizován. Počty odebraných kusů budou záviset na konkrétních potřebách zadavatele, zejména na skladbě pacientů a potřebách hemodialyzačních oddělení jednotlivých nemocnic zadavatele.

Ostatní technické požadavky:



plocha 1,2 - 1,6 m <sup>2</sup>	
clearance pro urea	minimálně 265 ml/min.
clearance pro fosfáty	minimálně 230 ml/min.
ultrafiltrace	minimálně 35 ml/mmHg/h
sieving coefficient pro Albumin	maximálně 0,001
sieving coefficient pro $\beta_2m$	minimálně 0,7

plocha 1,7 - 2,0 m <sup>2</sup>	
clearance pro urea	minimálně 280 ml/min.
clearance pro fosfáty	minimálně 240 ml/min.
ultrafiltrace	minimálně 50 ml/mmHg/h
sieving coefficient pro Albumin	maximálně 0,001
sieving coefficient pro $\beta_2m$	minimálně 0,7

plocha > 2,0 m <sup>2</sup>	
clearance pro urea	minimálně 280 ml/min.
clearance pro fosfáty	minimálně 245 ml/min.
ultrafiltrace	minimálně 60 ml/mmHg/h
sieving coefficient pro Albumin	maximálně 0,001
sieving coefficient pro $\beta_2m$	minimálně 0,7

Uvedené parametry musí být definované za následujících podmínek

- průtoky  $Q_b = 300$  ml/min
- průtok  $Q_d = 500$  ml/min
- $Q_f = 0$  ml/m ( $Q_f = 60$  ml/m pro SC Albuminu)
- další podmínky jsou stanoveny normou ČSN EN ISO 8637
- in vitro, ultrafiltrace měřena na krvi s HTC 32% a CB nejméně 60 g/l při teplotě 37 stupňů C

Dodavatel v nabídce uvede následující parametry:

- clearance urey, creatininu, fosfátů, vit. B12 při  $Q_B=300$ ml/min,  $Q_D=500$ ml/min,  $Q_F=0$ ml/min, u high-flux dialyzátorů také clearance pro inulin
- UF koeficient
- přesný typ syntetické membrány
- u high-flux dialyzátorů sieving koeficient pro albumin,  $\beta_2m$

Pro úplnost zadavatel uvádí, že v případě, že pro určitý parametr není stanovena minimální hodnota, nebude hodnota tohoto parametru předmětem posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

**Pokud dodavatelem nabízené plnění výše uvedené požadavky splňuje, musí být toto v nabídce výslovně uvedeno a zároveň vyplývat z příložených dokladů (např. technických listů).**

### 5.2.3. Ostatní spotřební materiál

Níže uvedené počty odpovídají maximální a minimální spotřebě za 1 rok. Zadavatel se zavazuje odebrat minimální stanovené množství spotřebního materiálu a zároveň si vyhrazuje právo neodebrat spotřební materiál v celém maximálním objemu. V případě neodebrání maximálního objemu nebude zadavatel nijak penalizován. Počty odebraných kusů budou záviset na konkrétních potřebách zadavatele, zejména na skladbě pacientů a potřebách hemodialyzačních oddělení jednotlivých nemocnic zadavatele.

#### ○ Dialyzační sety

Dialyzační sety bez obsahu ftalátů pro hemodialýzu s on-line plněním při přípravě dialyzačního monitoru bez potřeby vaků s NaCl, kompatibilní s přístroji, které budou předmětem nabídky.  
V maximálním množství 9.000 ks/rok, minimálně 8.100 ks/rok.

Dialyzační sety bez obsahu ftalátů pro on-line pre i post diluční hemodiafiltraci s on-line plněním při přípravě dialyzačního monitoru bez potřeby vaků s NaCl, kompatibilní s přístroji, které budou předmětem nabídky.

V maximálním množství 9.000 ks/rok, minimálně 8.100 ks/rok.

#### ○ Dialyzační jehly

Dialyzační jehly arteriální a venózní ve velikosti 14 až 17G dle aktuálních potřeb hemodialyzačních oddělení nemocnic zadavatele.

V maximálním množství 36.000 ks/rok, minimálně 32.400 ks/rok.

#### ○ Bikarbonátový dialyzační koncentrát

Bikarbonátové patrony pro hemodialýzu min. 650g kompatibilní s přístroji, které budou předmětem nabídky.

V maximálním množství 9.000 ks/rok, minimálně 8.100 ks/rok.

Bikarbonátové patrony pro on-line hemodiafiltraci min. 750g kompatibilní s přístroji, které budou předmětem nabídky.

V maximálním množství 9.000 ks/rok, minimálně 8.100 ks/rok.

#### ○ Pyrogenní filtry

Pyrogenní filtry kompatibilní s přístroji, které budou předmětem nabídky.

V maximálním množství odpovídajícím 18.000 terapiím/rok, minimálně 16.200 terapií/rok.

#### ○ Desinfekce

Desinfekční roztoky pro desinfekci přístrojů, které budou předmětem nabídky.

V maximálním množství odpovídajícím 18.000 terapiím/rok, minimálně 16.200 terapií/rok.

o Kyselé dialyzační koncentráty libovolného složení

Kyselé dialyzační koncentráty běžně volitelného standardního složení v kanystrech pro hemodialýzu a on-line hemodiafiltraci dle aktuálních potřeb hemodialyzačních oddělení nemocnic zadavatele. Zadavatel bude akceptovat dodání jiným způsobem, např. ve vacích či v pytlích.

V maximálním množství 18.000 ks/rok, minimálně 16.200 ks/rok.

### 5.3. HEMODIALYZAČNÍ PŘÍSTROJE

Limitní požadavky - jejich nesplnění má za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení:

- možnost klasické bikarbonátové a acetátové hemodialýzy i on-line hemodiafiltrace/hemofiltrace,
- možnost on-line pre i post diluční hemodiafiltraci/hemofiltrace bez nutnosti použití dalších přídavných jednorázových filtrů substitučního roztoku a komůrek k dialyzačnímu setu, které nejsou součástí dodaného dialyzačního setu a zadavatel by je tak musel objednávat zvlášť – zadavatel požaduje komplexní řešení,
- možnost použití dialyzačních setů pro HD pre a post diluční HDF a HF s on-line plněním při přípravě dialyzačních monitorů bez nutnosti použití vaků s NaCl,
- možnost použití suchého bikarbonátového koncentrátu,
- měření a monitorování dialyzační dávky Kt/V on-line u HDi pre a post diluční HDF,
- možnost jednojehlové hemodialýzy (alespoň klapková, jednopumpová),
- profilování UF a Na v čase,
- programovatelné měření krevního tlaku,
- kontinuální i bolusové podávání heparinu,
- možnost měření recirkulace a průtoku krve cévním přístupem, a to buď interní, nebo externí možností měření, aby bylo možné změřit tyto hodnoty minimálně u 3 pacientů na každé dialyzační směně, v případě měření externím přístrojem je nutné do celkové ceny zahrnout náklady na pořízení externích přístrojů a náklady na spotřební materiál, který je k měření potřeba, a to v maximálním počtu 3600 měření za 1 rok,
- přímé načítání dat z přístrojů do nefrologického informačního systému Nefris,
- možnost použití patientské karty,
- nastavitelný průtok dialyzačního roztoku (v minimálním rozsahu 300 – 700 ml/min),
- přehledná otočná dotyková barevná obrazovka,
- možnost automatické úpravy rychlosti ultrafiltrace na základě biologické zpětné vazby (např. kontinuální monitorování změn relativního krevního objemu nebo v závislosti na vývoji hodnot systémového krevního tlaku), a to u min. 50 % přístrojů u každého z pověřujících zadavatelů,
- záložní zdroj energie pro případ výpadku el. proudu – alespoň 15 minut,
- full servis včetně náhradních dílů a BTK po dobu 4 let,
- přístroje mohou být nové, staršího data výroby i použité, pokud splňují limitní požadavky stanovené v zadávacích podmínkách,
- zadavatel bude v rámci hodnocení nabídek zohledňovat některé technické parametry nabízených přístrojů (viz. čl. 18 Hodnocení nabídek).

**Pokud dodavatelem nabízené plnění výše uvedené požadavky splňuje, musí být toto v nabídce výslovně uvedeno a zároveň vyplývat z příložených dokladů (např. technických listů).**

Zadavatel nestanovuje požadavek, aby byly veškeré přístroje stejného typu. Dodavatel tedy může nabídnout i přístroje různých typů.

V takovém případě ale musí dodavatel splnit následující podmínky:

- všechny přístroje, resp. každý samostatně musí splnit všechny technické požadavky dle tohoto článku,
- dodavatel musí v nabídce výslovně uvést, že všechny přístroje, resp. každý samostatně splňuje požadavky zadavatele dle tohoto článku,
- dodavatel musí v nabídce předložit technické specifikace všech typů přístrojů, ze kterých bude vyplývat, že splňují technické požadavky dle tohoto článku, a
- dodavatel musí v nabídce uvést, jaké počty kusů konkrétního typu přístroje nabízí (např. v krycím listu nabídky),
- dodavatel není oprávněn určit, který konkrétní typ přístroje bude dodán konkrétnímu pověřujícímu zadavateli; toto rozdělení provede zadavatel bezodkladně po uzavření smlouvy jednostranným pokynem dle potřeb pověřujících zadavatelů.

#### **5.4. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)**

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je:

33181100-3	Přístroje pro hemodialýzu
33181200-4	Filtry pro dialýzu
33692800-5	Dialyzační roztoky
33141324-7	Dialyzační jehly

#### **6. ZPŮSOB PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

Tato veřejná zakázka je zadávána v otevřeném řízení. Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy s jedním vybraným dodavatelem.

Zboží bude dle smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem dodáváno tak, že zadavatel vybranému dodavateli zašle písemnou výzvu k poskytnutí plnění. Bližší podmínky zaslání písemné výzvy k poskytnutí plnění jsou uvedeny v návrhu smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Všechny uvedené počty odpovídají maximální a minimální, případně přepokládané spotřebě za 1 rok. Zadavatel se zavazuje odebrat minimální stanovené množství spotřebního materiálu a zároveň si vyhrazuje právo neodebrat spotřební materiál v celém maximálním objemu. V případě neodebrání maximálního objemu nebude zadavatel nijak penalizován. Počty odebraných kusů budou záviset na konkrétních potřebách zadavatele, zejména na skladbě pacientů a potřebách hemodialyzačních oddělení jednotlivých nemocnic zadavatele. Zadavatel neuzavírá s dodavatelem výhradní smluvní vztah.

## 7. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODDODAVATELEM

Zadavatel neomezuje plnění veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele. Seznam poddodavatelů dodavatel v nabídce nepředkládá.

Zadavatel však požaduje, aby vybraný dodavatel v souladu s ust. § 105 odst. 3 a 4 zákona předložil zadavateli nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele identifikační údaje poddodavatelů pro plnění veřejné zakázky, pokud jsou mu známi.

## 8. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním veřejné zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky: 2017 – 2021  
Předpokládaný termín zahájení plnění: ihned po podpisu smlouvy

Smlouva s vybraným dodavatelem jako výsledek této veřejné zakázky bude uzavřena na dobu určitou 4 let.

Místem plnění veřejné zakázky jsou jednotlivá zdravotnická zařízení pověřujících zadavatelů v Královéhradeckém kraji.

## 9. OBCHODNÍ PODMÍNKY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky zadavatele včetně platebních jsou připojeny ve formě závazného návrhu smlouvy, který tvoří **přílohu č. 1** této zadávací dokumentace.

**Text smlouvy dodavatel fyzicky do nabídky nepřikládá, pouze v nabídce písemně prohlásí, že s tímto zněním souhlasí, a to např. odkazem na poslední verzi textu návrhu smlouvy uveřejněné na profilu zadavatele. Pro tyto účely lze využít prohlášení, které je součástí krycího listu (příloha č. 4).**

Návrh smlouvy obsahuje „žlutě podbarvená“ místa, která budou před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem doplněna v souladu s ust. § 124 odst. 4 zákona dle nabídky vybraného dodavatele.

## 10. VYSVĚTLENÍ A ZMĚNY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### 10.1. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodavatelé jsou oprávněni po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace, a to v souladu s ust. § 98 zákona. Zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo

předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele, a to do 3 pracovních dnů.

Žádosti je možno doručit prostřednictvím **elektronického nástroje E-ZAK**.

**Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.**

Vysvětlení zadávací dokumentace může provést zadavatel také z vlastního podnětu v souladu s ust. § 98 odst. 1 zákona.

## **10.2. ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávacích podmínek musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávacích podmínek vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

## **11. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI**

Kvalifikační požadavky stanovené zadavatelem jsou uvedeny v bodech 11.1. až 11.4. této zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s ust. § 73 odst. 1 až 3 zákona stanovuje dále uvedené požadavky na prokázání splnění kvalifikace.

Způsobilým a kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je účastník zadávacího řízení, který prokáže, že:

- a) splňuje podmínky základní způsobilosti,
- b) splňuje podmínky profesní způsobilosti a
- c) splňuje kritéria technické kvalifikace.

Požadavky na ekonomickou kvalifikaci zadavatel nestanovuje.

### **11.1. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST**

Způsobilým není dodavatel, který

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle zvláštního právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem **právníká osoba**, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právníká osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právníká osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právníká osoba, každý člen statutárního orgánu této právníkové osoby a osoba zastupující tuto právníkou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení **pobočka závodu**, postupuje dle ust. § 74 odst. 3 zákona.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice **předložením**

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [písm. a)],
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu [písm. b)],
- c) písemného čestného prohlášení [písm. b) ve vztahu ke spotřební dani, písm. c), písm. e), pokud není zapsán v obchodním rejstříku],
- d) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení [písm. d)],
- e) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán [písm. e)].

Za účelem prokázání splnění podmínek základní způsobilosti, které se prokazují předložením čestného prohlášení (písm. b) ve vztahu ke spotřební dani, písm. c), písm. e), pokud dodavatel není zapsán v obchodním rejstříku), je dodavatel oprávněn využít vzor čestného prohlášení, který tvoří **přílohu č. 2** této zadávací dokumentace.

**Doklady prokazující splnění základní způsobilosti nesmí být starší 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.**

Základní způsobilost lze prokázat **výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů** (srov. čl. 11.4.5. této zadávací dokumentace).

## 11.2. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

Splnění podmínek profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:



- a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud zvláštní právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, a
- b) doklad o registraci u Státního ústavu pro kontrolu léčiv dle ust. § 64 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Povinnost předložit příslušný doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy (např. na obchodní rejstřík, [www.justice.cz](http://www.justice.cz)) nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Pokud právní předpisy v zemi sídla dodavatele výše popsanou profesní způsobilost nevyžadují, dodavatel požadovaný doklad předložit nemusí.

**Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence nesmí být starší 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.**

Profesní způsobilost lze prokázat **výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů** (srov. čl. 11.4.5. této zadávací dokumentace).

### **11.3. TECHNICKÁ KVALIFIKACE**

Za účelem prokázání odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě stanovuje zadavatel v souladu s ust. § 73 odst. 3 písm. b) zákona také požadavky na prokázání technické kvalifikace.

#### **11.3.1. Seznam významných dodávek - § 79 odst. 2 písm. b) zákona**

Smyslem prokázání této části technické kvalifikace je prokázání schopnosti dodavatele realizovat dodávky v objemu požadovaném zadavatelem, vč. zkušenosti s takovou činností.

Technicky způsobilým je dodavatel, který zadavateli prokáže, že za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení realizoval všechny níže uvedené významné dodávky:

- a) nejméně 3 dodávky hemodialyzačních monitorů vč. servisu v celkovém počtu min. 40 přístrojů,
- b) nejméně 3 dodávky kapilárních dialyzátorů v celkovém množství min. 54.000 kusů, a
- c) nejméně 3 dodávky dialyzačních setů v celkovém množství min. 54.000 kusů.

Stanovené minimální počty přístrojů, kapilárních dialyzátorů a dialyzačních setů lze prokázat i vyšším počtem dodávek než 3, pokud splňují ostatní výše stanovené požadavky.

Seznam významných dodávek sestavuje dodavatel ve formě čestného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou a s uvedením následujících údajů:



- identifikace objednatele
- kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, pracovní pozice/funkce, kontakt),
- cena dodávky,
- doba poskytnutí dodávky,
- popis realizované dodávky, ze kterého bude výslovně vyplývat, že dodavatel technickou kvalifikaci splňuje.

Dodavatel může použít vzor seznamu významných dodávek a techniků, který je **přílohou č. 3** této zadávací dokumentace.

**Dodavatel není povinen předkládat osvědčení objednatelů, předloží pouze seznam významných dodávek ve formě čestného prohlášení.**

### **11.3.2. Seznam techniků - § 79 odst. 2 písm. c) zákona**

Smyslem prokázání této části technické kvalifikace je prokázání schopnosti a personální kapacity dodavatele zajistit servisní služby spojené s výpůjčkou hemodialyzačních přístrojů.

Technicky způsobilým je dodavatel, který zadavateli prokáže, že ve svém týmu disponuje **3 osobami**, kdy každá z nich musí splnit níže uvedené požadavky.

Podle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, musí každý z těchto techniků uvedených v seznamu:

1. být držitelem platného autorizačního osvědčení potvrzeného výrobcem nebo osobou autorizovanou výrobcem, které opravňuje provádět servis nabízených dialyzačních monitorů, a
2. být držitelem platného osvědčení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, o odborné způsobilosti v elektrotechnice, min. § 6 - osoba s odbornou způsobilostí v elektrotechnice pro samostatnou činnost, a
3. musí být (jedna z variant a) až c))
  - a) zdravotnickým pracovníkem s nejméně roční odbornou praxí a odbornou způsobilostí k výkonu povolání biomedicínského technika, biotechnického asistenta, biomedicínského inženýra, klinického technika, klinického inženýra, ortotika-protetika, nebo
  - b) osobou nejméně s tříletou odbornou praxí v oblasti odborné údržby zdravotnických prostředků, nebo
  - c) osobou provádějící servis, a to s nejméně tříměsíční odbornou praxí u osoby provádějící servis.

Body 1, 2 a 3 musí být splněny kumulativně u všech tří požadovaných techniků. Bod 1 se prokazuje autorizačním osvědčením, bod 2 osvědčením dle příslušné vyhlášky a bod 3 čestným prohlášením.

Dodavatel může použít vzor seznamu významných dodávek a techniků, který je **přílohou č. 3** této zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje doložení alespoň tří osob s ohledem na tři dialyzační střediska, kterých se tato veřejná zakázka týká, a s ohledem na jejich vzájemnou zastupitelnost. Tuto část technické kvalifikace lze prokázat zaměstnancem dodavatele nebo osobou v jiném vztahu k dodavateli. V případě osoby technika – **poddodavatele** je dodavatel dále povinen předložit dokumenty dle čl. 11.4.3. této zadávací dokumentace.

## **11.4. PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE**

### **11.4.1. Prokázání kvalifikace obecně**

Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace předloží dodavatel **v prosté kopii**.

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

Dodavatel není oprávněn v nabídce nahradit předložení dokladů čestným prohlášením, pokud není zákonem nebo v této zadávací dokumentaci stanoveno jinak.

Zadavatel je oprávněn požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu podle § 46 odst. 1 zákona.

Před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Pokud tento zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočnicků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

V souladu s ustanovením § 46 odst. 1 zákona může zadavatel po účastníkovi zadávacího řízení požadovat, aby v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje nebo doklady, nebo doplnil další nebo chybějící údaje nebo doklady.

**V souladu s ust. § 39 odst. 5 zákona je zadavatel oprávněn ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů a dokladů a může si je také opatřovat sám. S ohledem na zásadu hospodárnosti a efektivnosti zadávacího řízení si zadavatel sám opatří zejména doklady, které jsou veřejně dostupné.**

#### **11.4.2. Prokázání kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů**

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.

#### **11.4.3. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob**

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit doklady dle ust. § 83 odst. 1 písm. a) až c) zákona a písemný závazek jiné osoby dle ust. § 83 odst. 1 písm. d) zákona k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle ust. § 83 odst. 1 písm. d) zákona je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.

#### **11.4.4. Změny v kvalifikaci účastníka zadávacího řízení**

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

- a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny a
- b) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

**Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v odstavci 1, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.**

#### **11.4.5. Seznam kvalifikovaných dodavatelů**

Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů jsou oprávněni v souladu s ust. § 228 zákona prokázat splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

**Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce od posledního dne, ke kterému má být základní a profesní způsobilost prokázána.**

Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 zákona. V takovém případě zadavatel vyzve účastníka zadávacího řízení k objasnění dokladů dle ust. § 46 odst. 1 zákona.

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

## **12. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY**

Správné a profesionální odhadnutí veškerých nákladů zadavatel ze strany dodavatelů očekává a nad rámec nabídkové ceny nebude přípustná úhrada jakýchkoliv dodatečných či neplánovaných nákladů.

**Jednotkové ceny** spotřebního zboží dodavatel vyplní do **cenové tabulky**, kterou přiloží ke své nabídce. Jednotkové ceny uvede dodavatel vždy bez DPH i s DPH. Zadavatel nestanovuje vzor cenové tabulky – dodavatelé předloží vlastní cenové tabulky, ze kterých budou vyplývat jednotkové ceny spotřebního zboží vč. uvedení unikátních kódů či jiného označení zboží, které je umožní jednoznačně identifikovat. Tato cenová tabulka bude tvořit závaznou přílohu č. 1 smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem a bude z ní vycházeno při plnění předmětu této veřejné zakázky.

V jednotkových cenách je dodavatel dle svého odborného posouzení povinen zohlednit také hodnotu výpůjčky přístrojů, včetně instalace, odborného a technického servisu v místě plnění po celou dobu plnění smlouvy (tzn. po dobu 4 let). Zadavatel zdůrazňuje, že hodnota výpůjčky přístrojů se samostatně neuvádí a musí být zohledněna v jednotkové ceně spotřebního materiálu, resp. i v nabídkové ceně za předmět veřejné zakázky.

Dodavatel stanoví **nabídkovou cenu** za splnění veřejné zakázky tak, že jednotkové ceny uvedené v cenové tabulce vynásobí maximálním odebraným množstvím spotřebního materiálu přepočítaným na celou dobu plnění smlouvy (tzn. na dobu 4 let). Dodavatel tedy vynásobí jednotlivé jednotkové ceny maximálním odebraným množstvím za 1 rok (uvedeno v čl. 5.2. této zadávací dokumentace) a takto vypočítané ceny vynásobí 4 (čtyřmi), aby získal cenu za celou dobu plnění smlouvy. Dodavatel uvede jednotkové ceny i výslednou nabídkovou cenu ve struktuře bez DPH, výši DPH a s DPH.

Nabídková cena je cenou závaznou a maximálně přípustnou, obsahující veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky, zejména dodávky spotřebního materiálu, výpůjčky dialyzačních přístrojů a souvisejícího plnění (průběžná údržba a servis vypůjčených přístrojů). Součástí nabídkové ceny nejsou provozní náklady hrazené jiným dodavatelům, tj. náklady na elektrickou energii a vodu potřebnou k provozu dialyzačních přístrojů.

Daň z přidané hodnoty bude k ceně zboží vždy připočtena dle aktuálně účinného zákona k okamžiku zdanitelného plnění.

Nabídková cena za celý předmět veřejné zakázky bude uvedena na **krycím listu nabídky**. Pro zpracování krycího listu nabídky zadavatel doporučuje využít vzor krycího listu, který je **přílohou č. 4** této zadávací dokumentace.

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud nabídka účastníka zadávacího řízení obsahuje **mimořádně nízkou nabídkovou cenu**, která nebyla účastníkem zadávacího řízení zdůvodněna.

### 13. MALÝ A STŘEDNÍ PODNIKATEL

Dodavatel je povinen ve své nabídce uvést, zda splňuje definici malého či středního podnikatelem ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES, či nikoli.

Za střední podnikatele se považují podnikatelé, kteří:

- zaměstnávají méně než 250 osob a
- jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR, nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.

Informace k malým a středním podnikatelům lze získat v doporučení Komise 2003/361/ES, v Uživatelské příručce k definici malých a středních podniků dostupné zde: [http://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations/cs/renditions/nati\\_ve](http://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations/cs/renditions/nati_ve) nebo např. v dokumentech agentury CzechInvest na adrese <http://www.czechinvest.org/definice-msp>.

Tuto informaci uvede dodavatel ve formě čestného prohlášení na **krycím listu nabídky** (příloha č. 4). V případě, že dodavatel splňuje definici malého nebo středního podnikatele, vyplní na krycím listu odpověď ANO.

### 14. NABÍDKA

#### 14.1. JAZYK NABÍDKY

Nabídka, všechny ostatní doklady a dokumenty s ní související a veškerá korespondence musí být v **českém jazyce**. Doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

#### 14.2. FORMA A PODÁNÍ NABÍDKY

Nabídky se podávají pouze v **elektronické podobě**. Podání listinných nabídek zadavatel nepřipouští.

S ohledem na ust. § 211 odst. 3 zákona se nabídky podávají **pouze elektronicky** prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.cenakhk.cz/>.

### 14.3. POŽADAVKY NA SESTAVENÍ NABÍDKY

Nabídka musí obsahovat veškeré dokumenty požadované zákonem a veškeré dokumenty požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci.

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:

- a. Obsah nabídky
- b. Krycí list nabídky (ve formě čestného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou; obsahuje následující údaje: identifikační údaje dodavatele, kontaktní osoba, souhlas se závazným návrhem smlouvy, informace o počtu a typu nabízených přístrojů, nabídková cena, hodnocené údaje, informaci, zda se jedná o malého či středního podnikatele - čl. 13; lze využít vzor dle přílohy č. 4)
- c. Doklady k prokázání splnění základní způsobilosti (výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů anebo doklady dle čl. 11.1.; lze využít vzor dle přílohy č. 2)
- d. Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti (doklady dle čl. 11.2.)
- e. Doklady k prokázání splnění technické způsobilosti (seznam významných dodávek dle čl. 11.3.1., seznam techniků dle čl. 11.3.2. vč. příloh; lze využít vzor dle přílohy č. 3)
- f. Cenová tabulka (jednotkové ceny, unikátní kódy/označení zboží, nabídková cena)
- g. Technické specifikace nabízeného plnění (výslovně uvést, které požadované parametry nabízené plnění splňuje)
- h. Další dokumenty (např. plná moc pro oprávněnou osobu, smlouva s poddodavatelem, smlouva o společnosti)
- i. Prohlášení o počtu stran s podpisem oprávněné osoby.

Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku, varianty nabídky zadavatel nepřipouští. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. V opačném případě bude účastník ze zadávacího řízení vyloučen (ust. § 107 odst. 5 zákona).

### 14.4. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne **31. 10. 2017 v 10 hodin**. Do tohoto okamžiku musí být nabídka doručena zadavateli. Včasné doručení je odpovědností dodavatele.

K nabídkám, které byly doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, se v souladu ust. § 28 odst. 2 zákona v průběhu zadávacího řízení nepřihlíží.

## 15. ZADÁVACÍ LHŮTA

V souladu s ust. § 40 odst. 1 zákona zadavatel stanovil zadávací lhůtu, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit, v délce **3 měsíců**.

Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta neběží po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem podle ust. § 246 zákona.

## 16. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Otevírání nabídek se řídí ust. § 108 a § 109 zákona.

Zadavatel provede otevírání nabídek, které podali účastníci zadávacího řízení, po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel nesmí otevřít nabídku před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.

Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

K nabídkám, které byly zadavateli doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, se v souladu ust. § 28 odst. 2 zákona v průběhu zadávacího řízení nepřihlíží.

**Vzhledem ke skutečnosti, že nabídky jsou podávány pouze elektronicky, otevírání nabídek je neveřejné a účastníci zadávacího řízení se ho nemohou zúčastnit.**

## 17. PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

### 17.1. PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ OBECNĚ

V průběhu zadávacího řízení zadavatel vybírá z účastníků zadávacího řízení vybraného dodavatele na základě

- a) posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a
- b) hodnocení nabídek.

V souladu s ust. § 39 odst. 4 zákona provede zadavatel **hodnocení nabídek před posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení**. U vybraného dodavatele musí zadavatel provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky vždy.

Zadavatel může k provádění úkonů podle tohoto zákona pověřit komisi. Úkony komise se považují za úkony zadavatele. Zadavatel může pro své rozhodování použít i vyjádření přizvaných odborníků.

### 17.2. KOMISE

#### 17.2.1. Pověření

Zadavatel rozhodl, že **posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek** provede komise pověřená zadavatelem.



Komise bude složená minimálně ze **4 členů**. Každému členovi komise jmenuje zadavatel náhradníka, který ho případně na jednání komise zastoupí. O pověření komise rozhodne zadavatel. Komise se bude řídit pravidly a zásadami uvedenými v čl. 17.2.2. až 17.2.4.

### **17.2.2. Střet zájmů**

Komise je povinna postupovat tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů. Za střet zájmů se považuje situace, kdy zájmy členů komise spočívající v získání osobní výhody nebo snížení majetkového nebo jiného prospěchu zadavatele ohrožují jejich nestrannost nebo nezávislost v souvislosti se zadávacím řízením. Členové komise se zejména nesmí nacházet v žádném, ať už personálním, finančním či jiném obdobném vztahu, který by mohl vzbuzovat pochybnosti o jejich nestrannosti, ve vztahu k subjektům, které podaly nabídku v tomto zadávacím řízení, ať jde o jednotlivce, členy konsorcia nebo známé poddodavatele.

Za účelem posouzení případného střetu zájmů seznámí zadavatel před prvním jednáním komise její členy s identifikačními údaji účastníků zadávacího řízení.

V souladu s ust. § 44 odst. 1 zákona jsou členové komise povinni nejpozději na prvním jednání komise písemně čestně prohlásit, že nejsou ve střetu zájmů. V opačném případě se člen komise nesmí podílet na posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek a zadavatel rozhodne o jeho nahrazení jinou osobou. V případě, že člen komise zjistí skutečnosti, které jsou způsobilé vyvolat pochybnosti o jeho nestrannosti, je povinen neprodleně informovat zadavatele, který situaci posoudí a případně přijme příslušná opatření.

Na náhradníky, kteří se účastní posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení nebo hodnocení nabídek, se hledí jako na členy komise a platí pro ně shodná pravidla.

### **17.2.3. Povinnost mlčenlivosti**

Členové komise a jejich náhradníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech, které jim byly v souvislosti s veřejnou zakázkou svěřeny. Členové komise a jejich náhradníci nejsou zejména oprávněni zveřejnit nebo poskytnout třetí osobě žádné důvěrné informace (např. informace obsažené v nabídkách účastníků zadávacího řízení), které jim byly sděleny nebo které zjistili v souvislosti s činností komise.

Členové komise a jejich náhradníci nejsou dále oprávněni ponechat si žádné kopie písemných podkladů, které jim byly poskytnuty ze strany zadavatele, za účelem jejich zneužití.

### **17.2.4. Pravidla jednání komise**

V souladu s ust. § 42 odst. 1 zákona se veškeré úkony komise v zadávacím řízení považují za úkony zadavatele.

Komise může na své jednání přizvat také odborné poradce nebo si vyžádat jejich stanovisko.



Členy komise na první jednání komise svolá zástupce zadavatele. V případě, že se člen komise nemůže na první jednání dostavit, informuje o tom bezodkladně zadavatele a ve spolupráci se zadavatelem se pokusí zajistit účast svého náhradníka. Na náhradníka účastnícího se jednání komise se pro účely jednání komise hledí jako na člena. Na prvním jednání si komise zvolí svého předsedu, který bude řídit, svolávat a organizovat další jednání komise. Každý člen má jeden hlas. Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna  $\frac{3}{4}$  většina jejích členů. Hodnotící komise hlasuje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

Komise je povinna postupovat v souladu se zákonem, nestranně a hospodárně. Zadavatel je oprávněn činnost komise přiměřeně kontrolovat, do její činnosti a hlasování však věcně nezasahuje.

Komise je povinna pořizovat o své činnosti přiměřené písemné záznamy, které jsou součástí dokumentace o veřejné zakázce. Komise pořídí, schválí a zadavateli předá minimálně zprávu o posouzení splnění podmínek účasti, která bude obsahovat minimálně údaje dle ust. § 123 písm. b) zákona, a zprávu o hodnocení nabídek. Ve zprávách komise uvede výsledek hlasování komise a případná odlišná stanoviska členů komise. Zprávy jsou povinni podepsat všichni členové komise přítomní na posledním jednání, na kterém byly zprávy schváleny. Předáním těchto zpráv zadavateli a vrácením dokladů, nabídek či jiných dokumentů a vzorků, které zadavatel komisi pro účely posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení poskytl, je činnost komise ukončena.

Na základě podkladů předaných komisí učiní zadavatel příslušná rozhodnutí dle zákona. V případě, že zadavatel shledá v postupu komise jednání v rozporu se zákonem, nahradí její rozhodnutí sám nebo jmenuje novou komisi, která znovu posoudí splnění podmínek účasti, příp. znovu provede hodnocení nabídek.

## **18. HODNOCENÍ NABÍDEK**

### **18.1. KRITÉRIA HODNOCENÍ**

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost bude hodnocena na základě **nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality nabízeného plnění**.

Kritéria hodnocení:

- a) nejnižší nabídková cena s váhou 80% a
- b) hodnocené technické vlastnosti nabízeného plnění s váhou 20%.

Zadavatel v rámci hodnocení nejdříve přidělí nabídkám bodové hodnocení dle jednotlivých kritérií hodnocení (viz čl. 18.2. a 18.3.). Takto získané bodové hodnocení dále zadavatel vynásobí příslušnou vahou daného kritéria; tyto násobky jsou váženými body.

Na základě součtu hodnot vážených bodů u jednotlivých nabídek zadavatel stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude hodnocena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.

O hodnocení nabídek pořídí zadavatel **písemnou zprávu**, ve které uvede minimálně náležitosti dle ust. § 119 odst. 2 zákona.

## **18.2. NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA**

Nabídkovou cenou se rozumí cena za celý předmět plnění (za 4 roky) uvedená na krycím listu nabídky (příloha č. 4). Zadavatel je plátcem daně z přidané hodnoty, rozhodující je tedy cena **bez DPH**.

Nabídky budou seřazeny vzestupně podle jejich nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Ohledně zpracování nabídkové ceny viz čl. 12 této zadávací dokumentace.

Nabídkové ceny budou pro potřeby hodnocení nabídek převedeny na body dle váhy jednotlivých kritérií hodnocení. Bodové hodnocení nabídkových cen bude provedeno dle následujícího vzorce:

*Bodová hodnota nabídkové ceny = 100 \* (nabídková cena v Kč bez DPH nejhodnější nabídky / nabídková cena v Kč bez DPH hodnocené nabídky)*

## **18.3. HODNOCENÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI NABÍZENÉHO PLNĚNÍ**

Cílem tohoto kritéria hodnocení je zohlednit při hodnocení nabídek další vlastnosti nabízeného plnění tak, aby výsledek hodnocení nabídek vyjadřoval vztah kvality nabízeného plnění a ceny.

V rámci tohoto kritéria hodnocení budou stanoveným způsobem hodnoceny vlastnosti nabízeného plnění, které zadavatel pro sebe považuje za významné, a to z hledisek (v tomto pořadí):

- medicínských, zejména pokud jde o efektivitu práce nabízených přístrojů a od toho odvislou dobu dožití pacientů, a dále pokud jde o bezpečnost pacientů,
- ekonomických, zejména pokud jde o hospodárnost provozu nabízených přístrojů, a
- provozních, zejména pokud jde o nároky na práci personálu při obsluze nabízených přístrojů.

Pro toto hodnotící kritérium stanovil zadavatel 11 dílčích podkritérií, z nichž každé odráží jedno či více z výše uvedených hledisek, která zadavatel považuje za významná pro hodnocení nabídek.

Každému dílčímu podkritériu zadavatel přiřadil bodovou hodnotu, která odráží jeho význam z hlediska vztahu kvality, užitné hodnoty a ceny. Podle povahy jednotlivých dílčích hodnotících

podkritérií zadavatel pro každé z nich stanovuje některý ze tří níže uvedených postupů bodového hodnocení, jimiž se bude zadavatel při hodnocení nabídek řídit.

### 18.3.1. Postupy bodového hodnocení

#### A. Pevně stanovená bodová hodnota

Tento postup bodového hodnocení je stanoven pro ta dílčí hodnotící podkritéria, u nichž bude předmětem hodnocení to, zda nabízené přístroje mají či nemají zadavatelem požadovanou vlastnost. Každá nabídka, která požadovanou vlastnost má, obdrží pevně stanovený počet bodů uvedený u každého podkritéria níže ve sloupci „bodové hodnocení“.

Každá nabídka, která požadovanou vlastnost nemá, obdrží za toto podkritérium 0 bodů.

Tento postup bodového hodnocení je stanoven pro dílčí hodnotící podkritéria č. 1 – 7.

#### B. Relativní bodová hodnota

Tento postup bodového hodnocení je stanoven pro ta dílčí hodnotící kritéria, pro která budou jednotlivé nabídky hodnoceny vůči sobě navzájem.

Zadavatel seřadí nabídky podle výše číselné hodnoty údaje vyžadovaného pro dané dílčí podkritérium, a to sestupně od nejvyšší hodnoty po hodnotu nejnižší. Nabídce, která bude obsahovat nejvyšší hodnotu („nejvhodnější nabídka“), přidělí zadavatel plný počet bodů uvedený u každého podkritéria níže ve sloupci „bodové hodnocení“. Dalším nabídkám v pořadí přidělí bodové hodnocení dle následujícího vzorce, kde „BH“ představuje údaj ze sloupce „bodové hodnocení“:

*Počet bodů pro podkritérium = BH \* (hodnota uvedená v hodnocené nabídce / hodnota uvedená v nejvhodnější nabídce)*

Tento postup bodového hodnocení je stanoven pro dílčí hodnotící podkritérium č. 10.

U dílčího hodnotícího podkritéria č. 8 bude naopak jako vhodnější hodnocena nabídka s nejnižší hodnotou, tj. nejkratší dobou přípravy.

Při bodovém hodnocení tohoto jednoho dílčího podkritéria bude tedy zadavatel postupovat tak, že nabídky seřadí podle výše číselné hodnoty údaje vyžadovaného pro dané dílčí podkritérium, a to vzestupně od nejnižší hodnoty po hodnotu nejvyšší. Nabídce, která bude obsahovat nejnižší hodnotu („nejvhodnější nabídka“), přidělí zadavatel plný počet bodů uvedený u každého podkritéria níže ve sloupci „bodové hodnocení“. Dalším nabídkám v pořadí přidělí bodové hodnocení dle následujícího vzorce, kde „BH“ představuje údaj ze sloupce „bodové hodnocení“:

*Počet bodů pro podkritérium = BH \* (hodnota uvedená v nejvhodnější nabídce / hodnota uvedená v hodnocené nabídce)*

### C. Kombinovaný způsob určení bodové hodnoty

Tento postup bodového hodnocení stanovil zadavatel pro ta podkritéria, u nichž zadavatel přímo stanovil pevně dané bodové hodnoty pro pevně stanovenou hodnotu požadovaných údajů.

Při bodovém hodnocení bude zadavatel postupovat tak, že každé nabídce přidělí bodovou hodnotu přiřazenou k zadavatelem stanovené hodnotě požadovaného údaje.

Jednotlivá odstupňovaná bodová hodnocení jsou uvedena v tabulce dílčích hodnotících podkritérií.

Tento postup bodového hodnocení je stanoven pro dílčí hodnotící podkritéria č. 9 a 11.

#### **18.3.2. Dílčí hodnotící podkritéria**

Zadavatel má za to, že níže uvedené specifikace hodnotících podkritérií jsou popsány pomocí obecně známé a užívané terminologie v daném oboru. Pokud by přesto vyvstala pochybnost ohledně konkrétního užitého termínu s tím, že by tento mohl být považován za odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, zadavatel výslovně uvádí, že tento je užit pouze z důvodu dostatečně přesného a srozumitelného popisu hodnotícího podkritéria. Dodavatel je vždy oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.

	Podkritérium	Postup bodového hodnocení	Formát	Bodové hodnocení	Způsob doložení
1	Automaticky nastavitelná regulace substituční rychlosti dle potřeb pacienta během terapie HDF a HF	A	Dodavatel uvede údaj ANO/NE	18 bodů	Technickým listem
2	Možnost mixdiluční hemodiafiltrace minimálně u 6 přístrojů	A	Dodavatel uvede údaj ANO/NE společně s uvedením počtu kusů s danou funkcí	5 bodů	Technickým listem
3	Automatická optimalizace průtoku dialyzátu dle efektivního krevního průtoku	A	Dodavatel uvede údaj ANO/NE	18 bodů	Technickým listem
4	Možnost podání on-line bolusu během HD terapie	A	Dodavatel uvede údaj ANO/NE	3 body	Technickým listem

5	Integrované kontinuální monitorování změn relativního krevního objemu s možností automatického řízení ultrafiltrace podle změn relativního krevního objemu (biologická zpětná vazba) u min. 20 přístrojů	A	Dodavatel uvede údaj ANO/NE společně s uvedením počtu kusů s danou funkcí	10 bodů	Technickým listem
6	Integrované měření recirkulace a průtoku krve cévním přístupem (min. 9 kusů)	A	Dodavatel uvede údaj ANO/NE společně s uvedením počtu kusů s danou funkcí	8 bodů	Technickým listem
7	Automatická detekce dislokace venózní jehly na podkladě změn průběhu krevního tlaku ve venózní části setu	A	Dodavatel uvede údaj ANO/NE	9 bodů	Technickým listem
8	Délka doby potřebné pro přípravu 4 přístrojů jednou sestrou proškolenou k práci na nabízených přístrojích. Příprava pro HDF terapii musí zahrnovat úvodní test, osetování, přípravu, plnění a proplachy. Měření bude časový interval od zapnutí prvního z přístrojů do dosažení možnosti zahájit terapii na posledním z přístrojů.	B	Časový interval v celých minutách při použití HF dialyzátoru o ploše 1,7 - 2,0 m <sup>2</sup> (zaokrouhлено od 30 sekund včetně nahoru).	8 bodů	Čestným prohlášením (např. uvedením hodnoty na krycím listu)
9	Sieving koeficient pro β2m u high-flux dialyzátorů	C	Dodavatel uvede hodnotu sieving koeficientu* (zaokrouhлено na dvě desetinná místa od 5 tisíc včetně nahoru, nižší hodnoty dolů)	SC 0,90 a více = 8 bodů SC 0,80 – 0,89 = 4 body SC 0,70 – 0,79 = 0 bodů	Technickým listem

10	Sieving koeficient pro myoglobin u high-flux dialyzátorů	B	Dodavatel uvede hodnotu sieving koeficientu** (zaokrouhleno na dvě desetinná místa od 5 tisíců včetně nahoru, nižší hodnoty dolů)	8 bodů	Technickým listem
11	Způsob sterilizace	C	Dodavatel uvede způsob sterilizace dle jedné z bodovaných variant	in-line parou = 5 bodů parou v autoclavu = 3 body zářením = 0 bodů	Technickým listem

\* V případě, že dodavatel ve své nabídce nabízí high-flux dialyzátory o různých hodnotách sieving koeficientu pro různé velikosti ploch dialyzátorů, uvede v krycím listu všechny hodnoty sieving koeficientu za všechny nabízené high-flux dialyzátory s uvedením příslušné kategorie plochy dialyzátoru (tyto údaje vyplní dodavatel do krycího listu). Zadavatel přidělí dodavateli bodové hodnocení pro každou kategorii velikosti dialyzátorů zvlášť a následně vypočte váženou průměrnou bodovou hodnotu, která bude dodavateli za toto kritérium přiřazena dle počtu maximálního ročního odběru dialyzátorů. Např. dodavatel nabízí high-flux dialyzátory o hodnotě sieving koeficientu 0,71 pro plochu v rozmezí 1,2 – 1,6 m<sup>2</sup>; dále high-flux dialyzátory o hodnotě sieving koeficientu 0,80 shodně pro plochu 1,7 – 2 m<sup>2</sup> i plochu o velikosti větší než 2 m<sup>2</sup>. Zadavatel přiřadí bodové hodnocení takto: 0 bodů pro nejmenší plochu, 4 body pro střední plochu a 4 body pro největší plochu dialyzátoru. Následně vypočte zadavatel váženou průměrnou bodovou hodnotu dle maximálního počtu odebíraných dialyzátorů za rok dle čl. 5.2.2. této zadávací dokumentace. Výpočet:  $(4000 \times 0 + 4000 \times 4 + 1000 \times 4) / (4000 + 4000 + 1000) = 2,22$ . Výsledná hodnota se zaokrouhlí na celé číslo od 5 desetin nahoru. Po zaokrouhlení tedy činí vážené bodové hodnocení hodnotu 2.

\*\* V případě, že dodavatel ve své nabídce nabízí high-flux dialyzátory o různých hodnotách sieving koeficientu pro různé velikosti ploch dialyzátorů, uvede v krycím listu všechny hodnoty sieving koeficientu za všechny nabízené high-flux dialyzátory s uvedením příslušné kategorie plochy dialyzátoru (tyto údaje vyplní dodavatel do krycího listu). Zadavatel následně vypočte váženou průměrnou hodnotu sieving koeficientu za všechny dodavatelem nabízené high-flux dialyzátory dle počtu maximálního ročního odběru dialyzátorů dle čl. 5.2.2. této zadávací dokumentace a této hodnotě následně přidělí bodové hodnocení (postupem B). Pro účely výpočtu průměrné hodnoty se jednotlivé hodnoty sieving koeficientu nezaokrouhlují, zaokrouhlí se až výsledná průměrná hodnota. Např. dodavatel nabízí high-flux dialyzátory o hodnotě sieving koeficientu 0,51 pro plochu v rozmezí 1,2 – 1,6 m<sup>2</sup>; dále high-flux dialyzátory o hodnotě sieving koeficientu 0,6 shodně pro plochu 1,7 – 2 m<sup>2</sup> i plochu o velikosti větší než 2 m<sup>2</sup>. Výpočet vážené průměrné hodnoty:  $(4000 \times 0,51 + 4000 \times 0,6 + 1000 \times 0,6) /$

$(4000+4000+1000) = 0,56$ . Výsledná hodnota se zaokrouhlí na dvě desetinná místa od 5 tisíců nahoru. Předmětem hodnocení postupem B tedy bude průměrná hodnota sieving koeficientu 0,56.

### **18.3.3. Zvláštní postup pro ověření hodnoty pro dílčí podkritérium č. 8**

Zadavatel stanovil, že hodnotu pro dílčí podkritérium č. 8 (délka doby potřebné pro přípravu) doloží dodavatelé ve svých nabídkách pouze čestným prohlášením. Hodnotu postačí uvést na krycím listu, který má formu čestného prohlášení a je podepsán oprávněnou osobou.

Zadavatel stanovuje, že z důvodu hospodárnosti a efektivnosti zadávacího řízení zadavatel nebude vstupní hodnotu pro podkritérium č. 8 ověřovat, pokud tato nebude mít vliv na pořadí nabídek.

Zadavatel provede před vlastním hodnocením nabídek předběžné hodnocení nabídek s využitím časových údajů, které dodavatelé pro dílčí podkritérium č. 8 uvedou v čestných prohlášeních. Na základě tohoto předběžného hodnocení zadavatel sestaví pořadí nabídek.

Dle takto sestaveného předběžného pořadí nabídek zadavatel ověří, zda je odstup mezi jednotlivými nabídkami takový, že by bodová hodnota pro dílčí hodnotící podkritérium č. 8 (tj. 8 bodů) mohla mít v jakékoli hypotetické matematické kombinaci vliv na pořadí nabídek (typicky, pokud by první z účastníků obdržel hypoteticky 0 bodů a druhý z účastníků hypoteticky maximální počet, tj. 8 bodů). Pokud by taková kombinace mohla mít vliv na pořadí nabídek, provede zadavatel ověření vstupní hodnoty podkritéria č. 8 u všech podaných nabídek.

Ověření hodnot uvedených dodavateli provede zadavatel formou experimentu za níže uvedených podmínek.

Zadavatel písemně informuje všechny účastníky zadávacího řízení, jejichž nabídky jsou hodnoceny, o tom, že bude provedeno ověření údajů. Současně je vyzve k tomu, aby hodnotící komisi sdělili 3 možné termíny během následujících 4 týdnů, kdy bude možné ověření údajů provést. Termín musí být určen v pracovní dny a v obvyklé pracovní době.

Zadavatel následně účastníku zadávacího řízení sdělí, který z termínů akceptuje, a vyrozumí o něm rovněž ostatní účastníky zadávacího řízení, jejichž nabídky jsou hodnoceny.

Ověření časového údaje proběhne v účastníkem zajištěném dialyzačním středisku. Ověření proběhne tak, že účastníkem vybraná osoba provede za přítomnosti zadavatele či jím pověřených osob přípravu 4 nabízených přístrojů pro terapii HDF, která bude zahrnovat úvodní test, osetování, přípravu, plnění a proplachy.

Pokud účastník zadávacího řízení zadavateli sdělí, že není schopen zajistit místo pro provedení ověření, bude mu umožněno provést ověření v některém ze zdravotnických zařízení pověřujících zadavatelů. K tomu mu zadavatel určí tři termíny.



Ověření se mohou vedle zadavatele a jím pověřených osob a osob určených daným účastníkem zadávacího řízení účastnit rovněž další účastníci zadávacího řízení, jejichž nabídky jsou hodnoceny (nejvýše jedna osoba za každého dodavatele).

Ověření musí proběhnout za obvyklých provozních podmínek dialyzačního střediska, zejm. pokud jde o dispoziční uspořádání pracoviště. Účastník zadávacího řízení je povinen na pokyn zadavatele místo upravit.

Doba potřebná pro přípravu terapie HDF bude měřena. Měření bude časový interval od zapnutí prvního z přístrojů do dosažení možnosti zahájit terapii na posledním z přístrojů. Měření bude provedeno nezávisle na sobě dvěma osobami pověřenými zadavatelem. Výsledný měřený čas bude stanoven aritmetickým průměrem obou naměřených časů. Výsledek bude od 30 sekund včetně zaokrouhlen nahoru na celé minuty.

V rámci ověření budou účastníku zadávacího řízení umožněny nejvýše tři pokusy. Podkladem pro hodnocení bude nejlepší dosažený čas.

Zadavatel pořídí o celém průběhu ověření videozáznam včetně zvukové stopy.

O průběhu ověření bude rovněž pořízen zápis. Do zápisu uvede zadavatel připomínky kterékoliv zúčastněné osoby k průběhu ověření.

Až do doby ukončení hodnocení nabídek může zadavatel rozhodnout o opakování ověření údajů u kteréhokoliv z účastníků zadávacího řízení, pokud dospěje k závěru, že došlo k porušení podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Takovéto rozhodnutí je zadavatel povinen odůvodnit.

Pokud účastník zadávacího řízení:

- neodpoví na výzvu zadavatele, či neposkytne tři termíny dle zadávací dokumentace, bude pro dané dílčí podkritérium automaticky hodnocen 0 body,
- zadavateli sdělí, že na ověření netrvá, bude pro dané dílčí podkritérium automaticky hodnocen 0 body,
- neumožní provést ověření v dohodnutém místě a čase nejpozději do 15 minut po stanoveném termínu zahájení, bude pro dané dílčí podkritérium automaticky hodnocen 0 body,
- nevpustí na místo, kde bude ověření prováděno, jakoukoliv osobu, která má dle zadávací dokumentace právo se ověření zúčastnit, bude pro dané dílčí podkritérium automaticky hodnocen 0 body,
- neumožní dokumentovat průběh ověření způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, bude pro dané dílčí podkritérium automaticky hodnocen 0 body,
- neupraví na pokyn zadavatele místo provádění ověření, bude pro dané dílčí podkritérium automaticky hodnocen 0 body, a
- neumožní opakování ověření, pokud o něm zadavatel rozhodne, bude pro dané dílčí podkritérium automaticky hodnocen 0 body.



## 19. POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI

### 19.1. POSOUZENÍ OBECNĚ

V rámci posouzení splnění podmínek účasti zadavatel posoudí, zda dodavatelé splňují podmínky účasti dle ust. § 37 zákona stanovené zákonem a v této zadávací dokumentaci. U vybraného dodavatele musí zadavatel provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky vždy.

V souladu s ust. § 39 odst. 5 zákona je zadavatel oprávněn ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů a dokladů a může si je také opatřovat sám.

V souladu s ustanovením § 46 odst. 1 zákona může zadavatel po účastníkovi zadávacího řízení požadovat, aby v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje nebo doklady, nebo doplnil další nebo chybějící údaje nebo doklady.

### 19.2. VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Dle ust. § 48 odst. 1 zákona může zadavatel vyloučit účastníka zadávacího řízení pouze z důvodů stanovených tímto zákonem, a to kdykoliv v průběhu zadávacího řízení.

Vybraného dodavatele zadavatel **vyloučí** z účasti v zadávacím řízení, **pokud zjistí**, že údaje nebo doklady předložené účastníkem zadávacího řízení

- a) nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil,
- b) nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti podle ust. § 46 zákona, nebo
- c) neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení.

Vybraného dodavatele zadavatel **vyloučí** z účasti v zadávacím řízení pro nezpůsobilost, **pokud může prokázat**, že

- a) plnění nabízené dodavatelem by vedlo k nedodržování povinností vyplývajících z předpisů práva životního prostředí, sociálních nebo pracovněprávních předpisů nebo kolektivních smluv vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky,
- b) došlo ke střetu zájmů a jiné opatření k nápravě, kromě zrušení zadávacího řízení, není možné, nebo
- c) došlo k narušení hospodářské soutěže předchozí účastí účastníka zadávacího řízení při přípravě zadávacího řízení, jiné opatření k nápravě není možné a účastník zadávacího řízení na výzvu zadavatele neprokázal, že k narušení hospodářské soutěže nedošlo.

Vybraného dodavatele dále zadavatel **vyloučí**, pokud na základě informací z obchodního rejstříku ověří, že dodavatel je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a **nemá vydány výlučně zaknihované akcie**.

Další důvody pro vyloučení účastníka zadávacího řízení jsou uvedeny zejména v ust. § 48 zákona.

Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele na ust. § 48 odst. 5 písm. d) zákona, které stanoví, že zadavatel je oprávněn vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud prokáže, že se **účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím**.

Zadavatel odešle bezodkladně účastníkovi zadávacího řízení oznámení o jeho vyloučení s odůvodněním.

### **19.3. OBNOVENÍ ZPŮSOBILOSTI**

Účastník zadávacího řízení může prokázat, že i přes nesplnění základní způsobilosti nebo naplnění důvodu nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 a 6 zákona obnovil svou způsobilost k účasti v zadávacím řízení, pokud v průběhu zadávacího řízení zadavateli doloží, že přijal dostatečná nápravná opatření. To neplatí po dobu, na kterou byl účastník zadávacího řízení pravomocně odsouzen k zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti v koncesním řízení.

Nápravnými opatřeními mohou být zejména opatření dle ust. § 76 odst. 2 zákona.

Zadavatel posoudí, zda přijatá nápravná opatření účastníka zadávacího řízení považuje za dostatečná k obnovení způsobilosti dodavatele s ohledem na závažnost a konkrétní okolnosti trestného činu nebo jiného pochybení.

Pokud zadavatel dospěje k závěru, že způsobilost účastníka zadávacího řízení byla obnovena, ze zadávacího řízení jej nevyloučí nebo předchozí vyloučení účastníka zadávacího řízení zruší.

## **20. VÝBĚR DODAVATELE**

Zadavatel rozhodne o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a který nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

## 21. OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Zadavatel odešle bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru dodavatele oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení. Součástí oznámení musí být informace a dokumenty dle ust. § 123 písm. a) a b) zákona.

## 22. UZAVŘENÍ SMLOUVY

Nejdříve s oznámením o výběru dodavatele zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení informací a dokladů dle ust. § 122 zákona.

Po uplynutí lhůty zakazu uzavřít smlouvu podle ust. § 246 zákona jsou zadavatel a vybraný dodavatel povinni **bez zbytečného odkladu** smlouvu uzavřít.

V případě, že vybraný dodavatel neposkytne součinnost nezbytnou k uzavření smlouvy, může jej zadavatel ze zadávacího řízení vyloučit.

Smlouvu je zadavatel povinen uzavřít v souladu se závazným návrhem smlouvy a nabídkou vybraného dodavatele. Do závazného návrhu smlouvy zadavatel doplní pouze údaje uvedené v nabídce vybraného dodavatele, a to na příslušná „žlutě podbarvená“ místa návrhu smlouvy.

## 23. OCHRANA PROTI NESPRÁVNÉMU POSTUPU ZADAVATELE

### 23.1. NÁMITKY

Námitky může podat dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma. Přípustnost námitek, jejich podávání, lhůty, jakož i náležitosti a přezkum jsou upraveny v ust. § 241 a násl. zákona.

Námitky je možno doručit pouze v **elektronické podobě**, a to prostřednictvím emailové zprávy na emailovou adresu kontaktní osoby zadavatele: [pikna@akev.cz](mailto:pikna@akev.cz). Uznávaný elektronický podpis dodavatele se nevyžaduje. Kontaktní osoba doručení námitek bezodkladně potvrdí.

Případně lze námitky doručit prostřednictvím elektronického nástroje **E-ZAK**.

Doručení námitek prostřednictvím datové schránky zadavatel nepřipouští z provozních důvodů na straně zástupce zadavatele.

### 23.2. PŘEZKOUMÁNÍ ÚKONŮ ZADAVATELE

Přezkoumávání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže je upraveno v ust. § 248 a násl. zákona.

## 24. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Přílohy zadávací dokumentace tvoří následující dokumenty:

- Příloha č. 1      Návrh smlouvy
- Příloha č. 2      Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
- Příloha č. 3      Seznam významných dodávek a techniků
- Příloha č. 4      Krycí list

### **Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.**

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.,  
jednatel, kterého při výkonu funkce zastupuje Ing.  
Zuzana Bartošová