

Přijatá zpráva - zpráva zadavateli

Odpověď

Zadávací řízení Dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro provádění hemodialýzy a on-line hemodiafiltrace včetně obnovy hemodialyzačních monitorů

Odesílatel [REDACTED]

Organizace odesílatele [REDACTED]

Příjemce Osoba zodpovědná za vyřizování zpráv od dodavatelů

Datum 23.10.2017 12:20:16

Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky

Vážení,

tímto si Vás dovoluujeme v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, požádat o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky.

Dotaz:

Dovolujeme se zadavatele dotázat, zda v rámci hodnocení nabídek opravdu trvá na tom, že v dílčím podkritériu č. 11 přiřazuje sterilizaci dialyzátoru pomocí gamma zářením 0 bodů, a to ačkoliv lze prokázat i v rámci srovnávací studie, že sterilizace gamma zářením je zcela srovnatelná se sterilizací parou a je v současné době u většiny dialyzátorů dostupných na tuzemském trhu používána?

Viz např. tato studie:

Haugen H. J., et. al., Wiley Periodicals, Inc., J Biomed Mater Res Part B: Appl Biomater 80B: 415–423, 2007, Effect of Different - Irradiation Doses on Cytotoxicity and Material Properties of Porous Polyether-Urethane Polymer

Předem děkujeme za odpověď.

Elektronický podpis:

Jméno: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Organizace: [REDACTED]

Vydavatel: Česká pošta, s.p. [IC 47114983], PostSignum Qualified CA 2

[Přístupy ke zprávě](#)

[navigace](#) | [obsah](#)

- 2006 – 2017 © Královéhradecký kraj
- [Prohlášení o přístupnosti](#)
- [Cookies](#)
- [Manuály](#)
- [QCM - o software](#)