

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Název veřejné zakázky:	„Videoendoskopické systémy pro centrální operační sály“
------------------------	--

Identifikace zadavatele	
Název zadavatele:	Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Sídlo:	Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
IČ:	26001551
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Ing. Tomáš Sláma, MSc., předseda představenstva
Kontaktní osoba:	Ing. Jiří Včeliš
Telefon:	+420 499 420 405
E-mail:	vcelis@cep-rra.cz
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_301.html

V souladu s ustanovením § 98 zákona poskytuje zadavatel následující vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě dotazů jednoho ze zájemců o veřejnou zakázku:

1)

DOTAZ:

„Dobrý den,
tímto si Vás dovoluji za společnost B. Braun Medical s.r.o., IČ 48586285, sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, požádat o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce "Videoendoskopické systémy pro centrální operační sály". **Dotaz č.1: týkající se všech 3 endoskopických věží** V rámci zadávacích podmínek zadavatele je mj. požadováno, že zařízení bude umožňovat využití úzkopásmového zobrazení (významně zvyšuje viditelnost vlásečnic, žil a ostatních tkáňových struktur), založeného na filtraci světla přes skleněný filtr nebo jiné metody zajišťující zvýraznění požadovaných struktur. Pro vyloučení případných pochybností si Vás dovoluujeme požádat o následující informaci. Bude zadavatel akceptovat, pokud účastník ve své nabídce doloží, že disponuje adekvátní technologií spektrálního režimu, jehož výstup je zobrazen jako real-time overly živého endoskopického obrazu, umožňující zvýrazněním živého obrazu rozpoznávat tkáň, prokrvení tkáně a zobrazení tloušťky tkáně?“

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Zadavatel nastavil technické podmínky, které odpovídají vlastnostem a možnostem videoendoskopických systémů výkonostní třídy, jejíž výši zadavatel určil s ohledem na určený účel použití a z něj vyplývající klinicko-medicínské požadavky a rovněž s ohledem na současné trendy v medicíně. Požadovanou technologii úzkopásmového zobrazení nabízí více výrobců na trhu, využívá ji i zadavatel ve stávající technice a má s ní dobré zkušenosti. Z výše uvedených důvodů zadavatel trvá na technických požadavcích, uvedených v zadávací dokumentaci, v nezměněné podobě.

2)

ZÁVĚR:

Tímto vysvětlením se žádným způsobem nemění zadávací podmínky.

V Hradci Králové, dne 24. 11. 2017

Ing. Jiří Včeliš,
oprávněná osoba zástupce zadavatele