

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Název veřejné zakázky:	„Svítidla operační vč. příslušenství“
------------------------	--

Identifikace zadavatele	
Název zadavatele:	Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Sídlo:	Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
IČ:	26001551
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Ing. Tomáš Sláma, MSc., předseda představenstva
Kontaktní osoba:	Ing. Jiří Včeliš
Telefon:	+420 499 420 405
E-mail:	vcelis@cep-rra.cz
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_301.html

V souladu s ustanovením § 98 zákona poskytuje zadavatel následující vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě dotazů jednoho ze zájemců o veřejnou zakázku:

1)

DOTAZ:

„Dobrý den,
žádáme tímto o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
název VZ : „Svítidla operační vč. příslušenství“
zadavatel VZ : Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Jičín.

1)

Požadavek na Hlavní svítidlo pro centrální operační sály:

Standardní příprava pro Full HD kameru, která musí být umístitelná v centrální ose svítidla

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat umístění přípravy na kameru, která není umístěna v centrální ose svítidla z důvodu lepšího osvětlení do hloubky při zachování medicínského účelu?

2)

Požadavek na Hlavní svítidlo pro centrální operační sály:

Nastavení průměru světelného pole v rozmezí min. 210 - 250 mm elektronicky, bez efektu „bublin“ nebo barevných skvrn

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat mechanické plynulé nastavení průměru světelného pole?“

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Zadavatel nastavil technické podmínky, které odpovídají vlastnostem a možnostem operačních svítidel výkonnostní třídy, jejíž výši zadavatel určil s ohledem na určený účel použití a z něj vyplývající klinicko-medicínské požadavky a rovněž s ohledem na současné trendy v medicíně. Požadované funkce a vlastnosti, které jsou předmětem dotazů, tedy umístění Full HD kamery v centrální ose svítidla a nastavení průměru světelného pole v rozmezí min. 210 - 250 mm elektronicky, nabízí více výrobců na trhu ve svítidlech požadované kvalitativní úrovně. Z výše uvedených důvodů zadavatel trvá na technických požadavcích, uvedených v zadávací dokumentaci, v nezměněné podobě.

2) ZÁVĚR:

Tímto vysvětlením se žádným způsobem nemění zadávací podmínky.

V Hradci Králové, dne 24. 11. 2017

Ing. Jiří Včeliš,
oprávněná osoba zástupce zadavatele