

Parní sterilizátor - 3 ks

str.1

Požadavky zadavatele

Potvrzení o splnění požadavků
dodavatelem

Sterilizátor

2 ks prokládací parní sterilizátory o objemu komory 8 STJ s možností přepínání mezi externím zdrojem čisté páry a vlastním integrovaným elektrickým vyvíječem páry	
1 ks prokládací kombinovaný sterilizátor pára/formaldehyd o objemu komory 6 STJ s možností přepínání mezi externím zdrojem čisté páry a vlastním integrovaným elektrickým vyvíječem páry nebo variantně jeden prokládací parní sterilizátor o objemu komory 6 STJ s možností přepínání mezi externím zdrojem čisté páry a vlastním integrovaným elektrickým vyvíječem páry a jeden prokládací formaldehydový sterilizátor o objemu cca 110 litrů	
Parní sterilizace v souladu s ČSN EN 285 a vyhl. 306/2012 Sb., nízkoteplotní sterilizace v souladu s ČSN EN 14180 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)	
Připojení do PC monitoringu procesů přes stávající SW DP 3.5 CZ	
Komunikace a ovládání dotykovým displayem v českém jazyce	
Příslušenství (celkem pro 3 sterilizátory)	
o Transportní vozík – 6ks	
o Zavážecí vozík s nastavitelnými policemi – 6ks	
Demontáž a likvidace původního vybavení	
Montáž nového vybavení s eventuálními nutnými technickými úpravami	

