

**část 13**

**Přístroj na měření bilirubinu** - ruční přístroj určený k měření hladiny bilirubinu a pro klinické vyšetření novorozenecké žloutenky - 1 ks

str.1

Požadavky zadavatele

Potvrzení o splnění požadavků  
dodavatelem**Přístroj na měření bilirubinu**

neinvazivní (transkutánní) způsob měření úrovně bilirubinu	
napájení integrovaným akumulátorem	
zobrazení naměřených hodnot na displeji přímo v $\mu\text{mol/l}$	
zobrazení výsledných hodnot již po 1 měření nebo možnost průměrování výsledku ze 2-3 měření	
rozsah měření 0 – 340 $\mu\text{mol/l}$	
přesnost měření +/- 26 $\mu\text{mol/l}$	
stejná přesnost měření bez ohledu na barvu pokožky novorozence	
měření a kalibrace bez potřeby spotřebního materiálu	
přehledný/velký displej	
nabíjecí (dokovací) stanice s plně automatickým systémem nabíjení z 230 V	



