

Monitory pro oddělení interny 6 ks, monitory pro oddělení chirurgie 5 ks, telemetrie 6 ks

str.1

Požadavky zadavatele

Potvrzení o splnění požadavků
dodavatelem

Monitory – 11 ks

Monitory musí být kompatibilní a připojitelné na používanou monitorovací centrálu CIC (výrobce Ge Medical)	
- Saturace (ke každému monitoru bude dodán senzor SpO2 prstový a ušní)	
- Měření ekg	
- Měření tlaku	

Telemetrické záznamníky – 6 ks

Telemetrické záznamníky musí být kompatibilní a připojitelné na používanou současnou telemetrickou centrálu ApexPro	
.snímání saturace	
.snímání EKG	

