

Mycí a dezinfekční automat - 3ks

str.1

Požadavky zadavatele

Potvrzení o splnění požadavků
dodavatelem**Mycí a dezinfekční automat**

2 ks mycí a dezinfekční automaty s mycím prostorem o kapacitě min. 10 mycích DIN sít standardní velikosti	
1 ks jednodvéřový mycí a dezinfekční automat	
V souladu s vyhláškou MZ 306/2012 Sb. a ČSN EN 15883-1,2 (možnost na bídnot rovnocenné řešení)	
Elektrický ohřev vody i sušícího vzduchu u všech automatů, u prokládacích automatů možnost přepínatelného ohřevu vody pára/elektro	
Připojení do PC monitoringu procesů přes stávající SW DP 3.5 CZ	
Komunikace na displeji v českém jazyce	
Příslušenství (celkem pro 3 myčky)	
o víceúrovňový mycí vozík pro OP instrumentarium – 3ks	
o Sada mycích vozíků na 40 párů operační obuv – 2ks	
o Sada pro mytí laparoskopického instrumentaria – 1ks	
o Vozík pro mytí anesteziologického příslušenství – 1ks	
Demontáž a likvidace původního vybavení	
Montáž nového vybavení s eventuálními nutnými technickými úpravami	

