



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 3 ZE DNE 18.12.2017

**ZADAVATEL:** Oblastní nemocnice Trutnov a.s.  
Sídlem: M. Gorkého 77, 541 21 Trutnov  
Zastoupený: MUDr. Martin Limburský, předseda představenstva a ředitel  
IČO: 26000237

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

#### Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. - II. část

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změny a doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

#### Část 8 – Laparoskopická věž

##### Dotaz č. 1:

V rámci zadávacích podmínek je mj. požadováno, že zařízení bude umožňovat využití úzkopásmového zobrazení (významně zvyšuje viditelnost vlásečnic, žil a ostatních tkáňových struktur), založeného na filtraci světla přes skleněný filtr nebo jiné metody zajišťující zvýraznění požadovaných struktur.

Pro vyloučení případných pochybností si Vás dovoluujeme požádat o následující informaci. Bude zadavatel akceptovat, pokud uchazeč ve své nabídce doloží, že disponuje adekvátní technologií spektrálního režimu, jehož výstup je zobrazen jako real-time overlay živého endoskopického obrazu, umožňující zvýrazněním živého obrazu rozpoznávat tkáně, prokrvení tkání a zobrazení tloušťky tkání?

##### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel trvá na umožnění úzkopásmového zobrazení, protože nastavil technické podmínky odpovídající videoendoskopickým systémům s ohledem na účel použití. Požadovanou technologii nabízí více výrobců a jsou s ní dobré zkušenosti.

##### Dotaz č. 2:

V rámci zadávacích podmínek je mj. požadováno, že 4K UHD Kamerová jednotka bude ovládaná bezdotykovým displejem.

Pro vyloučení případných pochybností si Vás dovoluujeme požádat o následující informaci. Bude zadavatel akceptovat naše technické řešení, kdy náš přístroj je celý ovládán přes intuitivní prostředí dotykového tabletu?

##### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel trvá na dotykovém displeji na čelním panelu jednotky. Dotykový tablet považujeme za potenciální zdroj problémů.

**Dotaz č. 3:**

V rámci zadávacích podmínek je mj. požadováno, že digitální záznamové zařízení bude obsahovat interní HDD 4TB.

Pro vyloučení případných pochybností si Vás dovoluujeme požádat o následující informaci. Bude zadavatel akceptovat naše moderní řešení interního úložiště o velikosti 128 GB, které současně umožňuje zasílání pořízených obrázků a záznamů na USB disky, externí disky, iPad, síťové úložiště, PACS a nepotřebuje tedy tak velkou kapacitu interního úložiště? Může zadavatel uveřejnit přílohy č. 2 Technické specifikace v editovatelném formátu?

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:**

Zadavatel trvá na kapacitě interního úložiště o velikosti min. 4TB. Zadavatel nedisponuje dostatečnými nebo kompatibilními prostředky, které by v plné míře nahradily požadovanou kapacitu interního úložiště.

Dne 8. 12. 2017 byly na profilu zadavatele zveřejněny tabulky technických specifikací v editovatelném formátu (Excel).

S pozdravem

Mgr. Monika Šplíchalová, MBA

Zadávací servis, s.r.o.

Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Tel. + 420 607 832 375, e-mail: info@zadavaciservis.cz