



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 6 ZE DNE 22.12.2017

ZADAVATEL: Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Sídlem: M. Gorkého 77, 541 21 Trutnov
Zastoupený: MUDr. Martin Limburský, předseda představenstva a ředitel
IČO: 26000237

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. - II. část

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změny a doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

K části 16 – Plicní ventilátory:

Dotaz č. 1:

V technické specifikaci části 16 Plicní ventilátory pro ARO – 3 ks, shledal uchazeč absenci parametru kompenzace odporu endotracheální/tracheostomické kanyly s nastavením podle průměru kanyly a volby kompenzace odporu v rozsahu 0 – 100%. Dle praktických a klinických zkušeností se uchazeč domnívá, že by tento parametr neměl chybět, zejména pokud se jedná o ventilátory používané na ARO. Je chybou, že zadavatel tento parametr v technické specifikaci neuvádí, nebo ho skutečně nepožaduje?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Ano je chybou, že parametr nastavení kompenzace odporu kanyly v rozsahu 0-100% s nastavením podle průměru kanyly nebyl v technické specifikaci uveden. Zadavatel doplňuje.

Dotaz č. 2:

V technické specifikaci části 16 Plicní ventilátory pro ARO – 3 ks zadavatel požaduje pro všechny 3 kusy: „kompatibilita s ventilátory již používaným na oddělení“. Uchazeč této formulaci požadavku zadavatele dostatečně neporozuměl a táže se zadavatele, zda mu umožní nabídnout ventilátory, které nejsou kompatibilní se stávajícími ventilátory, ale jsou kompatibilní se stávajícím monitorovacím systémem na ARO zadavatele, což umožní budoucí plnou datovou integraci plicních ventilátorů do centrálního monitorovacího systému na ARO, vč. kompatibility příslušenství ventilátorů s příslušenstvím monitorovacího systému na ARO a operačních sálech. Umožní zadavatel uchazeči nabídnout takové plicní ventilátory?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel požaduje kompatibilitu s ventilátory již používanými na oddělení nebo možnost kompatibility s používaným centrálním monitorovacím systémem - provedena úprava technické specifikace.

Dotaz č. 3:

V technické specifikaci části 16 Plicní ventilátory pro ARO – 3 ks, požaduje zadavatel pro 1 kus ventilátoru: „Hmotnost přístroje do 6,3 kg vč. interní baterie“. Dle uchazeče je tento požadovaný váhový limit zadavatele zcela konkrétní na desetinná místa a mohl by tak být pro ostatní uchazeče diskriminující. Uchazeč nabízí zadavateli ventilátor o celkové hmotnosti vč. baterie 10 kg s pevným madlem v horní části ventilátoru s rychloupínacím systémem k pojízdnému stojanu, který se běžně v nemocnicích používá k ventilaci také při transportu. Bude zadavatel akceptovat nabídku ventilátoru s takovou hmotností?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel upravuje požadavek hmotnost přístroje – do 10 kg.

Dotaz č. 4:

V technické specifikaci části 16 Plicní ventilátory pro ARO – 3 ks, požaduje zadavatel pro 1 kus ventilátoru: „VGA výstup pro zobrazení na samostatný displej“. Uchazeč předpokládá, že tento požadavek zadavatele je z toho důvodu, že požaduje displej o velikosti min. 8“ a proto bude chtít zobrazení na větším externím displeji. Uchazeč ale nabízí ventilátor s větším dotykovým displejem o velikosti 12,1“ a navíc s možností budoucího zobrazení ventilačních parametrů na displeji centrální monitorovací stanice ARO. Z toho důvodu již výstup VGA není potřeba. Je tento předpoklad uchazeče správný a umožní zadavatel nabídnout uchazeči ventilátor bez VGA výstupu?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel umožňuje dodání přístroje bez VGA výstupu v případě možnosti zobrazení ventilačních parametrů na displeji centrální monitorovací stanice a provádí doplnění specifikace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Zadavatel s ohledem na termín uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 a toto vysvětlení zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Konec lhůty pro podání nabídek: **Datum: 9.2.2018** **Hodina: 10:00**

Otevírání nabídek se uskuteční bezprostředně po konci lhůty pro podání nabídek.

Místo pro podání nabídek, tj. sídlo zadavatele, se nemění.

S pozdravem

Mgr. Monika Šplíchalová, MBA
Zadávací servis, s.r.o.
Purkyňova 648/125, 612 00 Brno
Tel. + 420 607 832 375, e-mail: info@zadavaciservis.cz

Přílohy: Technická specifikace k části 16