

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku
„Dodávka a instalace RTG se stropním závěsem pro ON Náchod
a.s.“

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
Sídlo: Purkyňova 446, 547 69 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ699004900
Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu

Úplné znění dotazů účastníka ze dne 3. 1. 2018

Zadavatel v jednotlivých částech technické specifikace RTG přístroje se stropním závěsem požaduje:

- 1) Pro RTG generátor: „Automatický přenos expozičních parametrů do PACSu“.
- 2) Pro RTG zářič: „DAP metr s automatickým přenosem expozičních parametrů do PACSu“.
- 3) Pro ovládací konzoli generátoru: „Kvantitativní informace o záření automaticky přenášené do PACSu“.
- 4) Pro ovládací konzoli generátoru: „Kvantitativní informace o záření automaticky přenášené do PACSu“.

Z ostatních požadavků zadávací dokumentace vyplývá, že zadavatel požaduje analogový skiagrafický přístroj s možností následného upgradu na přímou digitalizaci. Pro tento typ zařízení bez digitalizace není automatický přenos dat do PACSu možný.

Bude zadavatel akceptovat nabídku analogového přístroje vybaveného měřičem dávky s elektronickým výstupem, který umožní automatické odesílání expozičních parametrů a kvantitativních informací o ozáření do PACSu po přidání přímé digitalizace?

Odpověď zadavatele ze dne 4. 1. 2018:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku analogového přístroje vybaveného měřičem dávky s elektronickým výstupem, který umožní automatické odesílání expozičních parametrů a kvantitativních informací o ozáření do PACSu po přidání přímé digitalizace.

V Náchodě dne 4. 1. 2018


Miroslav Bůžek
Technický náměstek
ON Náchod a.s.