



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 9 ZE DNE 15.1.2018

ZADAVATEL: Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Sídlem: M. Gorkého 77, 541 21 Trutnov
Zastoupený: MUDr. Martin Limburský, předseda představenstva a ředitel
IČO: 26000237

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. - II. část

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změny a doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

K částem 7, 8, 10, 11 - k servisní smlouvě:

Dotaz č. 1:

Dotaz k čl. 3, bod 2.5.: Proč zadavatel požaduje elektrické revize, když k tomuto typu ZP dle sb. Zákonů 268 není potřeba?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V případě, že ZP neobsahuje prvek vyžadující revizi dle příslušného zákona, elektro revize nebude požadována.

Dotaz č. 2:

Dotaz k čl. 3, bod 2.6: Co má zadavatel na mysli vakuovými a detekčními prvky, když požadovaný ZP žádné neobsahuje?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zde je zdůrazněna povinnost dodání vakuových a detekčních prvků pro případ, pokud je ZP obsahuje a vznikne potřeba jejich náhrady. V případě, že ZP neobsahuje vakuové a detekční prvky, nebude jejich dodávání požadováno.

Dotaz č. 3:

Dotaz k čl. 4, bod 3. : Jak má účastník vyčíslit náklady na chlazení (vč. médií), když požadovaný ZP chlazení nemá?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zde je zdůrazněna potřeba provedení kalkulace nákladů na chlazení (vč. médií) v případě, pokud je ZP obsahuje. Pokud ZP chlazení neobsahuje, nebude vyčíslováno.

Dotaz č. 4:

Dotaz k čl. 5, bod 2 : Jak má účastník zahrnout do ročního harmonogramu např. poruchy nebo závady přístroje, když se nedá určit, zda se nějaké vyskytnou?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Harmonogram bude sestaven pouze pro pravidelné servisní úkony, na poruchy bude reagováno dle potřeby. V textu zadávací dokumentace není nikde uvedeno, že se plánují termíny poruch či závad.

Dotaz č. 5:

Dotaz k čl. 6, bod 4: Při některých typech závad se musí uvedený ZP převézt do příslušného servisního střediska. Tím pádem není možné, aby místem provádění údržby bylo jen pracoviště objednatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Údržba či servis bude zahájena vždy v místě pracoviště kupujícího předáním ZP k provedení potřebných úkonů a ZP bude po provedení zásahu opět v místě pracoviště předán kupujícímu.

Dotaz č. 6:

Dotaz k čl. 6, bod 5: Uvedená smluvní pokuta je naprosto neadekvátní hodnotě požadovaných ZP, protože hodnota jednoho dodávaného ventilátoru může být max. kolem 400 000,- Kč. Smluvní pokuta za každý započatý den z prodlení by měla být kalkulována **na jeden** kus ZP, a může být max. 0,5 % z pořizovací ceny ZP.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Potřetí v tomto vysvětlení sdělujeme, že servisní smlouva (jejím předmětem je provádění pozáručního servisu) se týká pouze částí 7, 8, 10 a 11. Ventilátory spadají do části 16. Tento dotaz byl již vysvětlen 18. 12. 2017 ve vysvětlení 4.

Součástí kupní smlouvy je způsob řešení servisu v záruční době ZP.

Ke 2. části – Infuzní technika:**Dotaz č. 6:**

Jaký je požadovaný počet dokovacích stanic, které budou součástí nabídky? V Zadávací dokumentaci toto není vůbec uvedeno.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Dokovací stanice 1 ks.

Všude tam, kde je požadován 1 ks, není počet uveden. U požadovaných ZP o dvou a více kusech jsou počty uvedeny ve specifikacích.

S pozdravem

Mgr. Monika Šplíchalová, MBA

Zadávací servis, s.r.o.

Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Tel. + 420 607 832 375, e-mail: info@zadavaciservis.cz