



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 10 ZE DNE 16.1.2018

ZADAVATEL: Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Sídlem: M. Gorkého 77, 541 21 Trutnov
Zastoupený: MUDr. Martin Limburský, předseda představenstva a ředitel
IČO: 26000237

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. - II. část

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změny a doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

K části 12 – Endoskopická myčka:

Dotaz č. 1:

Zadavatel ve 12. části - Myčka pro mytí endoskopů v popisu technické specifikace uvádí požadavek na: „materiál: nerezová ocel“. Požadavek na nerezovou ocel je pochopitelný požadavek, avšak není zcela nezbytný. Námí nabízená myčka endoskopů plně odpovídá ostatním požadavkům a některé z nich převyšuje. Například doba trvání jednoho cyklu je téměř o dvě třetiny kratší, což se v provozu, z důvodu úspory času a i chemických prostředků, jeví jako zcela zásadní parametr. Tato myčka je vyrobena z vysoce kvalitního plastu, který disponuje takovými vlastnostmi, že nedochází k degradaci materiálu. Domníváme se, že právě obava z degradace materiálu vyvolala požadavek na nerezovou ocel, ale jak uvádíme výše, u námí nabízené myčky toto nehrozí.

Tato myčka je plně v souladu s ČSN EN ISO 15883, což sice zadavatel nepožaduje, ale i splnění tohoto požadavku poskytuje informaci o tom, že je tento produkt na vysoké technické úrovni a je vhodný pro požadovaný účel použití.

Bude zadavatel akceptovat nabídku výše popsané kvalitní myčky endoskopů, která je místo z nerezou vyrobena z vysoce kvalitního plastu?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel trvá na znění specifikace v zadávací dokumentaci – materiál nerezová ocel.

K části 16 – Ventilátor:

Dotaz č. 2:

V dokumentu „VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 6 ZE DNE 22.12.2017“ zadavatel uvádí ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: „Zadavatel požaduje kompatibilitu s ventilátory již používanými na oddělení nebo možnost kompatibility s používaným centrálním monitorovacím systémem – provedena úprava technické specifikace.“

Účastník nabízí plicní ventilátor, který je kompatibilní s centrální monitorovací stanicí používanou u zadavatele. Účastník se domnívá, že tímto je splněn požadavek zadavatele uvedený v zadávací dokumentaci i ve vysvětlení dotazu ze dne 22.12.2017.

Je tato naše domněnka správná?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Ano.

S pozdravem

Mgr. Monika Šplíchalová, MBA

Zadávací servis, s.r.o.

Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Tel. + 420 607 832 375, e-mail: info@zadavaciservis.cz