



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 11 ZE DNE 19.1.2018

**ZADAVATEL:** Oblastní nemocnice Trutnov a.s.  
Sídlem: M. Gorkého 77, 541 21 Trutnov  
Zastoupený: MUDr. Martin Limburský, předseda představenstva a ředitel  
IČO: 26000237

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. - II. část**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změny a doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

### K části 12 – Endoskopická myčka:

#### Dotaz č. 1:

Dotaz č. 1: V požadavcích zadavatele, zadavatel uvádí: **materiál: nerezová ocel**

Námi nabízené dezinfektory jsou výrobky se speciálním antibakteriálním nástřikem plastového kompozitního materiálu, pro snadnou údržbu a dlouholetý provoz. Toto řešení klade menší nároky na čištění a údržbu povrchu dezinfektoru, oproti požadovanému nerezovému provedení.

Bude zadavatel akceptovat toto technicky obdobné řešení?

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:**

Jak uvedl zadavatel ve Vysvětlení zadávací dokumentace č.10, zadavatel trvá na znění specifikace v zadávací dokumentaci – materiál nerezová ocel.

S pozdravem

Mgr. Monika Šplíchalová, MBA  
Zadávací servis, s.r.o.  
Purkyňova 648/125, 612 00 Brno  
Tel. + 420 607 832 375, e-mail: info@zadavaciservis.cz