

Vyřizuje: Eliška Erbenová

Dne: 23. 1. 2018, v Hradci Králové

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

k části 7 nadlimitní veřejné zakázky na dodávky dělené na 11 částí:

- **část 7: Pořízení rehabilitačních přístrojů a zařízení – 1x Robotický systém pro rehabilitaci ruky a 1x Senzomotorický rehabilitační systém.**

Vážení,

1 níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v zastoupení zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 k části 7 výše uvedené veřejné zakázky na dodávky zahájené v otevřeném nadlimitním řízení děleném na 11 částí, a to na základě 2 dotazů, resp. žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace uchazeče o veřejnou zakázku.

1) Dotaz uchazeče:

„Dobrý den paní doktorko, dovoluji si Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poslat žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Pořízení rehabilitačních přístrojů a zařízení“ - část 7.“

Dotaz 1

Zadavatel v původní specifikaci a popisu medicínského účelu, které byly schváleny v projektu a odsouhlaseny Centrem pro regionální rozvoj, požadoval přístroj pro rehabilitaci ruky a horní končetiny s jasně definovaným klinickým použitím: Propracovaný robotický systém pro rehabilitaci rukou pacientů s neurologickými nebo posttraumatickými poškozeními, nebo po úrazech a operacích v oblasti horní končetiny. Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry – umožňovaly nabídnout přístroje plně odpovídající uvedenému medicínskému účelu.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 zadavatel uvádí dotaz dodavatele, který navrhoval zcela změnit specifikaci poptávaného přístroje. Zadavatel na základě tohoto dotazu vložil do zadávací dokumentace požadavek na „nastavení rozsahu pohybu pro jednotlivé prsty“. Tento parametr v kombinaci s ostatními požadovanými parametry splňuje pouze jediný dodavatel, resp. výrobce. Jiné přístroje, které odpovídají

požadovanému medicínskému účelu, naplňují tento účel jiným technickým řešením, u kterého není nutné pracně a zdlouhavě nastavovat rozsahy pohybu prstů jeden po druhém.

Žádáme zadavatele, aby umožnil účast ve veřejné zakázce více dodavatelům a připustil nabídky přístrojů, které umožňují „Nastavení rozsahu pohybu prstů“ a naplňují tak popsany medicínský účel.

Dotaz 2

Zadavatel požaduje software s diagnostickými programy zaznamenávajícími míru dosažené hybnosti. Zadavatel zde blíže nespecifikuje, o jaký typ hybnosti se jedná. Rozumíme tedy správně, že z pohledu maximalizace klinického využití přístroje zadavatel požaduje hodnocení a záznam pasivní i aktivní hybnosti horní končetiny pacienta pro adekvátní posouzení jeho stavu?

2) Odpověď zadavatele na dotazy uchazeče:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena emailem kontaktní osobě zástupce zadavatele dne 18.1.2018, tedy řádně a včas ve lhůtě dle ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ. Níže předpokládá zadavatel odpověď na dotazy uchazeče:

- Zadavatel v původní specifikaci a popisu medicínskému účelu, které byly schváleny v projektu a odsouhlaseny Centrem pro regionální rozvoj, požadoval přístroj pro rehabilitaci ruky a horní končetiny s jasně definovaným klinickým použitím: Propracovaný robotický systém pro rehabilitaci rukou pacientů s neurologickými nebo posttraumatickými poškozeními, nebo po úrazech a operacích v oblasti horní končetiny. Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry – umožňovaly nabídnout přístroje plně odpovídající uvedenému medicínskému účelu.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 zadavatel uvádí dotaz dodavatele, který navrhoval zcela změnit specifikaci poptávaného přístroje. Zadavatel na základě tohoto dotazu vložil do zadávací dokumentace požadavek na „nastavení rozsahu pohybu pro jednotlivé prsty“. Tento parametr v kombinaci s ostatními požadovanými parametry splňuje pouze jediný dodavatel, resp. výrobce. Jiné přístroje, které odpovídají požadovanému medicínskému účelu, naplňují tento účel jiným technickým řešením, u kterého není nutné pracně a zdlouhavě nastavovat rozsahy pohybu prstů jeden po druhém.

Žádáme zadavatele, aby umožnil účast ve veřejné zakázce více dodavatelům a připustil nabídky přístrojů, které umožňují „Nastavení rozsahu pohybu prstů“ a naplňují tak popsany medicínský účel.

- **Zadavatel trvá na svém požadavku "nastavení rozsahu pohybu pro jednotlivé prsty" z důvodu zajištění lepšího procvičení jednotlivých prstů ruky s cílem zlepšení jemné motoriky. Pro fyzioterapeuta je nastavení rozsahu pohybu pro jednotlivé prsty efektivnější z důvodu správně zvoleného rehabilitačního plánu a větší specifity.**

- Zadavatel požaduje software s diagnostickými programy zaznamenávajícími míru dosažené hybnosti. Zadavatel zde blíže nespecifikuje, o jaký typ hybnosti se jedná. Rozumíme tedy správně, že z pohledu maximalizace klinického využití přístroje zadavatel požaduje hodnocení a záznam pasivní i aktivní hybnosti horní končetiny pacienta pro adekvátní posouzení jeho stavu?
- **Ano, je tím myšlena aktivní i pasivní hybnost.**

3) Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na povahu vysvětlení zadávací dokumentace, **nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.**

3

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

za: Centrum evropského projektování a.s.

Eliška Erbenová