

**část 10****Mycí a dezinfekční automat - 3ks**

str.1

Požadavky zadavatele

Potvrzení o splnění požadavků  
dodavatelem**Mycí a dezinfekční automat**

2 ks mycí a dezinfekční prokládací automat s mycím prostorem o kapacitě min. 10 mycích DIN sít standardní velikosti	
1 ks jednodvěřový mycí a dezinfekční automat o kapacitě min. 10 mycích DIN sít standardní velikosti	
V souladu s vyhláškou MZ 306/2012 Sb. a ČSN EN 15883-1,2 (možnost nabídnout rovnocenné řešení)	
Elektrický ohřev vody i sušícího vzduchu	
Připojení do PC monitoringu procesů přes běžně používaný SW	
Komunikace na displeji v českém jazyce	
Příslušenství (celkem pro 3 myčky)	
o víceúrovňový mycí vozík pro OP instrumentarium – 3ks	
o Sada mycích vozíků na cca 40 párů operační obuv – 2ks	
o Sada pro mytí laparoskopického instrumentaria – 1ks	
o Vozík pro mytí anesteziologického příslušenství – 1ks	
Demontáž a likvidace původního vybavení	
Montáž nového vybavení s eventuálními nutnými technickými úpravami	



