

Dodatečné informace č. IV k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka: „Dodávka sanitních vozidel“

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové, IČ: 48145122, zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 829

Způsob zadání: Nadlimitní veřejná zakázka realizovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ)

Zadavatel poskytuje v zákonné lhůtě dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to na základě níže uvedených dotazů a v souladu s § 49 odst. 2 a 3 ZVZ

- 1) Dotaz: žádáme o vysvětlení následujících požadavků, které jsou dle nás v rozporu – protokol versus norma
 - a) požadavek na bariérovou zkoušku skříňové hranaté karoserie:
 - v ZD v části II. Sanitní vozidlo typu C, odstavec Vybavení, první odrážka: nástavba skříňové karoserie typu v AL testováno dynam. zkouškou dle DIN 1789. Další předmětná zmínka je v části: Ambulantní prostor, druhá odrážka, kde se rovnou píše, že je **nutné dodat protokol o bariérové zkoušce!** ZD se přitom v této věci odvolává na sanitní normu ČSN EN 1789.
 - v žádných platných zákonech a vyhláškách ČR, zejména pak ve vyhl. MZ ČR č. 296/2012 Sb. a v normě ČSN EN 1789+A1 které stanovují, jak má vypadat sanitní vozidlo RLP typu B a C v ČR, se nevyskytuje požadavek na bariérovou zkoušku karoserie dle DIN 1789. V těchto dvou dokumentech se nevyskytuje požadavek dokonce na žádnou zkoušku karoserie, ani výpočtovou a už vůbec ne o zkoušku dle německé DIN. Mluví se v tomto směru pouze o vybavení sanitních vozidel, které musí splňovat přetížení 10G z bezpečnostních důvodů, aby se z nich nestaly letící projektily.

Odpověď:

Zadavatel ve své zadávací dokumentaci u každé skupiny vozidel v prvním odstavci uvádí, že vozidlo bude odpovídat požadavkům dle normy ČSN EN 1789 a vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb. Zadavatel měl za to, že tato norma vycházela z normy DIN 1789, a proto požadoval vzhledem k bezpečnosti dynamickou zkoušku dle DIN 1789. Zadavatel uznává námitku a upouští od dynamické zkoušky dle normy DIN 1789. První odstavec části Vybavení na str. 5 zní po úpravě takto:

- nástavba skříňového typu s integrovanými nástupními schody u bočních a zadních dveří, s kryty podběhu, střešním spoilerem nad kabinou řidiče.

- 2) Dotaz: žádáme o vysvětlení níže uvedených technických požadavků, které jednoznačně znevýhodňují dodavatele.

- v tomto směru tedy požadavek zadavatele upřednostňuje pouze karoserii firmy System Strobel, která jediná má svoji bariérovou zkoušku na skříňovou hranatou karoserii. V ČR ji zastupuje fi. FD Servis a ona jediná je oprávněná prodávat její produkty na českém trhu. FD Servis má rovněž protokol o jejich dynamické zkoušce dle DIN 1789.

Odpověď :

viz odpověď k dotazu č.1

- v části Výstražné světelné a zvuk. zařízení se neustále objevuje terminologie u LED světel "s lineární technologií", což je specialita fi. Whelen, a tu opět v ČR zastupuje FD Servis.

Odpověď:

Požadujeme LED technologii pro nižší odběr el. energie a bezporuchovost a delší životnost světelného zdroje.

dále je v ZD zmínka o transportní technice Stryker, Stollenwerk a Kartsana, přičemž poslední jmenovanou opět v ČR zastupuje pouze společnost FD Servis.

Odpověď:

Zadavateli jde o univerzálnost uchycení nosítek kompatibilní s již používanými typy nosítek v organizaci. Pokud dodavatel dodá stůl, který umožní ukotvení i jiných typu nosítek než vyjmenovaných, bude tato skutečnost vítána.

- 3) Dotaz: proč nebyla VZ rozdělena do třech sekcí na sanitní vozidla typu „B“, „C“ a RV a mohla by tak být vysoutěžena každá sekce zvlášť, tak jak to praktikují ostatní ZZS v ČR. Tímto systémem se opět omezí možnosti porušení zákona v oblasti korupce.

Odpověď :

Jde o nediskriminační VŘ, jehož podmínkám podle názoru zadavatele může vyhovět více zástavbářských firem v ČR i zahraničí.

V souvislosti s poskytnutím dodatečných informací zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Místo a doba pro podání nabídek


Lhůta pro podání nabídek končí dnem 16.9.2013 v 11:00 hodin. Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídky.

Otevírání obálek

Obálky s nabídkami budou otevírány ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tedy dne 16.9.2013 od 11:15 hodin na adrese zadavatele: Zdravotnická záchranná služba

Královéhradeckého kraje, se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové, ve výukové místnosti ZZS KHK.

V Hradci Králové, dne 27. 8. 2013

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping letters that appear to read 'M Mašek'.

.....
MUDr. Jiří Mašek
ředitel