

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Analyzátor glukózy a laktátu

PARAMETR	Zadavatelem požadovaná hodnota ANO / NE	Účastníkem nabízená skutečná hodnota
Vzorkový okruh pro min. 40 vzorků	ANO	
Výkon min. 180 testů za hodinu	ANO	
Samostatné pozice pro STATIM, standard 1 a 2 a kontrolu 1 a 2	ANO	
Pro stanovení vyžaduje min. 20 µl vzorku (kapilární odběr)	ANO	
Stanovení lze provést z kapilární krve, plazmy nebo séra	ANO	
Komunikace v ČJ	ANO	
Automatická kalibrace	ANO	
Možnost měřit samostatně glukózu	ANO	
Rozsah měření pro glukózu min. 0,5 – 50 mmol/l	ANO	
CV < 1,5 % na hladině 12 mmol/l pro glukózu	ANO	
Možnost opakovat abnormální výsledky	ANO	
Možnost definovat hraniční meze pro vzorky i kontroly	ANO	
Paměť na min. 1000 výsledků	ANO	
obsluha pomocí dotykové obrazovky	ANO	
Možnost připojení k LISu	ANO	
Možnost připojení externí tiskárny a čtečky čárového kódu	ANO	
Komunikační port pro tiskárnu	ANO	
Záruka min. 24 měsíců	ANO	

Datum:2018

Otisk razítka


 Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka