

Příloha č. 1 - Popis předmětu veřejné zakázky

		Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH	CPV kódy	Technické požadavky
	Skupina A – buničitá vata			
Část 1	Buničitá vata v přířezech – bělená	1.992.484	33141117-3 – Vata	
Část 2	Buničitá vata vinutá	85.685	33141117-3 – Vata	
Část 3	Buničitá vata dělená - nesterilní tampony	130.622	33141117-3 – Vata	Materiál buničina s jemnou strukturou, bezprašný materiál.
Část 4	Buničitá vata - sterilní tampony	1.203.565	33141117-3 – Vata	Materiál buničina s jemnou strukturou, bezprašný materiál.
	Skupina B – gáza nesterilní			Společné požadavky pro skupinu B: 100% bavlněná hydrofilní gáza bělená min. 17 vláken/cm ² , tolerance rozměru +/-20% oproti údajům v příloze č. 3
Část 5	Kompresy z gázy, min. 8 vrstev, založené okraje	586.717	33141114-2 – Zdravotnická gáza	
Část 6	Kompresy z gázy, min. 12 vrstev, založené okraje	180.012	33141114-2 – Zdravotnická gáza	
Část 7	Tampon šitý, předepraný, s RTG kontrastem a tkanicí, min. 4 vrstvy	966.190	33141118-0 – Tampóny	
Část 8	Tampon stáčený, bez RTG kontrastu	790.030	33141118-0 - Tampóny	
Část 9	Gáza rolovaná, bělená bavlna	80.592	33141114-2 – Zdravotnická gáza	
Část 10	Gáza složky, založené okraje	377.160	33141114-2 – Zdravotnická gáza	
Část 11	Gáza v přířezech, bělená bavlna	154.239	33141114-2 – Zdravotnická gáza	

Část 12	Gáza v přířezech rolovaná, min. 4 vrstvy	371.002	33141114-2 – Zdravotnická gáza	
	Skupina C – gáza sterilní			Společné požadavky pro skupinu C: 100% bavlněná hydrofilní gáza bělená min. 17 vláken/cm ² , tolerance rozměru +/-20% oproti údajům v příloze č. 3, obal celistvý s označením rozměrů, počtu ks v balení a expirace.
Část 13	Kompresy z gázy, min. 8 vrstev, založené okraje	1.842.807	33141114-2 – Zdravotnická gáza	
Část 14	Kompresy z gázy, min. 8 vrstev, s nástřihem "Y", založené okraje	39.908	33141114-2 – Zdravotnická gáza	Krytí drénů a kanyl, měkká vlákna s dobrou savostí bez uvolňujících se vláken.
Část 15	Tampon šitý, předepraný, s RTG kontrastem a tkanicí, min. 4 vrstvy	348.816	33141118-0 – Tampóny	
Část 16	Tampon šitý, předepraný, s RTG kontrastem, bez tkanice, min. 4 vrstvy	633.348	33141118-0 – Tampóny	
Část 17	Tampon stáčený, bez RTG kontrastu	2.211.904	33141118-0 – Tampóny	
Část 18	Tampon stáčený, s RTG kontrastem	214.154	33141118-0 - Tampóny	
Část 19	Gáza v přířezech rolovaná, min. 4 vrstvy	197.820	33141114-2 – Zdravotnická gáza	
Část 20	Gáza v přířezech skládaná, bělená bavlna, min. 16 vrstev	1.693.894	33141114-2 – Zdravotnická gáza	
	Skupina D – netkaný textil nesterilní			
Část 21	Kompresy z netkaného textilu, min. 4 vrstvy	267.894	33141114-2 – Zdravotnická gáza	
Část 22	Kompresy vysoce savé, s nepropustnou folií, obalené netkaným textilem	453.773	33141114-2 – Zdravotnická gáza	Silně savé vatové jádro s nepropustnou folií tolerance rozměru +/- 20% oproti údajům v příloze č. 3.

			33141115-9 Zdravotnický savý materiál	
	Skupina E – netkaný textil sterilní			
Část 23	Kompresy z netkaného textilu, min. 4 vrstvy	240.716	33141114-2 – Zdravotnická gáza	
Část 24	Kompresy vysoce savé, s nepropustnou folií, obalené netkaným textilem	309.329	33141114-2 – Zdravotnická gáza 33141115-9 Zdravotnický savý materiál	Silně savé vatové jádro s nepropustnou folií tolerance rozměru +/- 20 % oproti údajům v příloze č. 3.
	Skupina F – obvazy a obinadla			Společné požadavky pro skupinu F: Elastická obinadla - tolerance na délku +/- 20% oproti údajům v příloze č. 3. Obinadla hydrofilní a pletená musí být minimálně z viskóзовé stříže.
Část 25	Elastická, kompresivní obinadla s krátkým tahem do 90%, volně ložená	431.490	33141113-4 - Obvazy, obinadla	
Část 26	Elastická, kompresivní obinadla se středním až dlouhým tahem nad 110%, volně ložená	1.701.686	33141113-4 - Obvazy, obinadla	
Část 27	Elastická, fixační obinadla, volně ložená	1.676.944	33141113-4 - Obvazy, obinadla	
Část 28	Hydrofilní obinadlo, nesterilní	410.256	33141113-4 - Obvazy, obinadla	Pletené obinadlo hydrofilní, zatkaný okraj, dobrá savost a prodyšnost.
Část 29	Hydrofilní obinadlo, sterilní	20.718	33141113-4 - Obvazy, obinadla	Pletené obinadlo hydrofilní, zatkaný okraj, dobrá savost a prodyšnost, musí být minimálně z viskóзовé stříže.
Část 30	Obinadlo sádrové	752.904	33141113-4 - Obvazy, obinadla	Dobrá celistvost po namočení, kvalitní gáza s pórovitou strukturou.
Část 31	Obinadlo sádrové – rychleschnoucí	201.816	33141113-4 - Obvazy, obinadla	Dobrá celistvost po namočení, kvalitní gáza s pórovitou strukturou.

Část 32	Obinadlo ze syntetické vaty pod sádrový obvaz	386.175	33141113-4 - Obvazy, obinadla	Dobrá snášenlivost syntetické vaty na pokožku.
Část 33	Elastický, síťový obvaz pro fixaci krytí ran	616.221	33141113-4 - Obvazy, obinadla	Bezešvý úplet z bavlny, vysoká elasticita, tolerance oproti údajům v příloze č. 3 v šířce +/- 10%, v délce +/- 25%.