



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 15 ZE DNE 12.3.2018

**ZADAVATEL:** Oblastní nemocnice Trutnov a.s.  
Sídlem: M. Gorkého 77, 541 21 Trutnov  
Zastoupený: MUDr. Martin Limburský, předseda představenstva a ředitel  
IČO: 26000237

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. - II. část**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změny a doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

### K části 3 - Dynamický chodník, přístroj pro stimulaci horní i dolní končetiny, přístroj pro počítačově asistovanou rehabilitaci horní a dolní končetiny:

#### **Dotaz č. 1:**

Zadavatel požaduje pro Funkční elektrickou stimulaci dolní i horní končetiny jako jeden z minimálních technických parametrů požaduje kapacitu baterie stimulační jednotky 700mAh a řídicí jednotky 1100mAh. Tyto parametry poukazují na starší technické řešení, které již od počátku roku 2018 není na trhu, jelikož výroba byla ukončena. Nahradila jej nová verze přístroje nabízející kromě původních požadovaných funkcí i funkce rozšířené. S touto inovací souvisí i energeticky ekonomičtější řešení přístroje, a tudíž jsou nároky na kapacitu baterií, zejména řídicí jednotky, nižší. Naopak kapacita baterie stimulační jednotky je vyšší, a tudíž má delší výdrž a provozu schopnost na jedno nabití. Medicínský účel tak není nikterak ovlivněn, vzhledem k tomu, že novější verze stále nabízí původní požadované funkce a společně s tím funkce přidané, umožňující další významné usnadnění a zpříjemnění terapie pro pacienta i terapeuta. Novější technické řešení, které je vyspělejší než požadované v technické specifikaci, zároveň zachovává naplnění všech dalších technických i klinických požadavků, a navíc slibuje delší provozní dobu na jedno nabití, má z tohoto důvodu výše popsané změny v kapacitách baterií. Připustí zadavatel tento typ zařízení?

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:**

Zadavatel připouští zařízení s vyšší kapacitou stimulační jednotky a nižší kapacitou řídicí jednotky a upravuje technickou specifikaci. Upravenou Technickou specifikaci přikládá v příloze.

#### **Ke všem částem:**

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:**

S ohledem na výše uvedené vysvětlení zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona mění lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

**Datum: 27.4.2018**

**Hodina: 10:00**

Otevírání nabídek se uskuteční:

Datum: 27.4.2018

Hodina: 10:00

Místo pro podání nabídek i místo, kde se uskuteční otevírání nabídek, se nemění.

S pozdravem

Mgr. Monika Šplíchalová, MBA

Zadávací servis, s.r.o.

Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Tel. + 420 607 832 375, e-mail: [info@zadavaciservis.cz](mailto:info@zadavaciservis.cz)