




HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO :	
LIBOR KLUBAL, DiS	ING. ZDENĚK KVAPIL	JIŘÍ ŠTAJER	FORMÁT : A4	
<i>Libor Klubal</i>	<i>Zdeněk Kvapil</i>	<i>Jiří Štajer</i>	DATUM : 11/2017	
INVESTOR : KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ				
AKCE : NEMOCNICE BROUMOV – STAVEBNÍ ÚPRAVY 2NP JIP – ETAPA 2B Na parcele st.p.č. 308/1, p.p.č. 300/1, 300/6 katastrální území: BROUMOV D – DOKUMENTACE OBJEKTU D.1 STAVEBNÍ OBJEKTY D.1.1 SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY JIP – ETAPA 2B D.1.1.7 MEDICINÁLNÍ PLYNY				ZPRACOVATEL:  MZ LIBEREC a.s. U Nisy 362/6 46001 Liberec
PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY				EV. Č. AKCE 1566 44 17
NÁZEV PŘÍLOHY : POHLEDY NA UKONČOVACÍ PRVKY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ				ČÍSLO PŘÍLOHY D. 1. 1. 7. 8


1:20



2.NP


[illegible]

1:20



Rozvodné potrubí stlačeného vzduchu pro dýchání pacientů - Cu trubka 4 bar

1:20




2.NP

[illegible]

Pohled 04

1:20



PEVNÝ STATIV

pokoje:
2038

TECHNICKÉ VYBAVENÍ												
POČET KUSŮ	VSTUP vlevo/vpravo (L/P)	OSAZENÍ PLYNY POČET ODBĚROVÝCH MÍST					POČET ELEKTRICKÝCH ZÁSUVK/ POČET OKRUHŮ (PRO CELOU RAMPU)				ZDÍŘKY OCHR. POSP.	
		KYSLÍK (O ₂)	OXID DUSNÝ (N ₂ O)	VZDUCH (Air _{flow})	VAKUUM (Vac)	ODTAH ANEST. SMĚSÍ	MDO pro RTG (bílá)	DO (zelená)	ZIS (žlutá)	VDO (oranžová)		ABB
1	do nohy stavitu	2	-	2	-	1	1	-	8/?	4/?	6	
OSVĚTLENÍ NA RAMPĚ/ SPÍNÁNÍ OSVĚTLENÍ				SLABOPROUDÉ INSTALACE			PŘÍSLUŠENSTVÍ RAMPY			BAREVNOST RAMPY		
PŘÍMÉ OSV. LŮŽKA	NEPŘÍMÉ OSV. LŮŽKA	NOČNÍ ORIENT. OSV. LŮŽKA	LAMPIČKA	DATOVÉ ZÁSUVKY RJ45	SPOJENÍ SESTRA/PACIENT	PRÁZDNÉ VÍČKO	MEDI LIŠTA NOSNOST 20 kg	POLICE POD HLAVU STAVITU	PLENTA MEZI LŮŽKA NA ZEĎ	TĚLO SLOUPU	VÍČKO MEZI ZÁS. A RSP	
ne	ne	ne	ne	2	ne	2	2x na straně hlavy stavitu	2x na tyčích Ø20 pod hlavou stavitu	ne	dle požadavku HIP při realizaci	dle požadavku HIP při realizaci	
SPECIFIKACE SADY RAMEN + ZAVĚŠENÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ						SPECIFIKACE SADY RAMEN INFUZNÍ TECHNIKY + HLAV ZAVĚŠENÝCH NA ZEĎ						
1	1x Rameno délky 550 mm + držák infuzí					rameno	ne					
2	1x Rameno 750 mm + tyč lineárních dávkovačů 1200 mm											
3	1x Lomené rameno 700/600 mm + police na rameno					hlava	ne					

LEGENDA

[illegible]