

Vyřizuje: Eliška Erbenová

Dne: 23. 04. 2018, v Hradci Králové

Zadavatel	Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČ: 26000202
Veřejná zakázka s názvem:	Pořízení endoskopických přístrojů
Vysvětlení zadávací dokumentace číslo:	1
Platí pro část veřejné zakázky s názvem:	část 11: Pořízení endoskopických přístrojů – 1x Laparoskopická sestava pro operační výkony na urologických sálech s technologií zvýraznění tkáňové struktury

Vážení,

níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v zastoupení zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zahájené v otevřeném nadlimitním řízení, a to na základě žádosti jednoho z uchazečů o veřejnou zakázku.

1) Dotaz uchazeče:

„Vážená paní doktorko,

v příloze si dovoluujeme zaslat Žádost o dodatečné informace k VZ s názvem: „Pořízení endoskopických přístrojů“- část 11.

Předem děkujeme za zodpovězení.

S pozdravem.“

Následuje scan jednotlivých dotazů:

Dotaz č. 1 „Kamerová jednotka“

Zadavatel požaduje možnost rozšíření na PDD systém pro další urologickou diagnostiku. Jedná se o specifickou funkci používanou pro onkologickou diagnostiku.

Trvá zadavatel na tomto požadavku, tedy na možnosti rozšíření nabízeného systému o PDD pro diagnostiku nádorů močového měchýře?

Dotaz č. 2 „Flexibilní video-ureterorenoskop“

Zadavatel ve specifikaci neuvádí, zda požaduje opakovatelně použitelný nebo jednorázový typ endoskopu a do jaké jednotky má být zapojen.

Pochopil dodavatel správně, že zadavatel požaduje opakovatelně použitelný flexibilní video-ureterorenoskop s čipem na distálním konci, který bude plně kompatibilní s jím nabízenou laparoskopicko-endoskopickou věží?

Dotaz č. 3 „HDTV video-laparoskop“

Zadavatel neuvádí ve specifikaci sterilizační kontejner na autoklávovatelný endoskop.

Požaduje zadavatel dodání autoklávovatelného sterilizačního kontejneru pro umístění celého video-laparoskopu jako celku – pro jeho bezpečné uchování a manipulaci?

Dotaz č. 4 „HD záznamové zařízení“

Zadavatel požaduje „Přenos plnohodnotného záznamu do PACS pomocí ethernetového připojení ve formátu DICOM 3.0.“ a s tím spojené „Automatické načítání pacientů z NIS pomocí DICOM Modality Worklist“. Dle nám dostupných informací, urologické oddělení tuto funkci odmítá, požadují autonomní systém pro nahrávání celých výkonů bez datového omezení, které jim stanoví PACS. *Trvá zadavatel na dvou výše uvedených parametrech nebo lze dodat zařízení nezávislé na PACS?*

Dotaz č. 5 „HD záznamové zařízení“

Zadavatel požaduje dodání záznamového zařízení s podporou formátů fotografií BMP, JPG, TIFF. V reálném provozu se využívá pouze standardizovaný komprimovaný formát JPG.

Připouští zadavatel dodání záznamového zařízení, které pracuje s fotografiemi ve formátu JPG, s tím, že jdou nastavit různé úrovně jejich kvality / komprese?

Děkuji předem za zodpovězení.

2) Odpověď zadavatele:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena emailem kontaktní osobě zástupce zadavatele dne 19.04.2018, tedy řádně a včas ve lhůtě dle ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ.

Zadavatel tímto podává odpověď na dotazy uchazeče takto:

- (i) „Kamerová jednotka“ – Zadavatel požaduje možnost rozšíření na PDD systém pro další urologickou diagnostiku. Jedná se o specifickou funkci používanou pro onkologickou diagnostiku. *Trvá zadavatel na tomto požadavku, tedy na možnosti rozšíření nabízeného systému o PDD pro diagnostiku nádorů močového měchýře?*

Ano, zadavatel na tomto požadavku trvá.

- (ii) „Flexibilní video-ureterorenoskop“ – Zadavatel ve specifikaci neuvádí, zda požaduje opakovatelně použitelný nebo jednorázový typ endoskopu a do jaké jednotky má být zapojen. *Pochopil dodavatel správně, že zadavatel požaduje opakovatelně použitelný flexibilní video-ureterorenoskop s čipem na distálním konci, který bude plně kompatibilní s jím nabízenou laparoskopickou věží?*

Ano, zadavatel požaduje opakovatelně použitelný flexibilní video-ureterorenoskop s CCD nebo CMOS čipem na distálním konci, plně kompatibilní s nabízenou laparoskopickou sestavou.

- (iii) „HDTV video-laparoskop“ – zadavatel neuvádí ve specifikaci sterilizační kontejner na autoklávodatelný endoskop. *Požaduje zadavatel dodání autoklávodatelného sterilizačního kontejneru pro umístění celého video-laparoskopu jako celku – pro jeho bezpečné uchování a manipulaci?*

Ano, zadavatel v rámci dodávky požaduje autoklávodatelný sterilizační kontejner pro umístění celého video-laparoskopu pro jeho bezpečné uchování a sterilizaci.

- (iv) „HD Záznamové zařízení“ – Zadavatel požaduje „Přenos plnohodnotného záznamu do PACS pomocí ethernetového připojení ve formátu DICOM 3.0.“ a s tím spojené „Automatické načítání pacientů z NIC pomocí DICOM Modality Worklist.“ Dle nám dostupných informací, urologické oddělení tuto funkci odmítá, požadují autonomní systém pro nahrávání celých výkonů bez datového omezení, které jim stanoví PACS. *Trvá zadavatel na dvou výše uvedených parametrech nebo lze dodat zařízení nezávislé na PACS?*

Ano, zadavatel akceptuje HD záznamové zařízení nezávislé na PACS.

- (v) „HD Záznamové zařízení“ – Zadavatel požaduje dodání záznamového zařízení s podporou formátů BMP, JPG, TIFF. V reálném provozu se využívá pouze standardizovaný komprimovaný formát JPG. *Připouští zadavatel dodání záznamového zařízení, které pracuje s fotografiemi ve formátu JPG s tím, že jdou nastavit různé úrovně jejich kvality / komprese?*

Zadavatel akceptuje HD záznamové zařízení podporující pouze obrazový formát JPG s tím, že lze nastavit různé úrovně jeho kvality (komprese).

3) Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na povahu změny, **zadavatel na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:**

- a) **přijímá nové úplné znění Přílohy zadávací dokumentace č. 2_11 Technické podmínky; a**
- b) **dle ustanovení § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu k podání nabídek na realizaci veřejné zakázky ve všech částech veřejné zakázky o celou původní délku.** Zadavatel tímto ruší znění článku „19. Místo a doba pro podání nabídek“ výzvy k podání nabídek a nahrazuje jej tímto novým úplným zněním:

„19. Místo a doba pro podání nabídek

*Lhůta pro podání nabídek končí dne **04. 06. 2018, v 10,00 hod.***

Všechny nabídky musí být doručeny zástupci zadavatele před skončením lhůty pro podání nabídky.

Nabídky se podávají na adrese zástupce zadavatele:

Centrum evropského projektování a. s., Hradec Králové, Švendova 1282, PSČ 500 03 (Evropský dům), 3. patro, kancelář č. 421.

Nabídky v listinné podobě lze podávat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v pracovní dny od 8,00 do 11,00 hodin a od 12,00 do 15,00 hodin

Poslední den podání nabídky je možné nabídku podat pouze do 10,00 hodin.

Využívá-li účastník k doručení nabídky jiné osoby (přepravce zásilek), nese účastník plně riziko včasného a řádného doručení nabídky, včetně neporušenosti obálky.“

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

za: Centrum evropského projektování a.s.

Eliška Erbenová