

Vyřizuje: Eliška Erbenová

Dne: 04. 05. 2018, v Hradci Králové

Zadavatel	Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČ: 26000202
Veřejná zakázka s názvem:	Pořízení endoskopických přístrojů
Vysvětlení zadávací dokumentace číslo:	1
Platí pro tuto část veřejné zakázky s názvem:	část 4: Pořízení endoskopických přístrojů – 1x Laser pro aplikace v endoskopii

Vážení,

1 níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v zastoupení zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zahájené v otevřeném nadlimitním řízení, a to na základě žádosti uchazeče o veřejnou zakázku.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byly doručena emailem kontaktní osobě zástupce zadavatele v tomto zadávacím řízení dne 03. 05. 2018, tj. řádně a včas ve lhůtě dle ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ

1) Dotaz uchazeče:

„Vážená paní doktorko,

prosím o odpověď na doplňující dotaz k VZ Pořízení endoskopických přístrojů, část 4, 1 x laser pro aplikace v endoskopii:

'Akceptuje zadavatel řešení v podobě dodání 1 ks kontinuálního thuliového laseru vlnové délky 2 µm o výkonu min. 120 W a 1 ks pulzního holmiového laseru vlnové délky 2,1 µm o výkonu min. 20 W? Výše uvedené řešení je standardem na mnoha evropských i světových lékařských pracovištích, z medicínského hlediska přináší pro pacienta naprosto stejný terapeutický efekt a představuje identické diagnostické využití, jako řešení duálního laseru v jednom přístroji. K oběma laserům lze připojit během operace stejné optické laserové vlákno, ekonomika provozu se tak nijak neliší od duálního laseru. Zásadním přínosem výše uvedeného řešení je možnost provozu obou laserů současně a to i na dvou operačních sálech a pro různé obory (gastroenterologie,

www.cep-rra.cz

urologie, ORL a další). Při technickém výpadku duálního laseru na principu jednoho přístroje je, až do dokončení opravy, nutné přerušit veškerou operativu, zatímco řešení v podobě 1 ks holmiového a 1 ks thuliového laseru v tomto případě dovoluje pokračovat v některých naplánovaných operačních výkonech. Duální laser v jednom přístroji je dodáván pouze jedním dodavatelem.'

Děkuji a zdravím Vás“

2) Odpověď zadavatele

Akceptuje zadavatel řešení v podobě dodání 1 ks kontinuálního thuliového laseru vlnové délky 2 µm o výkonu min. 120 W a 1 ks pulzního holmiového laseru vlnové délky 2,1 µm o výkonu min. 20 W?

ODPOVĚĎ: Zadavatel trvá na požadované specifikaci. Pracoviště má několik sálů pro endoskopické výkony, při plánovaných zákrocích budou využívány oba typy laseru současně a kombinovaný přístroj umožní personálu jednoduchou, rychlou a bezpečnou manipulaci při jeho převozu. Z medicínského hlediska je přínos kombinovaného přístroje také nezanedbatelný – např. v případě krvácení při lithiáze je nutná okamžitá koagulace tkáně a jakýkoli odklad způsobený přepojování laserového vlákna mezi přístroji může ohrozit život pacienta.

2

3) Změny zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na výše uvedený obsah vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 pro část 4 veřejné zakázky, nebude zadavatel pro tuto část prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

za: Centrum evropského projektování a.s.

Eliška Erbenová