

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen „ZZVZ“)

Veřejná zakázka na dodávky rozdělená na 11 částí zahájená v otevřeném nadlimitním řízení:

„Část 2: Pořízení rehabilitačních přístrojů a zařízení – 2x Přístrojová lymfodrenáž“

Zadavatel požizuje tuto písemnou zprávu v souladu s ustanovením § 217 odst. 2 písm. a) až n) ZZVZ.

a) označení zadavatele:

Oblastní nemocnice Náchod a.s., sídlo: Purkyňova 446, 547 01 Náchod, IČ: 26000202 / DIČ: CZ26000202, jednající Ing. Ivanou Urešovou, MBA, předsedkyní představenstva.

předmět veřejné zakázky:

Dodávka dvou kusů rehabilitačních přístrojů - přístrojová lymfodrenáž.

cena sjednaná v kupní smlouvě:

kupní smlouva nebyla uzavřena.

b) použitý druh zadávacího řízení:

Otevřené nadlimitní řízení.

c) označení účastníků zadávacího řízení:

V tomto zadávacím řízení byl jediným účastníkem společnost **BTL zdravotnická technika, a.s.**, IČ: 26884143, se sídlem Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno.

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:

Ze zadávacího řízení byl vyloučen jediný účastník, společnost **BTL zdravotnická technika, a.s.**, IČ: 26884143, se sídlem Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno.

Odůvodnění:

(1) Na základě posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, které provedla komise na svém

jednání dne 12. 03. 2018, zjistila v nabídce účastníka následující nedostatek: z předložených technických podmínek zadavatele uvedených v Příloze zadávací dokumentace č. 2_2 – Přístrojová lymfodrenáž, které měli účastníci vyplnit tak, aby bylo patrné, že jimi nabízený rehabilitační přístroj podmínky splňuje, účastník u parametru přístroje „komorový návlek na horní končetinu zasahující na rameno, podpaží, hrudník až do pasu – max - 24 komor“ uvedl, že jej nesplňuje.

- (2) Komise tedy na svém jednání dne 12. 03. 2018 navrhla zadavateli, aby účastníka v souladu s ustanovením § 46 ZZVZ požádal o písemné objasnění zjištěného nedostatku. Žádost zadavatele o objasnění nabídky byla účastníkovi odeslána dne 15. 03. 2018 prostřednictvím emailu pověřené osoby zástupce zadavatele, společnosti Centrum evropského projektování a.s., IČ: 27529576 (dále jen „zástupce zadavatele“). Stejný den obdržela pověřená osoba zástupce zadavatele na svůj email potvrzení účastníka o přečtení žádosti. V žádosti poskytl zadavatel účastníkovi lhůtu 5 pracovních dnů na odpověď. Odpověď na žádost zadavatele doručil účastník emailem pověřené osobě zástupce zadavatele dne 19. 03. 2018, tedy v požadované lhůtě.
- (3) Účastník v odpovědi uvedl, že jím nabízený rehabilitační přístroj parametr „komorový návlek na horní končetinu zasahující na rameno, podpaží, hrudník až do pasu – max - 24 komor“ skutečně nesplňuje. Uvedl, že je možné připojit dva návleky na horní končetinu, které zasahují na rameno, podpaží, hrudník a každý návlek má pouze 8 komor, tudíž dohromady 16. Vzhledem k přetrvávající nejasnosti ohledně odpovědi účastníka se zadavatel účastníka dotázal ještě jednou. V žádosti uvedl, že podané odpovědi rozumí do té míry, že dle tohoto parametru přístroje je požadováno, aby měl komorový návlek max. 24 komor, nabízený přístroj má 16 komor, tedy v počtu komor přístroj parametr splňuje. Zadavatel se tedy domníval, že přístroj nesplňuje požadavek na komorový návlek, který by zasahoval až do pasu. Zadavatel dle ustanovení § 46 ZZVZ požádal účastníka opětovně o objasnění, zda nabízený přístroj parametr „komorový návlek na horní končetinu zasahující na rameno, podpaží, hrudník až do pasu – max - 24 komor“ skutečně nesplňuje, a to do té míry, že komorový návlek nezasahuje do pasu, případně, zda jej nesplňuje z jiných důvodů.
- (4) Druhá žádost o objasnění nabídky byla účastníkovi odeslána dne 22. 03. 2018 opět prostřednictvím emailu pověřené osoby zástupce zadavatele. Stejný den obdržela pověřená osoba zástupce zadavatele na svůj email odpověď. Účastník v upřesňující odpovědi uvedl, že nabízený komorový návlek nesplňuje parametr skutečně do té míry, že nezasahuje do pasu.
- (5) Z podaných odpovědí vyplývá, že účastníkem nabízený rehabilitační přístroj – přístrojová lymfodrenáž nesplňuje parametr – technickou podmínku stanovenou zadavatelem v příloze zadávací dokumentace č. 2_2 Přístrojová lymfodrenáž „Komorový návlek na horní končetinu zasahující na rameno, podpaží, hrudník až do pasu – max. 24 komor“ tak, že požadovaný komorový návlek nezasahuje až do pasu jak je požadováno.
- (6) Z toho důvodu navrhla komise zadavateli, aby účastníka, společnost BTL zdravotnická technika, a.s., IČ: 26884143 v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ vyloučil z důvodu, že jím nabízený předmět veřejné zakázky nesplňuje zadávací podmínky. Zadavatel se s návrhem hodnotící komise učiněným v písemné zprávě o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení ze dne 10. 04. 2018 ztotožnil a rozhodl o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Rozhodnutí o vyloučení ze dne 11. 04. 2018, bylo účastníkovi doručeno dne 12. 04. 2018. Lhůta pro podání námitek uplynula marně dne 27. 04. 2018.

e) dodavatel, se kterým byla uzavřena smlouva:

smlouva uzavřena nebyla.

f) poddodavatelé: žádní.

g) Nebylo použito jednacích řízení s uveřejněním ani řízení se soutěžním dialogem.

h) Nebylo použito jednacích řízení bez uveřejnění.

i) Nebyl použit zjednodušený režim.

j) Zadávací řízení bylo zrušeno ke dni 09. 05. 2018, dynamický nákupní systém nebyl zaveden.

Odůvodnění. Vzhledem k tomu, že v zadávacím řízení již nebyl po marném uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení jediného účastníka zadávacího řízení žádný další účastník, rozhodl zadavatel dne 09. 05. 2018 o zrušení zadávacího řízení dle ustanovené § 127 odst. 1 ZZVZ. Oznámení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení uveřejnil zadavatel dne 10. 05. 2018 na profilu zadavatele.

k) Nabídky měly být podávány v listinné podobě. Zadavateli dosud nevznikla povinnost přijímat elektronické nabídky.

l) U žádné osoby, která se podílela na přípravě, nebo na průběhu zadávacího řízení nebyl zjištěn střet zájmů.

m) Zadavatel tuto nadlimitní veřejnou zakázku rozdělil na 11 částí.

n) Zadavatel nepožadoval prokázání obrátu.

V Hradci Králové, dne 10. 05. 2018

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Za: Centrum evropského projektování a.s.

Eliška Erbenová