

Vyřizuje: Eliška Erbenová

Dne: 16. 05. 2018, v Hradci Králové

Zadavatel	Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČ: 26000202
Veřejná zakázka s názvem:	Pořízení endoskopických přístrojů
Vysvětlení zadávací dokumentace číslo:	1
Platí pro tuto část veřejné zakázky s názvem:	část 5: Pořízení endoskopických přístrojů – Endoskopický systém k provádění cholangioskopie

Vážení,

1 níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v zastoupení zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zahájené v otevřeném nadlimitním řízení, a to na základě žádosti uchazeče o veřejnou zakázku.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byly doručena emailem kontaktní osobě zástupce zadavatele v tomto zadávacím řízení dne 15. 05. 2018, tj. 4 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek, která pro tuto část 5 veřejné zakázky byla stanovená na den 21. 05. 2018. Přestože žádost uchazeče nebyla doručena včas, rozhodl se zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace podat. V takovém případě není zadavatel povinen dodržet lhůty podle ustanovení § 98 odst. 1 písm. a) ZZVZ.

1) Dotaz uchazeče:

„Dobrý den, vážená paní doktorko,

Dovolujeme si Vám přílohou tohoto emailu zaslat žádost o vysvětlení zadávací dokumentace „Pořízení endoskopických přístrojů“, část 5 - Endoskopický systém k provádění cholangioskopie. Níže naleznete dotaz:

V příloze č. 2 jsou specifikovány minimální technické požadavky, ve kterých jsou uvedeny komponenty, které se dodávaly k první generaci cholangioskopu a v současné době již nejsou vyráběny. Pro druhou generaci cholangioskopu, tzn. jeho digitální verzi a jeho plnou funkčnost jsou potřebné pouze následující komponenty: Digitální generátor, který zajistí příjem, zpracování i výstup videosignálu přijímaného z katétru a osvětlení pracovní plochy a oplachová peristaltická pumpa. Jako spotřební materiál je pro provedení výkonu nutný katétr

pro provádění cholangioskopie. Doplnkovým spotřebním materiálem jsou bioptické kleště a set oplachových hadiček.

Dotaz zní, zda je přípustné podat nabídku, ve které nebude obsažen izolační transformátor, medicínský monitor a vozík.

Děkuji Vám předem za poskytnutí informací. S pozdravem“

2) Odpověď zadavatele

ODPOVĚĎ: Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku bez monitoru, vozíku a izolačního transformátoru.

3) Změny zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na povahu změny, **zadavatel na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:**

- a) **přijímá** nové úplné znění Přílohy zadávací dokumentace č. 2_5 Technické podmínky; a
- b) **dle ustanovení § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu k podání nabídek** na realizaci veřejné zakázky **v části 5 veřejné zakázky o celou původní délku**. Zadavatel pro tuto část 5 veřejné zakázky ruší znění článku „19. Místo a doba pro podání nabídek“ výzvy k podání nabídek a nahrazuje jej tímto novým úplným zněním:

2 „19. Místo a doba pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne **26. 06. 2018, v 10,00 hod.**

Všechny nabídky musí být doručeny zástupci zadavatele před skončením lhůty pro podání nabídky.

Nabídky se podávají na adrese zástupce zadavatele:

Centrum evropského projektování a. s., Hradec Králové, Švendova 1282, PSČ 500 03 (Evropský dům), 3. patro, kancelář č. 421.

Nabídky v listinné podobě lze podávat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v pracovní dny od 8,00 do 11,00 hodin a od 12,00 do 15,00 hodin

Poslední den podání nabídky je možné nabídku podat pouze do 10,00 hodin.

Využívá-li účastník k doručení nabídky jiné osoby (přepravce zásilek), nese účastník plně riziko včasného a řádného doručení nabídky, včetně neporušenosti obálky.“

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

za: Centrum evropského projektování a.s., Eliška Erbenová

www.cep-rra.cz