

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Název veřejné zakázky:	„Vany rehabilitační vč. příslušenství“
------------------------	---

Identifikace zadavatele	
Název zadavatele:	Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Sídlo:	Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
IČ:	26001551
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Ing. Tomáš Sláma, MSc., předseda představenstva
Kontaktní osoba:	Ing. Jiří Včeliš
Telefon:	+420 499 420 405
E-mail:	vcelis@cep-rra.cz
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_301.html

V souladu s ustanovením § 98 zákona poskytuje zadavatel následující vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě dotazů jednoho ze zájemců o veřejnou zakázku:

Dotazy zájemce o veřejnou zakázku:

V zadávací dokumentaci, jsou v technických podmínkách van – viz. přílohy č. 2a), 2b) a 2c) uvedeny následující požadavky:

1. Vana s akrylátovým antibakteriálním povrchem a plastovým opláštěním, vše v bílém odstínu – u všech požadovaných van.

Požadavek na provedení vany z akrylátu se nám jeví jako diskriminační. Námi nabízené vodoléčebné vany jsou vyrobeny ze sklolaminátu s patentovanou povrchovou vrstvou gelkotu s antibakteriální úpravou. Použitý materiál splňuje veškeré požadavky pro vodoléčbu a zdravotnictví. Navíc povrch má ve všech místech (tzn. i v ohybech) stejnou tloušťku, dá se jednoduše čistit i leštit a v případě poškození ho lze jednoduše opravit přímo u zákazníka. Vany jsou vyráběny firmou s více než 60 – ti letou tradicí a slouží na mnoha pracovištích i více než 20 let.

Dotaz č. 1:

Je pro zadavatele akceptovatelné dodání vodoléčebných specifikovaných v Přílohách č. 2a), 2b) a 2c) ZD vyrobených ze sklolaminátu se speciální povrchovou úpravou a antibakteriálním povrchem?

2. Termostatická napouštěcí baterie s integrovanou ochranou proti opaření u vany dle přílohy č. 2a).

Námi nabízená vana má ovládání teploty napouštěné vody přes dotykový displej, jehož pomocí se nastavuje jak teplota napouštěné vody, tak i teplota vody ve vaně. Z tohoto důvodu není vana osazená termostatickou baterií. Domníváme se, že nabízené řešení je z technického hlediska kvalitnějším řešením, které zvyšuje komfort obsluhy a umožňuje využití dalších funkcí vany nad rámec zadání.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Zadavatel uvádí, že jsou mu známy výhody i nevýhody materiálů akrylát a sklolaminát.

Pracoviště rehabilitační ambulance v Nemocnici Nový Bydžov má letitou zkušenost s akrylátovými vanami a je s nimi spokojeno. Akrylát je běžně užíván při výrobě van a sprchových koutů i v náročných nemocničních a lázeňských provozech po celém světě, tudíž o jeho vlastnostech pro daný účel nelze pochybovat.

Dalším důvodem volby tohoto materiálu ze strany zadavatele je, že jej používají všichni významní světový výrobci van (např. Unbescheiden, Trautwein a další). Z těchto důvodů zadavatel nepovažuje požadavek na provedení vany z akrylátu v žádném případě za diskriminační.

Co se týká vlastností materiálu, jednou z výhod akrylátového povrchu je např. velká UV stabilita, tzn., že bílé akrylátové vany po letitém používání nežloutnou.

Pracoviště rehabilitační ambulance používá dezinfekční prostředky, které jsou schváleny na akrylátové povrchy a zadavatel považuje za zbytečné a nepraktické rozdrobit dezinfekční plán celé vodoléčby částečně na akrylátové povrchy a částečně na sklolaminátové povrchy.

Pokud by došlo k poškození vany i proražením, je opravitelnost vany velmi jednoduchý proces bez nutnosti složitého technologického postupu a opravené místo bude mít naprosto totožnou barvu i strukturu a nebude rozeznatelné místo opravy.

Z výše uvedených důvodů zadavatel trvá na technických požadavcích, uvedených v zadávací dokumentaci, v nezměněné podobě.

Dotaz č. 2:

Je pro zadavatele akceptovatelné technické řešení ovládání rehabilitační celotělové vany přes dotykový displej vč. nastavení teploty napouštěné vody i vody ve vaně elektronicky.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Termostatická baterie reguluje teplotu napouštěné vody mechanicky, jedním otočením a je jednodušší na ovládání pro obsluhu. Terapeut okamžitě vidí nastavenou teplotu bez nutnosti zapnutí celého elektronického systému vany a může tak rychle reagovat na případný komfort napouštěné vody (teploty) pro pacienta. Zároveň je možné termostatickou baterii pevně zafixovat proti nepovolenému zásahu pacientem.

Termostatické baterie nabízí ve svých výrobcích více dodavatelů na trhu.

Pracoviště rehabilitační ambulance v Nemocnici Nový Bydžov má letitou zkušenost s termostatickými bateriemi, kterými jsou vybaveny stávající rehabilitační vany, a je s nimi spokojeno.

Z výše uvedených důvodů zadavatel trvá na technických požadavcích, uvedených v zadávací dokumentaci, v nezměněné podobě.

Lhůta pro podání nabídek zůstává nezměněna:

Dle názoru zadavatele povaha tohoto vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek. Z tohoto důvodu lhůta pro podání nabídek zůstává nezměněna.

ZÁVĚR:

Tímto vysvětlením se žádným způsobem nemění zadávací podmínky.

V Hradci Králové, dne 28. 05. 2018

Ing. Jiří Včeliš,
oprávněná osoba zástupce zadavatele