

Vyřizuje: Eliška Erbenová

Dne: 01. 06. 2018, v Hradci Králové

Zadavatel	Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČ: 26000202
Veřejná zakázka s názvem:	Pořízení endoskopických přístrojů
Vysvětlení zadávací dokumentace číslo:	4
Platí pro tuto část veřejné zakázky s názvem:	část 3: Pořízení endoskopických přístrojů – 1x Endoskopická věž a 1x Videobronchoskop pro ARO

Vážení,

níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v zastoupení zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 k výše uvedené části veřejné zakázky na dodávky zahájené v otevřeném nadlimitním řízení, a to na základě žádosti uchazeče o veřejnou zakázku.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena emailem kontaktní osobě zástupce zadavatele v tomto zadávacím řízení dne 29.05.2018, tj. 5 pracovních dní přede dnem otevírání obálek. V takovém případě zadavatel není povinen dodržet lhůty dle ustanovení § 98 odst. 1 ZZVZ.

1) Dotaz uchazeče:


„Vážená paní doktorko,

V příloze zasíláme žádost o poskytnutí dodatečných informací k VZ „**Pořízení endoskopických přístrojů, část 3**“ pro nemocnici Náchod.

S pozdravem“

Následuje PrintScreen dotazu z přílohy v .pdf.

www.cep-rra.cz



2) Odpověď zadavatele:

Přestože uchazeč nepodal žádost o vysvětlení zadávací dokumentace včas, rozhodl se zadavatel odpovědět jak je níže uvedeno.

- *zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje v části 3 „Technologie xenonová (min. 300W) min. životnost lampy 500 hod. nebo technologie LED s životností lampy min. 10.000 hodin výkonem srovnatelným s xenonovým zdrojem 300W. světelný výkon 300W xenonové žárovky je cca 4500 lumenů. **Může zadavatel blíže specifikovat pojem „srovnatelný výkon“? Znamená „srovnatelný výkon“ toleranci +/- 10%?***
- **ODPOVĚĎ:** Zadavatel má zmíněným požadavkem na mysli, aby uchazeč nabídl v případě zdroje s technologií LED přístroj na obdobné technické úrovni, jako má dle daného výrobce jeho zdroj xenonový o výkonu min. 300W.

3) Změny zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na obsah shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek v této části 3 veřejné zakázky.

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

za: Centrum evropského projektování a.s.

Eliška Erbenová