

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Název veřejné zakázky:	„Motodlahy pro rehabilitaci kyčle, kolene a kotníku“
------------------------	---

Identifikace zadavatele	
Název zadavatele:	Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Sídlo:	Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
IČ:	26001551
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Ing. Tomáš Sláma, MSc., předseda představenstva
Kontaktní osoba:	Ing. Jiří Včeliš
Telefon:	+420 499 420 405
E-mail:	vcelis@cep-rra.cz
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_301.html

V souladu s ustanovením § 98 zákona poskytuje zadavatel následující vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě dotazu jednoho ze zájemců o veřejnou zakázku:

DOTAZ:

Dne 21.06.2018 zadavatel obdržel následující dotaz:

Zadavatel v Příloze č. 2 ZD – Technické podmínky uvádí specifikaci „extenze/flexe kolena v rozsahu min. -10° až + 120°“ shodně pro verzi s modulem pro kotník i bez něj. Námi nabízená motodlaha s modulem pro kotník umožňuje rozsah extenze/flexe kolene 0° až 110°. Tento rozsah pohybu je z medicínského hlediska dostačující.

Bude zadavatel akceptovat motodlahu s rozsahem extenze/flexe kolene 0° až 110°?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Zadavatelem nastavené technické podmínky odpovídají vlastnostem a možnostem rehabilitačních motodlah výkonnostní třídy, jejíž výši zadavatel určil s ohledem na účel jejich použití a z něj vyplývající klinicko-medicínské požadavky. Požadovanou vlastnost, která je předmětem dotazu, tedy extenze/flexe kolena v rozsahu min. -10° až +120°, nabízí více výrobců na trhu v motodlahách požadované kvalitativní úrovně, což si zadavatel ověřil během průzkumu trhu, provedeného před vyhlášením veřejné zakázky. Z medicínského hlediska je fyziologický rozsah pohybu kolena 135° až 160° a zadavatel v této souvislosti stanovil hranici rozsahu flexe +120° jako nejnižší přípustnou. Z výše uvedených důvodů zadavatel trvá na technických požadavcích, uvedených v zadávací dokumentaci, v nezměněné podobě.

ZÁVĚR:

Tímto vysvětlením se žádným způsobem nemění zadávací podmínky.

V Hradci Králové, dne 26. 06. 2018

Ing. Jiří Včeliš,
oprávněná osoba zástupce zadavatele