

Vyřizuje: Marta Francová

Dne: 11. 7. 2018, v Náchodě

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k části 3 nadlimitní veřejné
zakázky na dodávky dělené na 3 části:**

část 3: „Pořízení endoskopických přístrojů – 1x Elektrochirurgický přístroj“

Vážení,

níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k části 3 výše uvedené veřejné zakázky na dodávky zahájené v otevřeném nadlimitním řízení děleném na 3 části, a to na základě žádosti jednoho z účastníků o veřejnou zakázku.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 je platné pro část 3 veřejné zakázky. Prodloužení lhůty pro podání nabídek se vztahuje na všechny části veřejné zakázky.

1) Dotaz účastníka:

Dobrý den, paní Francová,

Ráda bych vznesla dotaz k veřejné zakázce s názvem: Pořízení endoskopických přístrojů - Elektronická nabídka. V technické specifikaci uvádíte požadavek "porty pro zapojení min 4 bipolárních nebo 4 monopolárních aktivních elektrod". Je to z Vaší strany bezpodmínečný požadavek pro účast v řízení? Náš přístroj splňuje všechny ostatní požadavky technické specifikace a zároveň splňuje požadavky na moderní léčbu s porty pro zapojení 2 monopolárních a 3 bipolárních aktivních elektrod. Rádi bychom se výběrového řízení účastnili. Prosím o Vaše vyjádření.

Děkuji

S pozdravem

2) Odpověď zadavatele:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena emailem kontaktní osobě zadavatele dne 9. 7. 2018, tedy řádně a včas ve lhůtě dle ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ.

Zadavatel bude akceptovat nabídku elektrochirurgického přístroje s porty pro zapojení min. 2 monopolárních a 3 bipolárních elektrod.

3) Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na povahu změny, zadavatel na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- a) přijímá nové úplné znění Přílohy zadávací dokumentace č. 2_3 Technické podmínky_Elektrochirurgický přístroj; a
- b) dle ustanovení § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu k podání nabídek na realizaci veřejné zakázky ve všech částech veřejné zakázky o celou původní délku. Zadavatel tímto ruší znění článku „18. Místo a doba pro podání nabídek“ výzvy k podání nabídek a nahrazuje jej novým úplným zněním:

18. Místo a doba pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne **20. 08. 2018, v 10,00 hod.**

Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli před skončením lhůty pro podání nabídky.

Nabídky se podávají na adresu zadavatele:

Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, Náchod 547 69.


Nabídky v listinné podobě lze podávat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo

Osobně:

Kancelář nákupního oddělení v budově G, Purkyňova 446, Náchod 547 69, budova patologie – suterén v pracovní dny od 7,00 do 15,00 hodin.


Poslední den podání nabídky je možné nabídku podat pouze do 10,00 hodin.

Využívá-li účastník k doručení nabídky jiné osoby (přepravce zásilek), nese účastník plně riziko včasného a řádného doručení nabídky, včetně neporušenosti obálky.



Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Miroslav Bůžek



Příloha:

Příloha č. 2_3 Technické podmínky_Elektrochirurgický přístroj_po VZD č. 2